stomdevice

CE

Руководство по использованию товара

EASY-PRESSO

EP-100



ЗА MEDES

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Разъяснение символов

Символ	Описание	Символ	Описание
	Нагреватель (Вкл./Выкл.)		Защитное заземление
	Цилиндр (Вкл./Выкл.)	⚠	Предупреждение, Внимание
	Давление (Вкл./Выкл.)		Осторожно, горячая поверхность

Элемент



Корпус шайбы | Верхний ползун





Шнур питания образцов



Комплект



Инструкция

Действия при поломках

① **Отключение питания:** Проверьте предохранитель и выключатель.

② **Поломка нагревателя:** Проверьте выключатель нагревателя, концевой выключатель, нагреватель.

③ **Исчезновение давления:** Проверьте компрессор, датчик давления.

Краткое руководство



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

EASY-PRESSO EP-100

Особенности товара

Данное изделие использует воздух и, в отличие от других подобных изделий, не создает шума во время работы.
Сильный наддув обеспечивает точное формование независимо от обрезки модели, а также для различной толщины (от 0,5 мм до 4,0 мм) и размеров (127 мм, 125 мм, 120 мм) квадратного и круглого листа.

- После нагрева листа нагреватель автоматически отключается при вращении спереди или по центру.
- Трубчатый нагреватель из углеродного стекла используется для обычного и быстрого нагрева.
- Алюминиевый корпус позволяет данному изделию служить долго.
- Простое управление позволяет любому человеку работать с ним.

01 Рекомендации

Данное руководство содержит всю информацию, необходимую для работы с EASY-PRESSO. Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством перед началом работы с данным изделием.

02 Настройка

1 Подключите трубку для воздуха (8Ø) к воздухопроводу 11 на задней части корпуса.
2 Подключите шнур питания к источнику электроэнергии 14 на задней части корпуса.
3 Удалите фиксированную стяжку кабеля, соединенную с зажимом 9.
4 Поверните нижний ползун 6 влево (на 90°) так, чтобы он был обращен вперед.

03 Опознавание деталей



1 Верхняя пластина 2 Основное устройство
3 Датчик давления 4 Нагреватель
5 Верхний ползун 6 Нижний ползун
7 Нижняя плита 8 Корпус шайбы
9 Зажим 10 Корпус нагревателя
11 Воздухопровод 12 Регулятор
13 Фабричная метка 14 Электропитание

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice



Передняя панель (рабочий выключатель)



- **Нагреватель**: Нагрев и размягчение листа
- **Цилиндр**: Движения вверх-вниз и вакуумная обработка
- **Давление**: Выброс давления и формовка модели

04 Спецификация

① **Наименование изделия:** EASY-PRESSO (Модель: EP-100)
② **Электропитание:** AC 100~120В 50~60Гц, AC 220~240BV 50~60Гц
③ **Потребляемая мощность:** 450Вт
④ **Давление:** 0,4~0,6 МПа
⑤ **Габариты:** 410x260x545 мм
⑥ **Вес:** 15 кг

05 Эксплуатация

A. Подготовка к использованию

1 Подключите кабель питания к основному устройству и к розетке.
2 Подключите воздушную трубку (8Ø) к воздуховоду основного блока. (Проверьте работу датчика давления)
3 Заводская настройка - 0,5 МПа. (Если датчик давления не работает, проверьте используемый воздушный компрессор.)
4 Поверните нижний ползун по направлению вперед и поместите корпус шайбы на нижнюю панель основного блока.

B. Способ использования

1 Выберите лист, наиболее подходящий для ваших целей. (Временный, шплинт, фиксирующий, отбеливающий и т.д.)
2 Поместите нужную вам модель посередине корпуса шайбы.
3 Разместите круглый ○ или квадратный □ лист на нижнем ползуне, чтобы он соответствовал направляющей, а затем наложите верхний ползун.
4 Нажмите переключатель нагревателя на верхней панели. (Лампа включается, нагреватель находится в режиме ожидания.)
5 Поверните нижний ползун влево (90°). В этот момент нагреватель автоматически включится.
6 Подождите, пока лист не достигнет высоты модели или половины пути. (Временной интервал составляет от 50 до 90 секунд. Время работы зависит от материала и толщины.)
7 Поверните нижний ползун вправо (180°). (Расположение модели в центре корпуса)
8 Нажмите выключатель цилиндра на верхней панели. (Лампа включается, воздушная камера опускается вниз и нажимает на верхний и нижний ползуны, создавая вакуумное состояние готовности).
9 Нажмите на выключатель давления на верхней панели. В этот момент воздух будет подан в воздушный корпус, и лист будет полностью влит в модель. (Время работы - от 3 до 5 минут в зависимости от материала и толщины.)
10 Отключите давление и цилиндр на верхней панели. (Лист полностью погружен в модель и поднимается.)
11 Поверните нижний ползун влево (90°).
12 Снимите верхний ползун и извлеките отлитую модель.
13 Отключите выключатель обогревателя на верхней панели.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

C. Методы обращения и хранения

1 Отключите кабель питания от розетки.

2 После использования убедитесь в чистоте оборудования.

3 Не кладите ничего на нагреватель.

06 Меры предосторожности

1 Существует опасность ожогов, так как область нагревателя после использования изделия нагревается.

2 Не разбирайте и не ремонтируйте данное изделие.

3 После использования данного изделия необходимо вынуть силовой кабель из розетки.

4 Контакт с размягчающимся листом может вызвать деформацию листа и ожоги.

5 Не используйте изделие для других целей.

07 Хранение и техобслуживание

1 Хранить в недоступном для детей месте.

2 Пожалуйста, используйте в местах, где отсутствует доступ для огня и воды.

3 Температура: -10 ~ 70°C

4 **Влажность:** 10~100%

5 **Давление:** 50~106КПа

08 Гарантийные обязательства

Данное изделие прошло строгий контроль и проверку.

Данное изделие имеет гарантию длительностью в 12 месяцев с даты его приобретения у нас.

1 Данное изделие будет отремонтировано бесплатно в случае сбоя в работе и функциональных дефектов, возникших при нормальном использовании в течение гарантийного срока. Если оно не может быть отремонтировано, мы бесплатно заменим его на новое изделие.

2 Плата за ремонт взимается после истечения гарантийного срока.

3 В случае любого из следующих случаев, произошедших в течение гарантийного срока, за ремонт будет взиматься плата:

- Неисправность, вызванная намеренно или по небрежности потребителя.
- Неисправность, вызванная ремонтом в месте, не указанном нами.
- Неисправность, случившаяся по вине источника питания или неисправного соединительного устройства.
- Самостоятельный разбор устройства, поломки из-за самостоятельного внесения изменений в конструкцию и т.д.

09 Чистка

Очищайте изделие и каждую его деталь при помощи мягкой ткани, после чего просушите.

10 Отдел клиентской поддержки

При возникновении каких-либо механических проблем, пожалуйста, свяжитесь с нами.

- **Телефон:** 82-31-909-8774
- **Факс:** 82-31-909-8773
- **Сайт:** www.3amedes.co.kr

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

www.3amedes.co.kr

EASY-PRESSO
EP-100

3AMEDES

801-2, 138, Ильсан-ро, Ильсандонг-гу, Гоянг-си, Кёнги-до,
Республика Корея

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ