stomdevice



Instrukcja obsługi

Bloki spluwaczki A-dec 300

Instrumenty asysty 351, 352 i 353
Blok opcjonalny i spluwaczka 362 i 363

a-dec
reliablecreativesolutions™

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Copyright

Prawa autorskie 2021 A-dec, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Firma A-dec, Inc. nie udziela żadnej gwarancji w odniesieniu do tych materiałów, w tym między innymi żadnej dorozumianej gwarancji przydatności handlowej lub do jakiegokolwiek określonego celu. Firma A-dec, Inc. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy zawarte w tym dokumencie ani za szkody będące ich następstwem lub inne, związane z dostarczeniem, właściwościami bądź wykorzystaniem tych materiałów. Informacje zawarte w tej publikacji mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów związanych z tym dokumentem należy zgłosić je do nas na piśmie. Firma A-dec, Inc. nie gwarantuje, że niniejszy dokument nie zawiera błędów.

Zabrania się kopiowania, powielania, zmieniania, przesyłania w jakiejkolwiek postaci, jakimikolwiek środkami elektronicznymi bądź mechanicznymi, co obejmuje fotokopiowanie, nagrywanie, przechowywanie w jakimkolwiek systemie przechowywania i odtwarzania, jakiejkolwiek części tego dokumentu bez uprzedniej pisemnej zgody firmy A-dec, Inc.

Znaki towarowe i dodatkowe prawa własności intelektualnej

A-dec, logo A-dec, A-dec Inspire, Cascade, Century Plus, Continental, Decade, ICX, ICV, Performer, Preference, Preference Collection, Preference ICC, Radius i reliablecreativesolutions są znakami towarowymi firmy A-dec, Inc. zastrzeżonymi w USA i w innych krajach. A-dec 500, A-dec 400, A-dec 300, A-dec 200 i EasyFlex są również znakami towarowymi firmy A-dec, Inc. Zabrania się powielania i kopiowania znaków towarowych oraz nazw handlowych zawartych w tym dokumencie, a także wykorzystywania ich w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela znaku towarowego.

Niektóre symbole i ikony znajdujące się na panelu sterowania są własnością firmy A-dec, Inc. Jakiekolwiek użycie tych symboli, w części lub w całości, bez pisemnej zgody firmy A-dec, Inc. jest surowo zabronione.

Informacja o zgodności z przepisami i gwarancja

Informacja o zgodności z przepisami i gwarancja firmy A-dec, znajdują się w dokumencie *Informacja o zgodności z przepisami, specyfikacje i gwarancja* (nr części 86.0221.18), który jest dostępny w Centrum zasobów na stronie www.a-dec.com.

Serwis produktu

Z usług serwisowych można skorzystać za pośrednictwem lokalnego autoryzowanego dystrybutora firmy A-dec. Aby uzyskać informacje dotyczące serwisu lub znaleźć autoryzowanego sprzedawcę, należy odwiedzić witrynę internetową www.a-dec.com lub skontaktować się z firmą A-dec pod numerem 1 800 547 1883 w USA i Kanadzie lub 1 503 538 7478 na całym świecie.

Modele i wersje produktu ujęte w niniejszym dokumencie

Model	Wersja	Opis
351	A, B	Instrumenty asysty
352/353	A	Instrumenty asysty
362/363	A	Blok opcjonalny ze spluwaczką

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Spis treści

Płukanie miski spluwaczki/napełnianie kubka 6



Butelka na wodę 10



Miska spluwaczki 6



Sitko..... 16



Panel sterowania.....2



Dmuchawka.....3



Regulacja uchwytu.....4



HVE/ślinociąg.....5




Obsługa i regulacja 2
Czyszczenie i konserwacja 9
Parametry..... 17


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Obsługa i regulacja

Włączanie/wyłączanie





UWAGA Firma A-dec zaleca przeprowadzanie dezynfekcji szokowej linii wodnych unitu dentystycznego przed pierwszym użyciem systemu. Więcej informacji, patrz „Konserwacja linii wodnych" na stronie 10.

Włącznik unitu

Użyć włącznika unitu, aby włączyć zasilanie elektryczne, wodę i powietrze. Włącznik unitu znajduje się zazwyczaj na konsolecie, ale może też znajdować się na bloku spluwaczki lub skrzynce przyłączeniowej w przypadku foteli bez konsolety.

W przypadku braku zasilania systemu należy sprawdzić, czy wciśnięto przycisk zasilania na fotelu. Przycisk ten musi być ustawiony w pozycji włączonej, aby możliwe było sterowanie zasilaniem systemu za pomocą włącznika unitu.

Kiedy należy wyłączać zasilanie

Aby oszczędzać energię, należy wyłączać zasilanie na zakończenie dnia pracy oraz podczas dłuższych przerw.

Panele sterowania i lampka stanu

Logo A-dec na panelu sterowania świeci, kiedy unit jest włączony i gotowy do użytku. Jeśli kontrolka stanu miga, może to wskazywać, że zabezpieczenie spowodowało przerwanie ruchu fotela. Zobacz „Funkcje bezpieczeństwa fotela" na stronie 3, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Instrukcje dotyczące wszystkich funkcji panelu sterowania można znaleźć w instrukcji obsługi konsolety.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Funkcje bezpieczeństwa fotela




Fotele dentystyczne i konsolety firmy A-dec są wyposażone w kilka funkcji bezpieczeństwa w celu poprawy bezpieczeństwa. Aktywowane wyłączniki mogą spowodować zatrzymanie fotela lub uniemożliwienie jego ruchu. Aby zapewnić nieprzerywany ruch fotela, należy:

- usunąć wszystkie potencjalne przeszkody poniżej fotela i zainstalowanych modułów
- unikać naciskania dysku lub dźwigni sterownika nożnego pracy końcówek
- zapewnić prawidłowe zainstalowanie końcówek w ich uchwytach

Jeśli fotel nagle się zatrzyma

Sprawdzić, czy wykonano poprawnie czynności opisane powyżej. Jeśli ruch fotela w dół został przerwany z powodu przeszkody, należy unieść fotel za pomocą panelu sterowania lub przełącznika sterownika nożnego i usunąć przeszkodę.

Dmuchawka nadająca się do autoklawowania




Aby zainstalować końcówkę dmuchawki A-dec, należy ją wpychać aż do wyczucia podwójnego kliknięcia. W celu uruchomienia strumienia powietrza/wody nacisnąć oba przyciski jednocześnie.

WAŻNE Szczegółowe informacje na temat korzystania z dmuchawki, regulacji przepływu i konserwacji zawiera *Instrukcja obsługi dmuchawek A-dec* (nr części 85.0680.18).

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


Uchwyty instrumentów



Ramiona z uchwytami na instrumenty obracają się niezależnie w celu uzyskania indywidualnie dostosowanej pozycji dla każdego instrumentu. Aby zmienić pozycję, należy lekko odciągnąć uchwyt od sąsiedniego uchwytu, obrócić do żądanej pozycji, a następnie puścić uchwyt.

PRZESTROGA Przed obróceniem uchwytu należy najpierw odciągnąć go od uchwytu sąsiadującego. W przeciwnym wypadku może nastąpić uszkodzenie mechanizmu.

Automatyczne uchwyty elektryczne




Jeżeli unit posiada system próżniowy umieszczony z boku fotela i automatyczne uchwyty elektryczne, należy zdjąć HVE lub ślinociąg z uchwytu i otworzyć zawór, aby włączyć ssanie. Aby wyłączyć ssanie, należy włożyć instrument z powrotem do uchwytu.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Dostosowanie HVE i ślinociągu do obsługi prawą lub lewą ręką




W celu dostosowania standardowego HVE i ślinociągu dla osób leworęcznych należy wycisnąć zawór regulacyjny z korpusu zaworu, obrócić zawór o 180° i wcisnąć go z powrotem na miejsce.

UWAGA Umieść zawór ponownie po tej samej stronie korpusu zaworu. W przeciwnym razie HVE lub ślinociąg nie będzie działać poprawnie.

PRZESTROGA Jeżeli unit wyposażony jest w system AVS, nie należy podejmować prób wyjęcia zaworu HVE. HVE w tej konfiguracji jest na stałe połączony z przewodem i nie można go zdjąć *(zobacz poniżej)*.

System próżniowy (Air Vacuum System, AVS)



Opcja AVS obejmuje generator próżni pracujący w obiegu zamkniętym. Ponadto w przypadku zastosowania tej opcji korpus zaworu HVE jest przymocowany na stałe i nie można go odłączyć od przewodu.

Aby włączyć ssanie ślinociągu, użyć przełącznika.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Funkcje spluwaczki



Płukanie miski spluwaczki i napełnianie kubka

Funkcjami płukania miski spluwaczki i napełniania kubka można sterować przy użyciu przycisków znajdujących się pod wylewką do napełniania kubka lub na panelu sterowania. Przyciski działają podczas operacji zarówno zaprogramowanych, jak i ręcznych.


Przycisk programowania	Opis i ustawienia fabryczne
	Płukanie miski spluwaczki: • Nacisnąć i zwolnić przycisk płukania miski, aby wybrać działanie przez określony czas. Fabrycznie jest on ustawiony na 30 sekund. • Nacisnąć i zwolnić przycisk dwukrotnie w ciągu mniej niż dwóch sekund, aby włączyć tryb działania ciągłego. Nacisnąć i zwolnić przycisk ponownie, aby wyłączyć tryb działania ciągłego. • Nacisnąć i przytrzymać przycisk płukania miski, aby wybrać obsługę ręczną.
	Napełnianie kubka: • Nacisnąć i zwolnić przycisk napełniania kubka, aby wybrać działanie przez określony czas. Ustawieniem fabrycznym jest napełnianie trwające 2,5 sekundy. • Nacisnąć i przytrzymać przycisk napełniania kubka, aby wybrać obsługę ręczną.

Uwaga: Symbole stosowane na panelach sterowania są zastrzeżone dla firmy A-dec, Inc.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Funkcje spluwaczki *(ciąg dalszy)*



Regulacja czasu płukania miski spluwaczki lub napełniania kubka

Aby przeprogramować czasowe funkcje płukania miski spluwaczki lub napełniania kubka:

1. Nacisnąć przycisk P na panelu sterowania lub nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski napełniania kubka i płukania miski pod wylewką do napełniania kubka. Zwolnić przyciski po usłyszeniu krótkiego sygnału dźwiękowego.
2. W ciągu pięciu sekund nacisnąć i przytrzymać przycisk napełniania kubka lub płukania miski spluwaczki przez żądany czas.
3. Zwolnić przycisk. Trzy sygnały dźwiękowe potwierdzają zmianę programu.



Regulacja przepływu podczas płukania miski

Należy ustawić natężenie spłukiwania miski wystarczające do całkowitego opłukania miski spluwaczki. Jeżeli przepływ wody jest niewystarczający, można go wyregulować w bloku opcjonalnym:

1. Zdejmij boczną pokrywę bloku opcjonalnego poprzez wyciągnięcie dolnych krawędzi pokrywy.
2. Przy włączonym płukaniu miski, ściśnij zawór zaciskowy, aby zmniejszyć przepływ. Zwolnij zacisk, aby zwiększyć przepływ.
3. Aby uzyskać największą skuteczność płukania, wyreguluj kształt przepływu, obracając wylewkę do płukania miski spluwaczki.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Regulacja ramienia teleskopowego



W celu wypoziomowania ramienia teleskopowego:


1. Wysunąć ramię teleskopowe.
2. Znaleźć regulacyjną śrubę zaciskową znajdującą się pod ramieniem teleskopowym.
3. Za pomocą klucza sześciokątnego 1/8 cala przekręcić śrubę zaciskową w prawo, aby przechylić ramię teleskopowe do góry, albo w lewo, aby przechylić ramię teleskopowe w dół.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Czyszczenie i konserwacja

Osłona barierowa



UWAGA Informacje dotyczące prawidłowego użycia i utylizacji osłon barierowych znajdują się w instrukcjach dostarczonych przez producenta osłon barierowych.

Firma A-dec zaleca stosowanie osłon barierowych na wszystkich używanych powierzchniach dotyku i transferowych. Powierzchnie dotykowe to obszary mające styczność z dłońmi i mogące stać się punktami przenoszenia zakażeń podczas zabiegów dentystycznych. Powierzchnie transferowe to obszary, które wchodzą w kontakt z instrumentami i innymi przedmiotami.

Osłony barierowe w USA muszą być produkowane zgodnie z zasadami bieżącej dobrej praktyki wytwarzania (Current Good Manufacturing Practice, CGMP) określonymi przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (U.S. Food and Drug Administration, USFDA). Poza USA należy zapoznać się z lokalnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi urządzeń medycznych.

WAŻNE Zalecenia dotyczące czyszczenia i dezynfekcji chemicznej powierzchni dotykanych i transferowych (w przypadku niemożności stosowania ochrony barierowej lub naruszenia bariery) można znaleźć w dokumencie *Zalecenia dotyczące dezynfekcji urządzeń firmy A-dec* (nr części 85.0696.18).

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Konserwacja linii wodnych



Butelka do zamkniętego obiegu wody

Firma A-dec zaleca przeprowadzanie dezynfekcji szokowej linii wodnych unitu dentystycznego przed pierwszym użyciem systemu.

W przypadku bieżącej konserwacji linii wodnej firma A-dec zaleca protokół trzyczęściowy: ciągłe stosowanie tabletek do uzdatniania wody A-dec ICX®, regularne monitorowanie jakości wody unitu dentystycznego i dezynfekcja szokowa.

WAŻNE Pełne szczegóły utrzymywania dobrej jakości wody w systemie, patrz instrukcja obsługi dostarczona z tabletkami ICX oraz zamkniętą butelką na wodę:

A-dec ICX ..... nr części 86.0613.18
System zamkniętego obiegu wody A-dec.... nr części 86.0609.18
Zalecenia konserwacji linii wodnych..... nr części 85.0983.18

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Spluwaczka i odpływ grawitacyjny



Wylewki i miska

Profil wylewki i gładkie powierzchnie miski spluwaczki przyspieszają i ułatwiają czyszczenie. Podczas czyszczenia spluwaczki należy za każdym razem opróżnić i wyczyścić sitko.

PRZESTROGA Podczas czyszczenia spluwaczki nie należy zdejmować wylewek. Zapobiega to uszkodzeniu sprzętu i zanieczyszczeniu wody do napełniania kubka przez środki czyszczące.

PRZESTROGA Nie należy opróżniać filtra odpadków stałych ani sitka miski do spluwaczki. Może to doprowadzić do zatkania odpływu grawitacyjnego spluwaczki. Zawartość należy usunąć do pojemnika na odpady stanowiące zagrożenie biologiczne zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Po wyczyszczeniu należy zawsze zakładać sitko w misce spluwaczki, aby zapobiec zatykaniu odpływu przez zanieczyszczenia.

Czyszczenie odpływu grawitacyjnego

Na zakończenie każdego dnia pracy należy przepłukać spluwaczkę, aby usunąć zanieczyszczenia z elastycznego przewodu odpływu grawitacyjnego. Nieregularne płukanie spluwaczki może powodować gromadzenie się zanieczyszczeń utrudniających odpływ. Aby przepłukać spluwaczkę, naciśnij przycisk płukania miski na około 60 sekund.

Części zamienne

W celu wymiany sitek spluwaczki należy skontaktować się z autoryzowanym dealerem firmy A-dec i zamówić części nr 75.0035.03 (w paczkach po 5 szt.).

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Kontrola higieny zespołu korpusu zaworu HVE/ślinociągu



UWAGA Przewody próżniowe należy przepłukiwać na koniec każdego dnia albo częściej – zgodnie z protokołami obowiązującymi w placówce.

W przypadku stosowania osłon barierowych do ochrony korpusu głównego HVE i ślinociągu należy zmieniać folię barierową po każdym pacjencie. Instrumenty te należy czyścić i dezynfekować na zakończenie każdego dnia lub po każdej wizycie pacjenta, jeżeli folia barierowa została naruszona. Jeżeli folia barierowa nie jest używana, a także w przypadku zabiegów chirurgii stomatologicznej, należy zawsze czyścić i dezynfekować te instrumenty po każdej wizycie pacjenta.

Czyszczenie i dezynfekcja

Aby wyczyścić i zdezynfekować zespół korpusu zaworu HVE i ślinociągu bez odłączania go od systemu próżniowego:

PRZESTROGA Zespół korpusu ssaka zaworu należy wyczyścić najszybciej, jak to możliwe, po zakończeniu leczenia każdego pacjenta. Nie dopuszczać do zaschnięcia krwi ani zanieczyszczeń na narzędziach. Jeśli natychmiastowe czyszczenie jest niemożliwe, wówczas zespół korpusu zaworu należy utrzymywać wilgotny.

UWAGA Konieczne jest stosowanie środka do dezynfekcji klasy szpitalnej zarejestrowanego przez EPA o działaniu prątkobójczym z jedną z następujących mieszanin: wysoko rozcieńczony preparat fenolowy na bazie wody lub czwartorzędowy związek amonowy z mniej niż 25% izopropanolu.

UWAGA Jeśli używany jest roztwór w aerozolu, należy rozpylać go na miękką, nisko strzępiącą się ściereczkę, którą należy nakładać roztwór na zespół korpusu zaworu.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Kontrola higieny zespołu korpusu zaworu HVE/ślinociągu *(ciąg dalszy)*



1. Odłącz końcówkę ssącą od zespołu korpusu zaworu HVE lub ślinociągu. Wyrzuć jednorazowe końcówki ssące.
2. Wyczyść zespół korpusu zaworu, aby usunąć widoczne zanieczyszczenia przy użyciu ściereczki ze środkiem do dezynfekcji albo roztworu środka do dezynfekcji w aerozolu. Utrzymuj zespół korpusu zaworu zwilżony przez czas kontaktu zalecany przez producenta. W razie potrzeby powtarzaj czynności do momentu usunięcia widocznych zanieczyszczeń z zespołu korpusu zaworu.
3. Zdezynfekuj zespół korpusu zaworu, używając nowej ściereczki ze środkiem do dezynfekcji albo roztworu środka do dezynfekcji w aerozolu. Utrzymuj zespół korpusu zaworu zwilżony przez czas kontaktu zalecany przez producenta.
4. Pozostaw zespół korpusu zaworu do wyschnięcia na powietrzu.
5. Kilkakrotnie poruszaj zaworami HVE i ślinociągu, aby sprawdzić, czy obracają się płynnie.

UWAGA Zespoły korpusu zaworu A-dec są odporne na wysoką temperaturę podczas sterylizacji. Użytkownicy mogą je sterylizować według własnego uznania.

Okresowa konserwacja i sterylizacja

Aby przeprowadzić okresową konserwację i sterylizację HVE i ślinociągu po odłączeniu od systemu próżniowego (częstość zależy od użytkownika):

PRZESTROGA Zespół korpusu ssaka zaworu należy wyczyścić najszybciej, jak to możliwe, po zakończeniu leczenia każdego pacjenta. Nie dopuszczać do zaschnięcia krwi ani zanieczyszczeń na narzędziach. Jeśli natychmiastowe czyszczenie jest niemożliwe, wówczas zespół korpusu zaworu należy utrzymywać wilgotny.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Kontrola higieny zespołu korpusu zaworu HVE/ślinociągu *(ciąg dalszy)*



1. Zdejmij zespół korpusu zaworu z przewodu próżniowego, odciągając go od przewodu przy jego końcówce.
2. Rozmontuj korpus zaworu, wypychając zawór regulacyjny z korpusu zaworu.
3. Wyczyść elementy korpusu zaworu, używając miękkiej, strzępiącej się w niewielkim stopniu ściereczki.
4. Przygotuj ciepły (32–43°C [90–110°F]) roztwór detergentu (detergent enzymatyczny o pH obojętnym lub alkaliczny detergent nieenzymatyczny), postępując zgodnie z zaleceniami przez producenta.
5. Namaczaj zanieczyszczone elementy korpusu zaworu w przygotowanym roztworze detergentu przez co najmniej minutę.
6. Zdejmij i sprawdź uszczelki O-ring. W przypadku uszkodzeń wyrzuć uszkodzone i wymień na nowe.
7. Szczoteczką o miękkim, nylonowym włosiu (albo równoważną) wyszoruj:
   - odsłonięte powierzchnie elementów korpusu zaworu i uszczelki O-ring, utrzymując je w zanurzeniu, przez co najmniej 30 sekund lub do czasu usunięcia wszystkich widocznych zanieczyszczeń.
   - wewnętrzne światło korpusu zaworu co najmniej trzy razy (ze środka na zewnątrz), usuwając jakiekolwiek widoczne zanieczyszczenia z włosia szczotki.
8. Płucz wyczyszczone elementy korpusu zaworu pod bieżącą ciepłą (32–43°C [90–110°F]) wodą pitną przez co najmniej 30 sekund.
9. Pozostaw elementy korpusu zaworu do wyschnięcia na powietrzu.
10. Wysterylizuj elementy korpusu zaworu zgodnie z następującymi wskazówkami:
    - Sterylizatory z dynamicznym usuwaniem powietrza: 4 minuty w temperaturze 132–135°C (270–275°F)
    - Sterylizatory grawitacyjne: 30 minut w temperaturze 121–123°C (250–254°F)
11. Przed wyjęciem wsadu ze sterylizatora odczekaj 30 minut, aby umożliwić wysuszenie wsadu. Przed wykonaniem dalszych czynności upewnij się, że elementy korpusu zaworu są całkowicie suche.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Kontrola higieny zespołu korpusu zaworu HVE/ślinociągu *(ciąg dalszy)*

PRZESTROGA Do smarowania uszczelek O-ring instrumentów A-dec należy używać wyłącznie smaru silikonowego. Produkty naftowe spowodują nieodwracalne uszkodzenia uszczelek o-ring.

12. Przed użyciem nasmaruj uszczelki O-ring smarem silikonowym A-dec i ponownie zamontuj korpus zaworu.
13. Załóż zespół korpusu zaworu na końcówkę przewodu.
14. Kilkakrotnie obrócić zawory regulacyjne HVE i ślinociągu, aby sprawdzić, czy obracają się płynnie.

Końcówki HVE/ślinociągu



UWAGA Dobierz końcówki dopasowane do otworów HVE i ślinociągu. Dane techniczne można znaleźć w rozdziale „Połączenia końcówek HVE i ślinociągu A-dec"na stronie 17.

Końcówki jednorazowe


PRZESTROGA Jednorazowe końcówki HVE i ślinociągu nie nadają się do sterylizacji i nie należy używać ich ponownie.

Po każdym użyciu należy wymienić jednorazowe końcówki HVE i ślinociągu.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Sitko



OSTRZEŻENIE Możliwa obecność odpadów zakaźnych. Aby uniknąć przeniesienia zakażeń, należy stosować środki kontroli higieny.

Sitko zapobiega przedostawaniu się odpadków stałych do centralnego systemu ssącego. Aby zapewnić właściwe odsysanie z centralnego systemu próżniowego i utrzymać odpowiednią higienę gabinetu, należy wyrzucać i wymieniać sitko co najmniej dwa razy w tygodniu.

WSKAZÓWKA W celu zamówienia sitek należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dealerem firmy A-dec i podać nr części 5512 Pinnacle lub nr części 11.1284.01 A-dec.

Aby wymienić sitko:

1. Wyłącz układ próżniowy lub otworzyć zawór regulacyjny HVE.
2. Wyjąć nasadkę sitka i sitko.
3. Usun sitko zgodnie z miejscowymi przepisami.
4. Sprawdzić O-ring zatyczki kolektora, w razie potrzeby wymienić O-ring i w razie potrzeby nasmarować smarem silikonowym firmy A-dec.
5. Włóż nowe sitko i z powrotem załóż nasadkę.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Parametry



Minimalne wymogi w zakresie doprowadzanego powietrza i wody oraz systemu próżniowego

Powietrze:	Przynajmniej 71 sl/min (2,5 scfm) przy 550–860 kPa (80–125 psi)
Woda:	Przynajmniej 5,7 l/min (1,5 gpm) przy 410 ±140 kPa (60 ±20 psi)
System próżniowy:	
(wilgotny):	255 sl/min (9 scfm) przy 34 ±7 kPa (10 ±2 cale Hg)
(suchy)	340 sl/min (12 scfm) przy 16 ±3,5 kPa (4,5 ±1 cal Hg)

Średnice otworów końcówek HVE i ślinociągu

Standardowy otwór HVE 11 mm:	Otwór o średnicy 11 mm (0,433 cala) *(do standardowych końcówek HVE)*
Duży otwór HVE 15 mm:	Otwór o średnicy 15 mm (0,591 cala) *(do standardowych końcówek HVE)*
Standardowy otwór ślinociągu (SE) 6 mm:	Otwór o średnicy 6 mm (0,236 cala) *(do standardowych końcówek ssaka SE)*

WAŻNE Specyfikacje elektryczne, identyfikację symboli oraz inne informacje wymagane przepisami można znaleźć w dokumencie *Informacja o zgodności z przepisami, dane techniczne oraz gwarancja* (nr części 86.0221.18) dostępnym pod adresem www.a-dec.com w sekcji Baza dokumentów.

UWAGA Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian w danych technicznych bez uprzedniego powiadomienia. Wymagania mogą być różne w zależności od lokalizacji. Więcej informacji można uzyskać od autoryzowanego przedstawiciela firmy A-dec.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

a-dec

Siedziba firmy A-dec
2601 Crestview Drive
Newberg, OR 97132
USA
Tel.: 1 800 547 1883 w USA i Kanadzie
Tel.: 1 503 538 7478 spoza USA i Kanady
www.a-dec.com

CE
1434

A-dec Australia
Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020
Australia
Tel.: 1.800.225.010 w Australii
Tel.: +61 (0)2 8332 4000 spoza Australii

A-dec Chiny
A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.
528 Shunfeng Road
Qianjiang Economic Development Zone
Hangzhou 311106
Zhejiang, Chiny
Tel.: +1 503 538 7478

A-dec Wielka Brytania
Austin House, 11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ
Anglia
Tel.: 0800 ADECUK (233285) w Wielkiej Brytanii
Tel.: +44 (0) 24 7635 0901 spoza Wielkiej Brytanii

86.0308.18 Rev H
Data wydania 2021-02-25 r.
Prawa autorskie 2021 A-dec, Inc.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ