stomdevice

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДТЕХНИКА", ООО "МЕДТЕХНИКА" зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области 26.10.2017 ОГРН: 1175476111711, место нахождения: 630501, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСКАЯ, НОВОСИБИРСКИЙ РАЙОН, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК КРАСНООБСК, УЛИЦА ЗАПАДНАЯ, ДОМ 3, ОФИС 3, телефон: +7 8125437100
В лице: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РОМАНЧЕНКО ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

заявляет, что Центрифуга лабораторная медицинская настольная «Armed»
Центрифуга лабораторная медицинская настольная «Armed», в вариантах исполнения:
I. Центрифуга лабораторная медицинскаянастольная «Armed», вариант исполнения LC-04A, в составе:
1. Центрифуга – 1 шт.
2. Шнур питания – 1 шт.
3. Щетка электродвигателя – 2 шт.
4. Уплотнитель – 12 шт.
5. Ключ для открытия крышки – 1 шт.
6. Предохранитель плавкий F2AL 250 В – 2 шт.
7.Руководство по эксплуатации – 1 шт.

II. Центрифуга лабораторная медицинская настольная «Armed», вариант исполнения LC-04B, в составе:
1. Центрифуга – 1 шт.
2. Шнур питания – 1 шт.
3. Щетка электродвигателя – 2 шт.
4. Уплотнитель – 12 шт.
5. Предохранитель плавкий F2AL 250 В – 2 шт.
6. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

III. Центрифуга лабораторная медицинская настольная «Armed», вариант исполнения HC-12C, в составе:
1. Центрифуга – 1 шт.
2. Шнур питания – 1 шт.
3. Уплотнитель – 12 шт.
4. Предохранитель плавкий F2AL 250 В – 2 шт.
5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

код ОКПД2: 26.60.12.119, код ТН ВЭД: 9019200000,
Серийный выпуск,
Изготовитель: Zenith Lab (Jiangsu) Co., Ltd., место нахождения: КИТАЙ, No. 12 Hongshan Road, Industrial Zone, Jincheng Town, Jintan District, Changzhou, Jiangsu, China.

Соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92 р. 3,4, ГОСТ IEC 61010-1-2014, ГОСТ IEC 61010-2-020-2013, ГОСТ IEC 61010-2-101-2013, ГОСТ Р МЭК 62304-2013, ГОСТ Р ИСО 18113-1-2015, ГОСТ Р ИСО 18113-3-2015, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014, ГОСТ ISO 14971-2011.

Декларация о соответствии принята на основании протокола № 2020.TR-129.02BL выдан 04.03.2020 испытательной лабораторией "Общество с ограниченной ответственностью Испытательный лабораторный центр "МедТестПрибор"" РОСС RU.0001.21МП26;
Регистрационного удостоверения на медицинское изделие № РЗН 2020/10939 от 25.06.2020 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР).
схема декларирования: 2д

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Дата принятия декларации 31.08.2020

Декларация о соответствии действительна до 30.08.2023

М.П.

РОМАНЧЕНКО ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

(подпись) инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии RA.RU.11АБ69, Общество с ограниченной ответственностью "ЛенСерт", 195027, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, ул Магнитогорская, дом 30 литер А, офис 912

Регистрационный номер декларации о соответствии РОСС RU Д-CN.АБ69.В.04480/20

Дата регистрации 31.08.2020

М.П.

Заболотная Татьяна Викторовна

(подпись) инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ