stomdevice

АРМЕД®
NON PROGREDI, EST REGREDI

ПАСПОРТ
И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Светильник медицинский АРМЕД
по ТУ 9452-005-13391002-2014

АРМЕД-ЛД-2-ЛЕД



До начала эксплуатации подробно ознакомьтесь с настоящим паспортом!

Торговая марка «АРМЕД» (495) 989-12-89

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ВВЕДЕНИЕ

Светильник медицинский АРМЕД по ТУ 9452-005-13391002-2014 АРМЕД-ЛД-2-ЛЕД (далее по Руководству - светильник) предназначен для освещения рабочего поля при проведении хирургических операций, а также при диагностических медицинских исследованиях в отделениях хирургии, терапии и гинекологии в лечебно-профилактических учреждениях.

Для того, чтобы исключить вероятность повреждения оборудования не пренебрегайте рекомендациями данного Руководства и общими требованиями безопасности.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации следует соблюдать правила техники безопасности при работе с электрооборудованием.

По безопасности светильник соответствует требованиям ГОСТ Р 50267.0, предъявляемым к изделия класса II и ГОСТ Р 50267.41.

В светильнике имеется опасное для жизни переменное напряжение до 242 В.

Не допускается снятие крышки светильника при включенном в сеть изделии!

Запрещается закрывать вентиляционные щели светильника, так как это может вызвать перегрев светильника и нарушения в его работе (или даже выход его из строя).

К ремонту и вскрытию светильника допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с напряжением до 1500 В.

Не открывайте корпус и не пытайтесь самостоятельно разобрать светильник. Разборка и сборка, а также исправление неисправностей производится специалистом сервисной службы предприятия-изготовителя или его авторизованного дилера (поставщика)!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Величина
Габаритные размеры (± 5%), мм	880x880x1900

Торговая марка «АРМЕД» (495) 989-12-89

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Максимальная освещенность в центре рабочего поля (± 5%), Люкс	25000
Диаметр рабочего поля (± 5%), мм	200
Цветовая температура (± 10%), К	4300
Питание от сети (± 10%), В	220
Рабочее расстояние (± 5%), мм	800-1500
Потребляемая мощность (± 5%), Вт	20
Диаметр светового поля (± 5%), мм	200
Масса (нетто/брутто) (± 5%), кг	4/5,1
Габариты транспортной упаковки (ДхШхВ) (± 5%), мм	930x490x95

Однокупольный бестеневой передвижной светильник теплого белого света.

Источник света - светодиод.

Светильник состоит из основания на колесах, штатива и блока освещения.

Схема светильника приведена в Приложении 1.

ОСОБЕННОСТИ:

- Легкость перемещения блока освещения и уверенная фиксация в нужном положении;
- Основание оснащено удобными колесами, обеспечивающими простоту перемещения;
- Блок освещения оснащен удобной ручкой регулировки;
- Высота светильника регулируемая, что обеспечивает возможность настройки рабочего поля;

Торговая марка «АРМЕД» (495) 989-12-89

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

- Оптимальный индекс цветопередачи, не искажающий цветов;

- Цветовая температура максимально приближена к естественному спектру;

- Максимальная энергоэффективность, достигаемая за счет использования современных и экономичных источников света.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Распакуйте светильник и проверьте комплектацию.

Прикрепите колеса к основанию.

Вставьте штатив в основание и зафиксируйте на нужной высоте.

Протяните контакты адаптера питания с контактами, находящимися в нижней части штатива.

Установите фиксирующая планку в нижнюю часть основания и закрепите ее двумя винтами.

Излишки электрического провода уберите под пластиковое дно основания светильника.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед началом работы необходимо проверить надежность соединение блока освещения и других узлов конструкции.

Установите светильник в необходимое место для эксплуатации.

Подключите светильник к электрической сети здания.

Включите светильник с помощью выключателя, находящегося на ручке регулировки, лампа с небольшой задержкой засветится.

Установите необходимую высоту светильника и наклон блока освещения с помощью ручки регулировки, расположенной на блоке освещения.

После окончания работы выключатель должен быть установлен в положение «Выключено», а светильник - отключен от сети.

stomdevice

ВНИМАНИЕ



Для замены предохранителя необходимо сначала отключить питание, а затем заменить предохранитель того же типа.

Если светодиод не функционирует, необходимо обратиться в сервисный центр.

Не пытайтесь самостоятельно вскрыть корпус светильника.

Любое техническое обслуживание должен производить квалифицированный специалист.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Перечень возможных неисправностей, причин их возникновения и методов устранения представлен в таблице 1.

Признак неисправности	Причина	Метод устранения
Светильник не работает	Не включен переключатель или поврежден предохранитель.	Включить переключатель или заменить предохранитель.
Светодиод не горит	Неисправность, нарушения в линии.	Обратиться в авторизованный сервисный центр.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Уход за светильниками и их ремонт должны осуществляться только сервисными инженерами.

Техническое обслуживание светильника состоит из чистки поверхностей светильника и планового технического обслуживания.

Чистку корпуса светильника следует проводить не реже одного раза в неделю.

Перед чисткой необходимо отключить питание светильника.

Поверхности следует очищать в соответствии с МУ-287-113.

Избегайте попадания влаги внутрь светильника.

Торговая марка «АРМЕД» (495) 989-12-89

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Плановое техническое обслуживание следует проводить не реже одного раза в год.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Светильник, освобожденный от транспортной упаковки, должен храниться при температуре окружающего воздуха от +5 до +40 °С, относительной влажности до 80 % при температуре +25 °С.

В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию и разрушающих покрытия и изоляцию.

Светильник в упаковке предприятия-изготовителя допускает транспортировку всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать следующим:

– температура окружающего воздуха от минус 50 °С до +50 °С;

– относительная влажность воздуха 96 % при температуре +35 °С.

Запрещается транспортировать светильник вне пределов лечебного учреждения без транспортной упаковки.

Запрещается опрокидывать на бок, переворачивать и резко бросать упакованный светильник во избежание его повреждения.

При получении светильника потребитель обязан проверить целостность транспортной упаковки. В случае обнаружения ее повреждения необходимо уведомить об этом транспортную компанию и поставщика.

По истечении срока службы, а также в случае списания в результате выхода из строя, светильник подлежит утилизации в соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством.

stomdevice

ВНИМАНИЕ

Утилизация светильника вместе с бытовыми отходами не допускается!

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Основание _____ 1 шт.
2. Штатив _____ 1 шт.
3. Блок освещения _____ 1 шт.
4. Колесо _____ 5 шт.
5. Предохранитель RTT 1A 250 В _____ 2 шт.
6. Руководство _____ 1 экз.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Светильник медицинский АРМЕД по ТУ 9452-005-13391002-2014 АРМЕД-ЛД-2-ЛЕД (вид 187160) соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение

Изготовитель: ООО «Научно-производственный центр медицинской техники «АРМЕД»

143912, Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, Западная коммунальная зона, владение 1А

Срок службы - не менее 10 лет.

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящего Руководства.

На расходные материалы и быстроизнашивающиеся части гарантия не предоставляется.

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.

Сервисный центр: ООО «Научно-производственный центр медицинской техники «АРМЕД»

143912, Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, Западная коммунальная зона, владение 1А, тел.: (495) 989-12-88

Торговая марка «АРМЕД» (495) 989-12-89

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Наименование изделия: Светильник медицинский АРМЕД по ТУ 9452-005-13391002-2014 АРМЕД-ЛД-2-ЛЕД.

2. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне (либо в счете-фактуре).

При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изде-лия.

3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Срок гарантии – 12 месяцев со дня продажи.

Дата продажи _____

Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя!

Претензий по качеству, состоянию и комплектации оборудования не имею.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомился и согласен.

Покупатель: _____ (_____)

Продавец: _____ (_____)

М.П.

Торговая марка «АРМЕД» (495) 989-12-89

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ