stomdevice

Паспорт изделия

Стол медицинский перевязочный СМПэ-01-«Аском» СМ.02.01

1. Назначение и конструкция.
1.1. Стол предназначен для проведения различных медицинских процедур.
1.2. Каркас стола изготовлен из стальных труб, окрашенных методом порошковой полимерной окраски. Изменение высоты стола производится с помощью электромеханического привода.
1.3. Электромеханический привод подсоединяется к бытовой электросети напряжением 220В и частотой 50Гц., управление приводом осуществляется при помощи пульта управления (ножного или ручного).

2. Основные технические характеристики.
2.1. Максимально допустимая равномерно распределенная нагрузка 250 кг
2.2. Габаритные размеры:

Габаритные размеры, мм (max)			Масса, кг
Высота от пола	ширина	длина	не более
500-850	600	2000	70

3.Комплект поставки.

№ п/п	Наименование (размеры, мм)	Кол-во, шт.
1	Стол перевязочный в сборе	1
2	Колесо Ø 125	4
3	Комплект крепежа	1
4	Паспорт	1
5	Упаковка	1

4. Меры безопасности
4.1. Для подключения электропривода стола использовать электросеть напряжением 220В и частотой 50Гц.
4.2. Запрещается использование стола с поврежденным сетевым шнуром
4.3. Запрещается превышать максимально допустимую нагрузку 250кг
4.4. Не допускать работу электропривода без перерыва более 2мин (перерыв не менее 1 мин.)

5. Условия хранения и эксплуатации.
5.1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 50444.
5.2. Для очистки стола пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов.
5.3. Поверхность изделия устойчива к дезинфекции по МУ 287-113. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной 3% раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора.
5.4. Не допускать работу электропривода без перерыва более 2мин.
5.5. Не реже 1 раза в 6 месяцев производить заполнение шарнирных соединений силиконовой смазкой, а также производить визуальный осмотр изделия на предмет повреждений электромеханического привода и мягких элементов стола.

6. Гарантийные обязательства.
6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты производства.
6.2. В течение всего гарантийного срока производитель за свой счет производит ремонт или замену изделия или его отдельных компонентов.
6.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
6.4. При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет.

7. Предприятие производитель:

ООО МК «АСК»
603147 , Нижний Новгород, ул. Фучика, д. 60,
Тел./Факс (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18

8. Свидетельство о приемке

Стол медицинский перевязочный СМПэ-01-«Аском» СМ.02.01
Серийный номер_____
Дата производства:_____
Соответствует ТУ 9452-003-77825900-2011

Упаковщик_____

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ