stomdevice

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.MO10.B.03529

Серия RU № 0659081

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-СТАНДАРТ». Место нахождения: 119119, Российская Федерация, город Москва, Ленинский проспект, дом 42, корпус 1-2-3, этаж 1, помещение I, комната 35. Адрес места осуществления деятельности: 117405, Российская Федерация, город Москва, улица Кирпичные Выемки, дом 2, корпус 1, 3-й этаж, комната № 11. Телефон: +7 (495) 664-23-98, адрес электронной почты: info@standart-centr.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11MO10. Дата регистрации аттестата аккредитации: 20.08.2015 года

ЗАЯВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Ардатовский светотехнический завод».
Основной государственный регистрационный номер: 1021300546541.
Место нахождения: 431890, Российская Федерация, Республика Мордовия, Ардатовский район, поселок Тургенево, улица Заводская, дом 73
Телефон: 8343121004, адрес электронной почты: mirsveta@astz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Ардатовский светотехнический завод».
Место нахождения: 431890, Российская Федерация, Республика Мордовия, Ардатовский район, поселок Тургенево, улица Заводская, дом 73

ПРОДУКЦИЯ Облучатели бактерицидные настенные , серии ОБН01, типов: ОБН01-75-001, ОБН01-75-011,ОБН01-150-001,ОБН01-150-011.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ9451-001-05014337-2015 «Облучатели бактерицидные настенные ОБН01».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 9018 20 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 1009-1 от 21.02.2018 года, выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Научное производственное объединение "ВитроПак", аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21AC83; акта анализа состояния производства от 14.02.2018 года органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью « ЦЕНТР-СТАНДАРТ »; руководства по эксплуатации; паспорта.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы, срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Стандарт, обеспечивающий соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств": ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 "Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания".

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.02.2018 **ПО** 20.02.2023 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Евгений Николаевич Ушаков (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Василий Андреевич Туканов (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ) , тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ