
stomdevice

РАЗРАБОТКА ВЕГА-ПРО ПРОИЗВОДСТВО

АВЕРОН

БУНКЕР ДЛЯ ГИПСА
модель БУНКЕР 5.0 М



Этикетка
АВЕ 417.000.000 ЭТ

для механической подачи гипса
в гипсовочных и литейных лабораториях

stomdevice

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Бункер для гипса БУНКЕР 5.0 М (далее - БУНКЕР) предназначен для механической подачи гипса.

БУНКЕР применяется в гипсовочных и литейных лабораториях.

1.2 Рекомендуется эксплуатировать совместно со столом универсальным лабораторным СУЛ 9.1 ГИПС (далее – стол).

1.3 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10...35°С
- влажность при 25°С, не более 80%

1.4 Основные характеристики

максимальная загрузка гипса ..... 5 кг
влажность гипса, не более 5%*
габариты..... 160х260х360 мм
масса (без гипса), не более ..... 3,3 кг

* - для равномерной подачи рекомендуется засыпать в БУНКЕР гипс с влажностью не более 5%, иначе возможны перебои в подаче гипса.




Рис.1

1.5 Комплектность шт

БУНКЕР с крышкой..... - 1
Кронштейн..... - 1
Скоба для навешивания..... - 2
Винт М 5×10..... - 4
Гайка М 5..... - 4
Шайба 5 гровер..... - 4
Шайба 5..... - 4
Саморез п-круг 4,8×50..... - 4
Дюбель 8×50..... - 4
Этикетка АВЕ 417.000.000 ЭТ

✉ - емкость (500 мл) с трубкой и мерным градуированным контейнером (50 мл), для ручного дозирования воды при заливке гипса и паковочных масс ДОЗАТОР 0.5 ПЛЮС

✉ - поставка по дополнительной заявке




Рис.2 Вид сверху (без крышки)

2 УСТРОЙСТВО (рис.1-4)

1 – короб
2 – крышка
3 – ручка с маховиком механизма подачи гипса
4 – кронштейн
5 – пружина
6 – патрубок подачи гипса
7 – крышка патрубка
8 – скоба для навешивания




Рис.3




Рис.4

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

3 РАБОТА (рис.1-7)

Установить ручку **(3)** из транспортного положения в рабочее, как показано на рис.1.

Установить скобы **(8)** для навешивания БУНКЕРА в соответствующие отверстия снаружи задней стенки, крепеж установлен в скобах.




Рис.5

Закрепить кронштейн **(4)** через горизонтальные отверстия, рис.5, на стену дюбелями 8×50 и саморезами 4,8×50, или на заднюю стенку стола винтами М 5×16, шайбами 5, гайками М 5, рис.6.

Засыпать гипс. Например, поставить БУНКЕР на пол и заполнить загрузочный отсек.

Скобами **(8)**, размещенными на задней стенке, навесить БУНКЕР в пазы кронштейна.





Рис.6

При вращении ручки **(3)** и открытой крышке **(7)** происходит равномерная подача гипса: витки пружины **(5)** перемещают гипс по нижней части короба **(1)** в патрубок **(6)**.

Для точной дозировки гипса рекомендуется наполняемую из БУНКЕРА емкость устанавливать на весы.

Пример размещения БУНКЕРА на столе СУЛ 9.1 ГИПС приведен на рис.7.


Рис.7

ВНИМАНИЕ!

Не промывать бункер водой во избежание выхода из строя.

Использование низкосортных материалов, повышенная влажность воздуха в помещении, влажный гипс, попадание посторонних предметов могут привести к снижению производительности или прекращению дозирования.

Не рекомендуется длительное хранение гипса в БУНКЕРЕ. При проявлении признаков слеживаемости сократить время нахождения гипса в БУНКЕРЕ, пересыпая и храня гипс в герметичной емкости.

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По мере необходимости очищать внутреннюю поверхность БУНКЕРА, а также протирать наружные поверхности от пыли влажной мягкой тканью.

stomdevice

5 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок - 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

Изготовитель:
620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3
ООО «ВЕГА-ПРО» **www.averon.ru**
бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20
тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72 **feedback@averon.ru**
Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23
бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

модель БУНКЕР 5.0 М	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ