stomdevice

АВЕРОН

БЛОК АВТОНОМНОЙ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

модель БВ 3.2 М



Этикетка
АВЕ 246.000.002 ЭТ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

модель БВ 3.2 М	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Блок автономной вытяжной вентиляции БВ 3.2 М (далее **БВ**) предназначен для удаления из нагревательной камеры Печи электрической сушильной ЭПС "АВЕРОН", Электропечи муфельной ЭМП "АВЕРОН" (ЭМП 11.0 М, ЭМП 11.6) побочных продуктов термического процесса (пары воды, аммиака, продукты сгорания воска и пр.), препятствующих качественному изготовлению опок для литья.

1.2 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10...35 °С
- влажность при 25 °С, не более 80 %

1.3 Основные технические характеристики

- электропитание ~220В 50Гц 0,2А
- габариты (ШхВхГ), не более 130×320×155 мм
- масса изделия, не более 2,0 кг



2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

труба эжекторная с вентилятором	– 1 шт
трубка Ø20×18 мм	– 2 шт
саморез 3,5×9,5	– 4 шт
этикетка АВЕ 246.000.002 ЭТ	

3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Принцип действия **БВ** основан на эффекте эжекции.
Сформированный **БВ** поток воздуха проходит через основной канал эжекторной трубы и создает разрежение, обеспечивающее отток воздуха из камеры **ЭПС/ЭМП** через отверстие для вытяжки.
Управление **БВ** осуществляется от блока управления **ЭПС/ЭМП**.
Силиконовая трубка используется для герметизации стыка вытяжных патрубков **ЭПС/ЭМП** и **БВ**. Способ подсоединения **БВ** к **ЭПС/ЭМП** описан в соответствующем Руководстве по эксплуатации

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По мере загрязнения проводить очистку наружных поверхностей **БВ** от пыли влажной мягкой тканью, губкой.

5 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.
Срок службы – 5 лет. Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности.
Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

Адрес Изготовителя:

620102, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО»
бесплатный звонок по России 8 804 333-19-20
тел. (343) 234-65-86, 311-11-21, факс (343) 234-65-72
сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ