stomdevice



АДАПТЕР
к соплам RENFERT
модель КАР 1.0

Этикетка
АВЕ 263.000.000 ЭТ

Изготовитель:
620102, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО» **www.averon.ru**
тел. (343) 234-65-86, факс (343) 234-65-72 **feedback@averon.ru**
сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

модель КАР 1.0	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Адаптер к соплам RENFERT модель **КАР 1.0** предназначен для установки струйных сопел IT (для аппаратов с тонкоструйной обработкой) фирмы RENFERT в струйные (автономные струйные) модули МС (АМС) АВЕРОН.

1.2 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10...35°С
- влажность при 25 °С, не более 80%

1.3 Комплектность


Фитинг **(1)** - 1 шт
Пылезащитный колпачок **(2)** - 1 шт
Гайка **(3)** - 1 шт
Этикетка АВЕ 263.000.000 ЭТ

2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

До установки КАР отключить МС или АМС от источника сжатого воздуха.

3 УСТАНОВКА

КАР 1.0 устанавливается на МС/АМС с трубкой наконечника диаметром 10 мм. Из наконечника МС (АМС) вынуть плоскогубцами сопло, раскачивая его из стороны в сторону. Шланг вытянуть из наконечника и срезать с торца не менее 10 мм.
Сопло RENFERT **(4)** закрепить в адаптере, см. рисунок. Шланг **(5)** вставить через колпачок **(2)** в фитинг **(1)** до упора.



4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По мере загрязнения протереть влажной мягкой тканью, губкой (растворы в соответствии с МУ 287-113-00).

5 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Срок службы – 5 лет.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ