stomdevice



АДАПТЕР
к соплам RENFERT
модель КАР 1.3

Этикетка
АВЕ 263.070.000 ЭТ

Изготовитель:
620102, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО» www.averon.ru
бесплатный звонок по России 8 804 333-19-20
тел. (343) 234-65-86, 311-11-21, факс (343) 234-65-72 feedback@averon.ru
сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

модель КАР 1.3	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Адаптер к соплам RENFERT модель **КАР 1.3** предназначен для установки струйных сопел IT (для аппаратов с тонкоструйной обработкой) фирмы RENFERT в струйные (автономные струйные) модули МС 4.3 (АМС 1.3) АВЕРОН.

1.2 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10...35°С
- влажность при 25 °С, не более 80%

1.3 Комплектность


Фитинг **(1)** - 1 шт
Пылезащитный колпачок **(2)** - 1 шт
Гайка **(3)** - 1 шт
Этикетка АВЕ 263.070.000 ЭТ

2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

До установки КАР отключить МС или АМС от источника сжатого воздуха.

3 УСТАНОВКА

КАР 1.3 устанавливается на МС/АМС с трубкой наконечника диаметром 8 мм.
Со шланга МС (АМС) снять наконечник с соплом - шланг вытянуть из наконечника и срезать с торца не менее 10 мм.
Сопло RENFERT **(4)** закрепить в адаптере гайкой (**3**), см. рисунок. Шланг **(5)** вставить через колпачок **(2)** и фитинг **(1)** до упирания в сопло (**4**).



4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По мере загрязнения продуть сжатым воздухом.

5 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.
Срок службы - не менее 5 лет. Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности.
Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.