stomdevice

РАЗРАБОТКА ВЕГА-ПРО ПРОИЗВОДСТВО

EAC

АВЕРОН

ОТДЕЛИТЕЛЬ ГИПСА ПРОТОЧНЫЙ (ГИПСООТСТОЙНИК) серия ОГП



Этикетка
АВЕ 454.000.000 ЭТ

Декларация о соответствии
ЕАЭС N RU Д-RU.АП02.В.13006 от 19.06.2018

Изготовитель:
620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО»
www.averon.ru
бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20
тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72 **feedback@averon.ru**
Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23
бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

ОГП	2.0 МИНИ
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____
Дата выпуска _____	Упаковщик _____
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Отделитель гипса проточный серия ОГП (далее - **ОГП**) предназначен для разделения смеси, поступающей из мойки, на воду, сливаемую в канализацию, а также песок и гипс, собираемые для последующей утилизации. ТУ 4863-065-52331864-2018, ТН ВЭД ЕАЭС 8421210009.

1.2 Основные характеристики

диаметр/высота корпуса..... - 330/265 мм
вес ..... - 2 кг
диаметр вход/выход. патрубков..... - 40 мм

1.3 Комплектность шт

корпус **(1)**)..... - 1
емкость **(2)** с крышкой..... - 1/1
крышка **(3)** корпуса ..... - 1
сифон **(5)** гофрированный сантехнический с прокладкой **(6)**..... - 1/1



☒ КРЫШКА 2.0 ОГП МИНИ - поставка по дополнительной заявке

2 УСТРОЙСТВО, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Корпус **(1)** и емкость **(2) без крышки** образуют 2 секции отстойника с различным уровнем заполнения и протяженным переливом. Емкость **(2)** устанавливается вырезом от сливного патрубка **(4)**.

Подключить **ОГП** между мойкой и канализацией, для чего соединить:

- сливную трубу мойки с **ОГП** через манжету крышки **(3)**. Для блокировки неприятных запахов допускается соединить мойку с **ОГП** через гофрированный сифон (гидрозатвор), но при этом в перегибе может возникать засор (для устранения, не разбирая систему, пошевелить гофрированный сифон в районе изгиба);
- сифон **(5)** со сливным патрубком **(4)** через уплотнительную прокладку **(6)**;
- сифон **(5)** со сливом **(7)** канализации. Слив канализации должен быть ниже патрубка **(4)** и сифона **(5)**. При необходимости, можно установить ОГП на подставку.

ОГП не задерживает выплавленный воск. При вымывании воска из кювет в ту же раковину – использовать АМФ 1.0 ВОСК. Использование ОГП без АМФ 1.0 ВОСК приводит к быстрому засорению сливного патрубка ОГП.

ВНИМАНИЕ!	РЕКОМЕНДАЦИИ
Надевать крышку на емкость **(2) только** для транспортировки отходов при чистке! Крышку на корпусе закрывать до щелчка!	

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ежедневно, после завершения работ, пролить через мойку-**ОГП** не менее 5 л воды. По мере заполнения очищать **ОГП** - вынуть емкость и удалить отходы. Рекомендуется под **ОГП** установить поддон для сбора капель при вскрытии/расстыковке во время обслуживания.

4 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок - 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ