stomdevice

ISO 9001

АВЕРОН

ТЕРМОИНДИКАТОРЫ ОДНОРАЗОВЫЕ модель ОТИ 1.0



Этикетка

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие проверено и признано годным к использованию.

Исправления не допускаются

модель ОТИ 1.0	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	м.п. _____ (подпись, печать)

Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____

Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

feedback@averon.ru 15-01 www.averon.ru

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ,ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Термоиндикатор одноразовый **ОТИ 1.0** применяется для тепловой настройки Электропечей вакуумных “ЭВП АВЕРОН” (далее – ЭВП).

1.2 Комплектность

Индикатор **(1)** - 10 шт
Пластина **(2)** - 10 шт
Подставка **(3)** - 1 шт
Эталон **(4)** - 1 шт





2 МЕТОДИКА НАСТРОЙКИ ЭВП

2.1 Если **ЭВП** пережигает, уменьшить температуру (далее - Т°) тепловой настройки **ЭВП** в программе ручной коррекции на 20°С, если недожигает – увеличить на 5°С.

Изменение Т° тепловой настройки производится программой ручной коррекции для **ЭВП**:

007М(V/D) - ПРГ200,
007MS - PROG230,
007SX, 008 - "PROG"►"0"►"START"►"3"►"START",
007СБ, 008СБ - РУЧНАЯ КОРРЕКЦИЯ Т°С,
9.Х (К), КЛАССИК ПРЕМИУМ, ПРАКТИК, МОДЕРН — КОРРЕКЦИЯ Т°С.

2.2 Прогреть 20 мин камеру **ЭВП** при Т°=320…400°С.

2.3 Установить на столик **ЭВП** используемый для обжигов трегер, а на него трубку-подставку **(3)**.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Поместить на подставку пластину и индикатор углублением вверх. Размещать подставку, пластину и индикатор по центру столика.

2.4 Для **ЭВП: 9.х, ПРЕМИУМ, КЛАССИК, ПРАКТИК** и **МОДЕРН** установить в сервисной программе **Настройка по ТИ** Т° нагрева, указанную ниже, и запустить программу.
Для других **ЭВП** запустить (при отсутствии - предварительно ввести) программу проверки **ЭВП** со следующими параметрами:

- время сушки 1 мин
- скорость нагрева 60°С/мин
- Т° нагрева (выдержки) [ ] °С
- вакуум нет (OFF)
- время выдержки 60 сек
- открывание с 700°С за 1мин

Внимание!
Т° нагрева каждого комплекта индикаторов индивидуальна.

2.5 Сравнить по окончании программы состояние индикатора из **ЭВП** с эталоном:

1) при слабой деформации индикатора считать **ЭВП** настроенной;

2) при отсутствии приплавления индикатора к пластине или отсутствии его деформации повторять программу проверки **ЭВП** до появления слабой деформации, каждый раз увеличивая Т° тепловой настройки на 3°С;

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

3) при сильной деформации заменить индикатор и повторить программу проверки **ЭВП**, уменьшив Т° тепловой настройки на 5°С;

4) при полном расплавлении заменить индикатор и повторить программу проверки **ЭВП**, уменьшив Т° тепловой настройки на 20°С.

Внимание!

При приплавлении индикатора к пластине использовать повторно обратную, свободную от индикатора, сторону.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ