
stomdevice

ПОЛКА ДЛЯ СЗТ ДРИМ
модель ПОЛКА 2.0 ДРИМ



Этикетка

АВЕ 559.040.000 ЭТ

ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Изготовитель:
620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3
ООО «ВЕГА-ПРО» **www.averon.ru**
бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20
тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72 **feedback@averon.ru**
Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23
бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

ПОЛКА 2.0 ДРИМ	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 ПОЛКА 2.0 ДРИМ (далее – Полка) предназначена для компактного размещения на СЗТ ДРИМ совместно используемых обдувочного сопла СО 2.0 ДРИМ, устройства для локального охлаждения КУЛЕР 2.0 БМ, наконечника БМ, других инструментов и материалов. ТО 5621-39-52331864-2015.

1.2 Особенности

Возможность установки на правую или левую боковую стенку СЗТ ДРИМ.

1.3 Условия эксплуатации

окружающая температура .....10...35°С
влажность при 25°С, не более..... 80%

1.4 Основные технические характеристики

габариты, мм .....380×72×75
масса, не более, кг..... 0,6
максимальная нагрузка, кг..... 5





Рис.1

1.5 Комплектность

Полка - 1 шт
Этикетка АВЕ 559.040.000 ЭТ
☒ - Обдувочное сопло СО 2.0 ДРИМ*
☒ - Устройство для локального охлаждения КУЛЕР 2.0 БМ*
☒ - поставка по дополнительной заявке



2 ПОРЯДОК СБОРКИ

Закрепить Полку **(1)** к боковой стенке СЗТ ДРИМ винтами, установленными в стенке стола, рис.1.

Для установки СО 2.0 ДРИМ, рис.1,2: закрепить в отверстиях полки с одной стороны держатель **(2)** обдувочного сопла, с другой – пневмоблок **(3)**. Крепеж использовать из комплекта СО 2.0 ДРИМ.

Для установки КУЛЕР 2.0 БМ **(4)**, рис.2 – см. его сопроводительную документацию.




Рис.2

* - эксплуатация, обслуживание и гарантии согласно своей сопроводительной документации.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ