stomdevice

РАЗРАБОТКА ВЕГА-ПРО ПРОИЗВОДСТВО

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

АВЕРОН

ВОСКОТОПКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ВТ-«АВЕРОН»



2.1 КОМБИ НЬЮ

РУ №ФСР 2011/12654 от 29.11.2022

Руководство по эксплуатации АВЕ 626.000.000.1 РЭ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие Воскотопки стоматологической ВТ-"АВЕРОН" требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

2.1 КОМБИ НЬЮ	Зав.№
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	
Дата выпуска _____	Упаковщик _____
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.

https://stomdevice.ru - Стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящее Руководство распространяется на Воскотопку стоматологическую ВТ-«АВЕРОН», ТУ 9452-003-25014322-2006, далее – **ВТ**.

1.2 ВТ предназначена для моделирования воском в стоматологических учреждениях.

1.3 Условия эксплуатации

окружающая температура	10...35°C
влажность при 30°C, не более	80%

1.4 Технические характеристики

диапазон температур воска в стакане ВТ	40...110°C
диапазон температур сменной насадки	40...220°C
дискрет индицируемой температуры (воска/насадки)	1°C
выходное напряжение блока питания	⎓ 12В 2А
электропитание	100-264 В 50/60 Гц
масса блока управления, не более	0,25 кг
габариты блока управления, не более	155x85x65 мм
индикация	цифровая
режим работы	продолжительный

1.5 Особенности

Ручка электрошпателя (далее ручка **ЭШ**) из твердых пород дерева. Встроенный нагреватель с термопарой, обеспечивают точную температуру.

Нанесенная маркировка по безопасности:

⚠	До начала работ внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством по эксплуатации
⎓ 12В 2А	Указаны номинальные значения параметров электропитания

http://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Остерегайтесь прикосновения нагретых стакана **ВТ** и насадки, попадания расплавленного воска на кожу.
Используйте подставку при размещении ручки **ЭШ** на рабочем месте.
Исключите касания разогретой насадкой кабеля ручки **ЭШ** и провода блока управления.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ (рис.1)

Блок управления со стаканом **(2)** и ручкой **ЭШ (1)** - 1 шт
Съемная насадка **(3)** НС 5.0 НЬЮ "лопатка прямая" - 1 шт
Подставка для ручки **ЭШ (4)** с вискозной губкой БЛЕСК 1.0 КЕРАМИКА **(5)** - 1 шт
Блок питания **(6)** - 1 шт
Ключ для снятия насадок **(7)** - 1 шт;
Кольцо силиконовое **(8)** - 1 шт.
Руководство по эксплуатации АВЕ 626.000.000.1 РЭ

Поставка по дополнительной заявке

✉ - Насадка НС х.0 НЬЮ



Рис.1 НС 5.0 НЬЮ

http://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ВНИМАНИЕ!

Для очистки насадки используйте **влажную** губку БЛЕСК 1.0 КЕРАМИКА.
Меняйте насадки только в горячем состоянии.
Для смены насадки НС х.0 НЬЮ пользуйтесь ключом для снятия насадок.
При необходимости подожмите насадку, сняв ее.

4 ПОДГОТОВКА

- Установите съемную насадку **(3)** в ручку **ЭШ (1)**. Кольцо силиконовое **(8)** препятствует стеканию воска на стык насадки **(3)** и нагревательного стержня ручки **ЭШ (1)**.
- Подключите кабель питания **(6)** к разъему блока управления **(2).**
- Включите блок питания **(6)** в сетевую розетку.
- На индикаторе справа внизу высветится точка [.] – признак «***ждущего***» режима (напряжение на все нагреватели не подается).

ВНИМАНИЕ!

Обеспечьте надежный контакт блока питания с сетевой розеткой.

5 РАБОТА

- Для перехода в «***рабочий***» нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку энкодера.
- Обозначения каналов на индикаторе:

«P» – канал **ЭШ**,
«b» – канал **ВТ**.

http://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



- Для выбора канала **ВТ** или **ЭШ** для просмотра или коррекции температуры нажмите кнопку энкодера и удерживайте 1 секунду. При выборе другого канала запоминается значение установленной температуры или **OF**.
- Для выбранного канала на индикаторе:

OF – нагрев выключен;

T°C - температура, установленная перед выключением/переходом в «***ждущий***» режим.

- Нужная температура задается поворотом энкодера.
- При быстром повороте энкодера на 90° включается автоматическое изменение температуры.
- Для остановки набора поверните энкодер в противоположную сторону.
- При достижении нижней температуры – 40° на индикаторе отобразится **OF** – нагрев выключен.
- После поворота энкодера через 3 секунды на индикаторе отображается:

- для канала **ВТ** отображается текущая температура воска в стакане;
- для канала **ЭШ** - установленная температура насадки.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

- Для просмотра измеренной температуры **ВТ** – поверните энкодер в любую сторону на 1 щелчок.
- Нагрев насадки канала **ЭШ** отображается на индикаторе точкой в правом нижнем углу.
- Нагрева стакана **ВТ** сопровождается включением светодиода в левом верхнем углу модуля **ВТ**.
- По окончании работ выключите **ВТ**.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование **ВТ** проводится в таре изготовителя всеми видами крытых транспортных средств по действующим для них правилам.
Условия транспортирования: температура от минус 40 до 50°С, относительная влажность до 100% при температуре 25°С.

6.2 ВТ должен храниться на закрытых складах в упаковке предприятия-изготовителя, на стеллажах при температуре от минус 40 до 40°С и относительной влажности до 98% при температуре 25°С. Не допускается хранение **ВТ** совместно с кислотами и щелочами.

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистку корпуса **ВТ** производите отжатым тампоном, смоченным слабым мыльным раствором, или жидкостью, растворяющей воск. Не допускайте попадания жидкости внутрь **ВТ**. По окончании очистки - протрите сухой мягкой тканью.

http://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

8 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок - **60 месяцев** (на блок питания – **12 месяцев**) с даты продажи или, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.
Гарантия не распространяется на ручку **ЭШ** и ее кабель.

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие Воскотопки стоматологической ВТ "АВЕРОН" требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения согласно настоящему Руководству.

8.2 Средний срок службы – 6 лет. По истечении срока службы Изготовитель не несет ответственность за обеспечение возможности использования **ВТ** по назначению, включая ее безопасность. Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности **ВТ**.

8.3 Для замены или ремонта продукция предоставляется в упаковке Изготовителя в ЧИСТОМ виде. Устранение повреждений, полученных при доставке, и работы по приведению в надлежащий вид осуществляются за счет владельца оборудования.

9 УТИЛИЗАЦИЯ

В составе **ВТ** не содержится драгметаллов и опасных веществ. Специальных мер по утилизации (уничтожению) **ВТ** не требуется.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

10 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перечень неисправностей, методы их устранения.

Неисправность	Причины	Методы устранения
Не греет, нет индикации	Ненадежно подключена **ВТ** к блоку питания	Проверить надежность подключения
	Блок питания ненадежно подключен к сети	
	Неисправен блок питания	☎
	Поврежден/неисправен кабель блока питания	
	Неисправен блок управления	
Воск в стакане **ВТ** не нагревается	Отказ канала, управляющего нагревателем **ВТ**	☎
Воск в стакане **ВТ** перегревается		
Отсутствие нагрева насадки ручки **ЭШ**	Отказ канала **ЭШ**	☎

Примечание ☎ - если дефект не устранен, то обратитесь к продавцу или в ближайшее представительство АВЕРОН

Изготовитель: ООО "ВЕГА-ПРО" www.averon.ru
Юр. адрес: 620146, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург, Екатеринбург, Фурманова 127, пом. 1,
тел.: +73433111121 feedback@averon.ru
Адрес производства: 620902, Екатеринбург, Ник. Тесла, стр.4
бесплатный звонок по РФ: 88007001220
Сервис-центр: бесплатный звонок по РФ 88007001102

http://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ