stomdevice

Being Foshan Medical Equipment Co., Ltd

BEING FOSHAN



СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ НАКОНЕЧНИКИ

КАТАЛОГ 2015



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Содержание

О КОМПАНИИ 2

НАКОНЕЧНИКИ ТУРБИННЫЕ 3

НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ МИКРОМОТОРОВ 7

НАКОНЕЧНИКИ ОДНОРАЗОВЫЕ 11

ФОТОПОЛИМЕРИЗАТОРЫ 15

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 17

ДЛЯ ТУРБИННЫХ НАКОНЕЧНИКОВ
302 - 400 СЕРИИ
ДЛЯ УГЛОВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ
201 - 202 СЕРИИ
ДЛЯ ОДНОРАЗОВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ
ДЛЯ ТУРБИН С ФИБРООПТИКОЙ
ДЛЯ ФОТОПОЛИМЕРИЗАТОРОВ

РУКОВОДСТВО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ 23

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 24

BEING

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

О компании

Being Foshan Medical Equipment Co.Ltd. – профессионально занимается производством стоматологических инструментов, наконечников, микромоторов и фотополимеризационных ламп. Компания зарегистрирована в августе 2005 года под торговой маркой Being FOSHAN. Находится в промышленной зоне науки и техники Shishan, районе Nanhai, Foshan, G.D. Территория завода занимает более 12.000 квадратных метров и включает в себя современные цеха производства, переработки органических соединений, цех точной машинной обработки, сборочный и тестировочные цеха.

Самые современные технологии и передовое оборудование делают Being FOSHAN признанным лидером в развитии и производстве легкосплавных турбинных наконечников. Высочайший уровень качества и обслуживания достигается собственными отделами разработки, сопровождения и поддержки, сервисной службой. Японское оборудование и отлаженные технологии производства – вот та составляющая, которая определяет превосходство продукции Being FOSHAN на рынке стоматологической продукции.

Компания отвечает европейским стандартам системы менеджмента качества организации ISO9001:2000 и ISO13485:2003. Турбинные наконечники производства Being FOSHAN получили свидетельство CE, выданное TUV SUD Product Service GmbH.

Основные продукты компании – высокоскоростные наконечники, низкоскоростные наконечники, фотополимеризационные лампы, пескоструйные аппараты, боры, принадлежности и смазочные средства для наконечников.

Вся линейка продукции Being FOSHAN отвечает высоким требованиям, предъявляемым к оборудованию в области клинической и терапевтической стоматологии. главная составляющая идеологии компании Being FOSHAN.

Оборудование Being FOSHAN упрощает работу стоматологов и повышает уровень комфорта пациентов. Вы можете сами удостовериться в уникальных особенностях, функциональности и высоком качестве производства наших продуктов.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

НАКОНЕЧНИКИ ТУРБИННЫЕ



https://stomdevice.ru - стоматологическое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

НАКОНЕЧНИКИ ТУРБИННЫЕ



LOTUS 302PBQ
+ 4-х канальный переходник Multiflex

Наконечник турбинный с подсветкой, с кнопочной фиксацией бора, с трёхточечным распылителем охлаждающего спрея. Источник света – светодиод (LED) или галогеновая лампа.

Соединение со шлангом установки: разъём Midwest с электрическими контактами.
Частота вращения: 320 000 об/мин.
Рабочее давление: ~230 кПа.



LOTUS 302PQ
+ 4-х канальный переходник Multiflex

Наконечник турбинный с кнопочной фиксацией бора, с трёхточечным распылителем охлаждающего спрея. Предназначен для закрепления режущих инструментов (боров) 1,59–1,60 мм и приведения их во вращение при выполнении зубоврачебных работ.

Частота вращения: 320 000 об/мин.
Рабочее давление: ~230 кПа.



LOTUS 302P

Наконечник турбинный с кнопочной фиксацией бора, с трёхточечным распылителем спрея. Предназначен для закрепления режущих инструментов (боров) 1,59 ~ 1,60 мм.

Типы соединения: Lotus 302P M4 – с 4-х канальным соединением Midwest и Lotus 302P B2 – с 2-х канальным соединением Borden.
Частота вращения: 320 000 об/мин.
Рабочее давление: ~230 кПа.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



LOTUS 303PBQ
+ 4-х канальный переходник Multiflex

Наконечник турбинный с подсветкой, с кнопочной фиксацией бора, с трехточечным распылителем охлаждающего спрея. Источник света – светодиод (LED) или галогеновая лампа.

Соединение со шлангом установки: разъём Midwest с электрическими контактами.
Частота вращения: 340 000 об/мин.
Рабочее давление: ~230 кПа.



LOTUS 401P NEW

Наконечник турбинный с кнопочной фиксацией бора, с распылителем охлаждающего спрея. Предназначен для закрепления режущих инструментов (боров) 1,59 – 1,60 мм.

Типы соединения: Lotus 401P M4 – с 4-х канальным соединением Midwest и Lotus 401P B2 – с 2-х канальным соединением Borden.
Частота вращения: 400 000 об/мин.
Рабочее давление: ~200 кПа.



LOTUS 403

Наконечник турбинный с фиксацией бора коническим зажимом, повышенной мощности. Предназначен для закрепления режущих инструментов (боров) 1,59 – 1,60 мм.

Типы соединения: Lotus 403 M4 – с 4-х канальным соединением Midwest и Lotus 403 B2 – с 2-х канальным соединением Borden.
Частота вращения: 350 000 об/мин.
Рабочее давление: ~300 кПа.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ МИКРОМОТОРОВ



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

МИКРОМОТОРЫ



Микромотор воздушный ROSE 201AM

Микромотор воздушный с наружной системой подачи охлаждающего спрея. Оснащён механизмом изменения числа оборотов и направления вращения.

Типы соединения: ROSE 201AM M4 – с 4-х канальным соединением Midwest и ROSE 201AM B2 – с 2-х канальным соединением Borden.
Диапазон частоты вращения: 5000 ~ 27 000 об/мин.
Рабочее давление: ~ 400 кПа.



Микромотор воздушный с подсветкой ROSE 202AM

Воздушный микромотор для стоматологических работ. Стерилизуемый. С внутренним подводом охлаждающей среды, с подсветкой.

Тип соединения с наконечником: E INTRAmatic.
Диапазон частоты вращения: 5000 ~ 27 000 об/мин.
Рабочее давление: ~ 400 кПа.
Интенсивность освещения: 25 000 Lux.



Микромотор воздушный ROSE 202AM

Воздушный микромотор для стоматологических работ. Стерилизуемый. С внутренним подводом охлаждающей среды.

Тип соединения с наконечником: E INTRAmatic.
Диапазон частоты вращения: 5000 ~ 27 000 об/мин.
Рабочее давление: ~ 400 кПа.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ МИКРОМОТОРОВ



Наконечник прямой ROSE 201SH

Наконечник прямой без системы охлаждения бора. Предназначен для закрепления режущих инструментов (боров) 2,35 мм и приведении их во вращение при выполнении зубоврачебных работ. Область применения – терапевтическая и ортопедическая стоматология.

Тип соединения: E-type (ISO 3964).
Частота вращения: 0 ~ 27 000 об/мин.



Наконечник угловой ROSE 201CA

Наконечник угловой без системы охлаждения, защелка для фиксации бора. Предназначен для закрепления режущих инструментов (боров) 2,35 мм и приведении их во вращение при выполнении зубоврачебных работ. Область применения – терапевтическая и ортопедическая стоматология.

Тип соединения: E-type (ISO 3964).
Частота вращения: 0 ~ 27 000 об/мин.



Наконечник угловой ROSE 201CA(P)

Наконечник угловой, с кнопочной фиксацией бора, без системы охлаждения бора. Предназначен для закрепления режущих инструментов (боров) 2,35 мм и приведении их во вращение при выполнении зубоврачебных работ.

Тип соединения: E-type (ISO 3964).
Частота вращения: 0 ~ 27 000 об/мин.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ МИКРОМОТОРОВ



Наконечник прямой с подсветкой ROSE 202SH

Прямой, стерилизуемый наконечник для стоматологических работ. Имеет внутренний подвод охлаждающей среды и подсветку. Предназначен только для профессионального использования. Применяется для лечебных и реставрационных работ.

Частота вращения: 40 000 об/мин.
Соединение с наконечником: E INTRAmatic LUX.



Наконечник прямой ROSE 202SH

Прямой, стерилизуемый наконечник для стоматологических работ. Имеет внутренний подвод охлаждающей среды. Предназначен только для профессионального использования. Применяется для лечебных и реставрационных работ.

Частота вращения: 40 000 об/мин.
Соединение с наконечником: E INTRAmatic LUX.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

НАКОНЕЧНИКИ ОДНОРАЗОВЫЕ

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

НАКОНЕЧНИКИ ОДНОРАЗОВЫЕ



LOTUS 401D

Высокоскоростной турбинный наконечник однократного применения (одноразовый). Поставляется стерильным, в герметичной упаковке.

Соединение – разъём Midwest (4-х канальный).
Фиксация бора – фрикционный зажим.
Трёхточечный распылитель охлаждающего спрея.
Частота вращения: не менее 300 000 об/мин.



LOTUS 401DE с фиброоптикой

Высокоскоростной турбинный наконечник однократного применения (одноразовый) с подсветкой LED. Поставляется стерильным, в герметичной упаковке.

Соединение – электрифицированное, разъём Midwest (6-ти канальный).
Фиксация бора – фрикционный зажим.
Трёхточечный распылитель охлаждающего спрея.
Частота вращения: не менее 300 000 об/мин.



LOTUS 401DB с батарейкой

Высокоскоростной турбинный наконечник однократного применения (одноразовый) с подсветкой LED от батарейки. Поставляется стерильным, в герметичной упаковке.

Соединение – разъём Midwest (4-х канальный).
Фиксация бора – фрикционный зажим.
Трёхточечный распылитель охлаждающего спрея.
Частота вращения: не менее 300 000 об/мин.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



LOTUS 401DQS

Высокоскоростной турбинный наконечник однократного применения (одноразовый). Поставляется стерильным, в герметичной упаковке.

Соединение – под быстросъёмный переходник, с разъёмом Midwest (4-х канальный).
Фиксация бора – фрикционный зажим.
Трёхточечный распылитель охлаждающего спрея.
Частота вращения: не менее 300 000 об/мин.



LOTUS 401DE с фиброоптикой

Высокоскоростной турбинный наконечник однократного применения (одноразовый) с подсветкой LED. Поставляется стерильным, в герметичной упаковке.

Соединение – электрифицированное, разъём Midwest (6-ти канальный).
Фиксация бора – фрикционный зажим.
Трёхточечный распылитель охлаждающего спрея.
Частота вращения: не менее 300 000 об/мин.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ФОТОПОЛИМЕРИЗАТОРЫ

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ФОТОПОЛИМЕРИЗАТОРЫ




Лампа TULIP 100 A Color

Лампа световой полимеризации в беспроводном варианте исполнения, питание от встроенного аккумулятора. Корпус лампы – из алюминия. Предназначена для фотоактивации всех видов светоотверждаемых пломбировочных стоматологических материалов.

Выходная мощность: 1 200 мВт/см2.
Мощность источника (LED): 5 Вт.

Цветовое исполнение:





Лампа TULIP 100 A

Лампа световой полимеризации в беспроводном варианте исполнения, питание от встроенного аккумулятора. Корпус лампы – из алюминия. Предназначена для фотоактивации всех видов светоотверждаемых пломбировочных стоматологических материалов.

Выходная мощность: 1 200 мВт/см2.
Мощность источника (LED): 5 Вт.



Лампа TULIP 101 B

Фотополимеризатор стоматологический в варианте исполнения для монтажа на установку с источником питания. Предназначен для фотоактивации всех видов светоотверждаемых пломбировочных стоматологических материалов, используемых для проведения реставрационных работ.

Выходная мощность: не менее 800 мВт/см2.
Мощность источника (LED): 3 Вт.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

ДЛЯ ТУРБИННЫХ НАКОНЕЧНИКОВ 302 - 400 СЕРИИ



Ключ LOTUS 401

Предназначен для замены бора.



Кнопка 302P

Предназначена для фиксации бора.



Кнопка 401P

Предназначена для фиксации бора.



Лампочка для переходника PBQ

Галогеновая лампочка для быстросъёмного переходника PBQ.
Применяется для подсветки рабочей зоны турбинного наконечника LOTUS 302 PBQ.



Переходник быстросъёмный 302PBQ

Переходник для наконечников моделей Lotus 302PBQ. Предназначен для быстрого соединения наконечника с установкой.



Уплотнение M4

Резиновое уплотнение стыковочного узла M4. Применяется для уплотнения 4-канального разъёма Midwest, предназначенного для соединения наконечника с установкой.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Ротор 302P

Роторная группа комплектуется керамическими шарикоподшипниками.



Ротор 303

Роторная группа комплектуется керамическими шарикоподшипниками.



Ротор 401

Роторная группа закрытого типа с керамическими шарикоподшипниками.



Ротор 402

Роторная группа закрытого типа с керамическими шарикоподшипниками.



Ротор 401P

Роторная группа закрытого типа с керамическими шарикоподшипниками.



Ротор 401PN

Роторная группа комплектуется керамическими шарикоподшипниками закрытого типа.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Ротор 403

Роторная группа закрытого типа с керамическими шарикоподшипниками.

ДЛЯ УГЛОВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ 201 - 202 СЕРИИ



Головка 201CA

Корпус съемной головки к угловому наконечнику Rose 201CA, с защёлкой, без картриджа.



Гайка головки 201CA

Гайка накидная к наконечнику Rose 201CA. Применяется для фиксации картриджа в теле головки наконечника.



Картридж ROSE 201CA

Сменный картридж для головки наконечника Rose 201CA.



Картридж ROSE 201CA(P)

Сменный картридж для головки наконечника Rose 201CA(P).

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



Защелка ROSE 201CA

Для наконечника Rose 201CA.
Предназначена для фиксации бора.



Кнопка 201CA(P)

Предназначена для фиксации бора.

ДЛЯ ОДНОРАЗОВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ



Переходник M4 для LOTUS 401D; 401DQS; 401DQ

Предназначен для быстрого соединения наконечника с установкой через четырёхканальное соединение Midwest.

ДЛЯ ТУРБИН С ФИБРООПТИКОЙ



Шланг турбинный M4 с контактами ф/о

Шланг турбинный с электроконтактами для турбинного наконечника LOTUS 302 PBQ с подсветкой. Предназначен для соединения наконечника с установкой через четырёхканальный тип соединения Midwest.



Блок ф/о Being (универсальный)

Блок питания для турбинных наконечников с фиброоптической системой. Предназначен для обеспечения беспрерывной работы светодиода и защиты лампы от перепадов напряжения.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ДЛЯ ФОТОПОЛИМЕРИЗАТОРОВ



Аккумулятор для лампы TULIP 100

Встраиваемый аккумулятор для лампы световой полимеризации в беспроводном варианте исполнения, предназначен для обеспечения электропитания. Во время эксплуатации лампы контакты аккумулятора не должны касаться металлических поверхностей во избежание короткого замыкания и повреждения батареи.



Аккумулятор для лампы TULIP 101

Встраиваемый аккумулятор для лампы световой полимеризации в беспроводном варианте исполнения, предназначен для обеспечения электропитания. Во время эксплуатации лампы контакты аккумулятора не должны касаться металлических поверхностей во избежание короткого замыкания и повреждения батареи.



Плата таймера TULIP 100 Being

Предназначена для управления и регулировки режимов работы лампы.



Световод ФПЛ TULIP 100

Световод должен храниться в очищенном от пломбировочных материалов состоянии.



Световод ФПЛ TULIP 101

Световод должен храниться в очищенном от пломбировочных материалов состоянии.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Руководство производителя по эксплуатации и уходу

Перед каждым использованием наконечники должны быть осмотрены на отсутствие повреждений.

Перед каждым использованием наконечников удостоверьтесь, что давление воздуха и давление воды в стоматологической установке являются подходящими для работы. (Пожалуйста, консультируйтесь с требованиями давления воздуха и воды, упомянутого в руководстве по эксплуатации). Стандартный ротор в турбинном наконечнике Being Foshan будет достигать скорости вращения до 400 000 об/мин и отлично работать, если давление воздуха между наконечником и шлангом установки будет не более 231 кПа. Подшипники будут повреждены, если давление воздуха будет выше 231 кПа.

Пожалуйста, удостоверьтесь, что источники воздуха и воды чисты. Загрязнения в отверстиях подачи аэрозоля или в роторных группах, затронут качество работы наконечников и сократят продолжительность жизни зажимов и подшипников из-за высокого трения и температуры.

Используйте при работе стандартные боры от надёжных изготовителей с установочным диаметром 1.59~1.60 мм, и максимальной полной длиной 25 мм; (за исключением наконечника «Mini», где применяются короткие боры 19 мм), расчитанные на скорость вращения не менее 400 000 об/мин. Не используйте искривлённые, изношенные или загрязнённые боры.

Боры должны быть полностью вставлены в зажим для надлежащего закрепления. Иначе, зажим будет поврежден и возможна травма из-за выброса бора. Не нажимайте при работе наконечника на кнопку зажима!

Каждый наконечник должен быть заменён другим, если он используется в работе более 2 часов подряд.

Осуществляйте чистку и смазку наконечников аэрозольным маслом (спрей) хорошего качества после каждого использования и/или перед обработкой в автоклаве. Компания Being Foshan настоятельно рекомендует кропотливо смазывать изделия, используя соответствующие переходники.

После длительного использования наконечник может стать шумным, иметь меньшую скорость вращения, слабую силу удержания бора. В этом случае нужно заменить изношенную роторную группу новой, произведенной компанией Being Foshan. Без своевременной замены роторной группы неисправность может вызвать несчастный случай.

Сдавайте в ремонт наконечники, предварительно прошедшие дезинфекцию и стерилизацию.

Обслуживание наконечников должно быть сделано только специалистами. Если непрофессиональный человек восстанавливает зажим или заменяет подшипники, это приведёт только к низкому качеству роторной группы, такому как шум, вибрация или короткая продолжительность работы наконечника.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


Вращающийся переходник


4х канальное соединение


4х канальное электрофицированное соединение


Подсветка


Одинарный распылитель


Тройной распылитель


Стерилизация в автоклаве при температуре не выше 134°С


Без подсветки


Одноразовое изделие



Передаточное отношение

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Официальный представитель BEING Foshan Medical Equipment Co., LTD
в Российской Федерации – ООО фирма «СОЛО»

РОССИЯ 620137 Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 75/1
Телефон/факс: +7 (343) 351-76-13
www.beingfoshan.ru I www.solo-trade.ru

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ