stomdevice

BEING
FOSHAN

инструкция по эксплуатации

ТУРБИННЫЙ НАКОНЕЧНИК
модель: Lotus 401 P

Being Foshan Medical Equipment Co., Ltd
Add: 2/Fl., Lihua Building, 2/St., Lianhe Industrial Zone(West), Luocun,
Nanhai District, Foshan, 528226, Guangdong, China

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации нового наконечника необходимо ознакомиться с данной инструкцией, и в дальнейшем строго следовать указаниям, изложенным в ней.

1.1. Назначение наконечника.




Наконечник турбинный с кнопочной фиксацией бора, с распылителем охлаждающего спрея с раздельными каналами воды-воздуха. Предназначен для закрепления режущих инструментов (боров) 1,59 - 1,60 мм и приведении их во вращение при выполнении зубоврачебных работ . Область применения- терапевтическая и ортопедическая стоматология.

1.2. Наконечник Lotus " 401 P " - изготовляется двух типов подсоединения:

Lotus "401 P "M4 – с 4-х канальным соединением Midwest
Lotus "401 P "B2 –с 2-х канальным соединением Borden.





1.3. Технические характеристики:

Рабочее давление, МПа	2,0 – 2,2
Частота вращения, об/мин	380000 - 400000
Расход воды, мл/мин, не менее	50
Рекомендуемая длинна боров мм:	19
Уровень шума, не более dB	65
Температура паровой стерилизации, С,	не более 135

1.4 Правила техники безопасности.

Если при работе наконечника обнаружится вибрация, шум, или нагрев - немедленно прекратите его использование и обратитесь в сервисный центр.

- Не ронять, не подвергать нагрузкам и ударам!
- Не включайте и не храните наконечник без бора или тест-бора.
- Наконечник должен храниться в очищенном, смазанном состоянии.
- Никогда не включайте наконечник с не полностью вставленным бором. Не закреплённый бор может вылететь в процессе работы или разрушить роторную группу.
- Не вынимайте и не вставляйте бор во время вращения ротора. Дождитесь его полной остановки .

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Следует пользоваться борами с полусферической частью хвостовика (стандарт ISO 1797) диаметр бора : 1.60-0.01 мм.

1.5. Подготовка наконечника к работе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ ДЛЯ СМАЗКИ

Насадка устанавливается на носик баллончика смазывающего спрея. Обратите внимание: для смазки наконечника рекомендуется использовать средство Smioil.

СМАЗЫВАНИЕ НАКОНЕЧНИКА

1. Смазывайте наконечник в течение 1 секунды перед стерилизацией, но не реже двух раз в день.
2. Процедура смазывания: присоедините переходник к носику баллончика смазывающего спрея. Встряхните баллон 3-5 раз. Вставьте насадку в канал подачи рабочего воздуха наконечника до упора и распыляйте спрей в течение 1 секунды.





3. Включить наконечник и дать поработать на холостом ходу 15-20 секунд.
4. После остановки бора удалить с наконечника салфеткой излишки смазки.
5. Еженедельно проводите очистку цангового устройства: распыляйте спрей в отверстие для бора в течении 1 сек.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием, проверьте работу наконечника вне полости рта пациента. Для установки рабочего давления воздуха на наконечник необходимо воспользоваться услугами технического специалиста.

ЗАМЕНА БОРА

Извлечение бора: нажмите на кнопку головки наконечника большим пальцем и, не отпуская кнопки, извлеките бор.
Фиксация бора: вставьте бор в наконечник, нажмите на кнопку головки наконечника большим пальцем и, не отпуская кнопки, вставьте бор до упора. Отпустите кнопку.



1.6. Стерилизация наконечника.

Стерилизацию наконечника рекомендуется проводить перед началом эксплуатации и после каждого приёма пациента. ВНИМАНИЕ! При сильном загрязнении следует производить предварительную очистку поверхностей с помощью готовых дезинфекционных салфеток. Очистите наружные поверхности наконечника, произведите смазку (см. п. смазка) и запечатайте в стерилизационный пакет. Автоклавируйте наконечник в течении 5 мин. при температуре 135 С под давлением 2.2 МПа. После автоклавирования, перед началом работы проверьте работоспособность наконечника, зажимного устройства. Если замечена неисправность, не используйте наконечник и обратитесь в сервисный центр

1.7. Замена роторной группы.

Для замены роторной группы необходимо воспользоваться услугами специализированного сервисного центра.

1.8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Наконечники могут транспортироваться и храниться в заводской упаковке, при температуре от минус 50 до плюс 40 С, при относительной влажности не более 80%.

1.9 ГАРАНТИЯ

Изготовитель гарантирует безотказную работу наконечника в течении гарантийного срока при соблюдении потребителем правил эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации наконечника – 6 (шесть) месяцев с момента даты продажи, о чём делается отметка в гарантийном талоне.

ВНИМАНИЕ! В гарантийный ремонт наконечник принимается в чистом виде, после стерилизации. При сдаче в гарантийный ремонт наконечник должен быть в полной комплектации, в штатной заводской упаковке, не иметь механических повреждений (следов от ударов, постороннего вмешательства) , с гарантийным талоном с отметкой продажи и иметь сопроводительный документ (акт-заявление с указанием характера дефекта). В противном случае претензия рассматривается как негарантийная.

CE

Продукт произведен Being Foshan Medical Equipment Co., Ltd. (КНР).

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ВНИМАНИЕ! Вы приобрели сложный прибор, который требует регламентного технического обслуживания специалистами сервисной организации. Наличие технического обслуживания является необходимым условием для выполнения фирмой-продавцом гарантийных обязательств. Не доверяйте Ваш инструмент случайным людям, требуйте только квалифицированного обслуживания.

Гарантийные обязательства продавца (то есть устранение скрытых дефектов, происшедших по вине завода-изготовителя) сохраняются только при квалифицированном монтаже инструмента, произведенном либо специалистами продавца, либо сотрудниками специализированного сервисного предприятия (в этом случае обязателен акт произведенных работ с указанием названия монтажной организации, ее лицензии и сертификатов специалистов).

В случае самостоятельного монтажа и обнаружении скрытых дефектов, Вам необходимо самостоятельно обращаться к изготовителю или его представителю, адрес которого можно узнать у фирмы - продавца.

Гарантийные обязательства сохраняются только в случае регулярного технического обслуживания инструмента (смотрите инструкцию по эксплуатации) специалистами либо фирмы - продавца (по отдельному договору), либо специалистами профильного сервисного предприятия. В случае отсутствия технического обслуживания, фирма - продавец ответственности за качественную работу инструмента не несет.

Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения изделия прямо или косвенно вызванные внешним воздействием (нарушения РЕКОМЕНДУЕМЫХ параметров электропитания, давления и качества воды и воздуха).

Инструмент вышедший из строя в период гарантийного срока, доставляется для экспертизы и ремонта в сервисную организацию за счет покупателя.

Настоящая гарантия не распространяется на периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их чрезмерным износом.

Диагностика инструментов в случае обстоятельств не гарантийного характера, необоснованных претензий к их работоспособности является платной услугой и оплачивается покупателем.

ВНИМАНИЕ! В гарантийный (и вообще) в ремонт инструмент принимается только в чистом виде и после дезинфекции. При сдаче в гарантийный ремонт инструмент должен быть в полной комплектации, в штатной заводской упаковке, не иметь механических повреждений наружных частей (следов от ударов, постороннего вмешательства), с гарантийным талоном, отметкой продажи и сопроводительным документом (актом - заявлением с указанием характера дефекта).

В противном случае дефект рассматривается как не гарантийный.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ПОКУПАТЕЛЬ:	
ГОРОД:	
НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:	
ЗАВОДСКОЙ НОМЕР ИЗДЕЛИЯ:	
ОРГАНИЗАЦИЯ - ПРОДАВЕЦ:	
ДАТА ПРОДАЖИ ИЗДЕЛИЯ:	
СРОК ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:	

С правилами эксплуатации и условиями гарантийного ремонта ознакомлен: _____ / /

ПРОДАВЕЦ _____ / /

М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ: _____ / /

Дата приема изделия на гарантийный ремонт: _____

Описание дефекта: _____

_____

_____

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ