stomdevice

BEING
FOSHAN

инструкция по эксплуатации

НАКОНЕЧНИК УГЛОВОЙ
модель: ROSE 201 CA
(с кнопочной фиксацией бора)

Being Foshan Medical Equipment Co., Ltd
Add: 2/Fl., Hua Building, A/St. Lanbo Industrial Zone(West), Lecong,
Nanhai District, Foshan, 528226, Guangdong, China

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

ВНИМАНИЕ!

Перед началом эксплуатации нового наконечника необходимо ознакомиться с данной инструкцией, и в дальнейшем строго следовать указаниям, изложенным в ней.

1.1 Назначение наконечника ROSE 201 CA .

Наконечник угловой , кнопочный, без системы охлаждения бора. Предназначен для закрепления режущих инструментов (боров) и приведении их во вращение при выполнении зубоврачебных работ .

Область применения– терапевтическая и ортопедическая стоматология.





1.2 Соединение наконечника с микромотором : E–type (ISO 3964)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

1.3 Технические характеристики:

stomdevice

Диапазон частоты вращения, об/мин.	0 – 27000
Диаметр устанавливаемого бора, мм	2,35
Температура паровой стерилизации, С,	не более 135

1.4 Правила техники безопасности.

Если при работе наконечника обнаружится вибрация, шум, или нагрев – немедленно прекратите его использование и обратитесь в сервисный центр.

Не ронять, не подвергать нагрузкам и ударам!
Наконечник должен храниться в очищенном, смазанном состоянии.
Никогда не включайте наконечник с не полностью вставленным бором.
Следует пользоваться борами с полусферической частью хвостовика (стандарт ISO 1797)
диаметр бора : 2,35–0.01 мм.

Запрещается нажимать на кнопку фиксации бора при работе – при вращении бора в наконечнике!

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

1.5.СМАЗКА НАКОНЕЧНИКА

Смазывайте наконечник аэрозольной смазкой в течение 1 секунды перед каждой стерилизацией, но не реже двух раз в день.

1. Процедура смазывания: присоедините переходник к носику баллончика смазывающего спрея. Встряхните баллон 3–5 раз. Затем вставьте насадку в наконечник до упора и распыляйте спрей в течение 1 секунды.
2. Ежедневно очищайте от загрязнения кнопочный узел: распыляйте смазывающий спрей 1 сек. с помощью конусной насадки в отверстие для установки бора, с последующей прокруткой 15–20 сек. на холостом ходу!
3. После остановки удалить с наконечника салфеткой излишки смазки.



ВНИМАНИЕ!

Перед использованием, проверьте работу наконечника вне полости рта пациента.

ЗАМЕНА БОРА

1. Извлечение бора: нажмите на кнопку головки наконечника большим пальцем и, не отпуская кнопки, извлеките бор.
2. Фиксация бора: вставьте бор в наконечник, нажмите на кнопку головки наконечника большим пальцем и, не отпуская кнопки, вставьте слегка поворачивая бор в фиксирующий замок. Отпустите кнопку.



1.6 Стерилизация наконечника.

Стерилизацию наконечника рекомендуется проводить перед началом эксплуатации и после каждого при ма пациента.

ВНИМАНИЕ!

При сильном загрязнении следует производить предварительную очистку поверхностей с помощью готовых дезинфекционных салфеток. Очистите наружные поверхности наконечника, произведите смазку (см.п. смазка наконечника) и запечатайте в стерилизационный пакет.



Автоклавируйте наконечник в течении 5 мин. при температуре 135 С под давлением 2.2 МПа.
После автоклавирования, перед началом работы проверьте работоспособность наконечника, зажимного устройства.
Если замечена неисправность, не используйте наконечник и обратитесь в сервисный центр.

1.7 Для ремонта наконечника необходимо воспользоватьсяуслугами специализированного сервисного центра.

1.8 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Наконечники могут транспортироваться и храниться в заводской упаковке, при температуре от минус 50 до плюс 40 С, при относительной влажности не более 80%.

1.9 ГАРАНТИЯ

Изготовитель гарантирует безотказную работу наконечника в течении гарантийного срока при соблюдении потребителем правил эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации наконечника – 6 (шесть) месяцев с момента даты продажи, о ч м делается отметка в гарантийном талоне.

ВНИМАНИЕ! В гарантийный ремонт наконечник принимается в чистом виде, после стерилизации. При сдаче в гарантийный ремонт наконечник должен быть в полной комплектации, в штатной заводской упаковке, не иметь механических повреждений (следов от ударов, постороннего вмешательства), с гарантийным талоном с отметкой продажи и иметь сопроводительный документ (акт–заявление с указанием характера дефекта). В противном случае претензия рассматривается как негарантийная.

Продукт произведен Being Foshan Medical Equipment Co., Ltd. (КНР)

CE 0123

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ВНИМАНИЕ! Вы приобрели сложный прибор, который требует регламентного технического обслуживания специалистами сервисной организации. Наличие технического обслуживания является необходимым условием для выполнения фирмой–продавцом гарантийных обязательств. Не доверяйте Ваш инструмент случайным людям, требуйте только квалифицированного обслуживания.

Гарантийные обязательства продавца (то есть устранение скрытых дефектов, происшедших по вине завода–изготовителя) сохраняются только при квалифицированном монтаже инструмента, произведенном либо специалистами продавца, либо сотрудниками специализированного сервисного предприятия (в этом случае обязателен акт произведенных работ с указанием названия монтажной организации, ее лицензии и сертификатов специалистов).

В случае самостоятельного монтажа и обнаружении скрытых дефектов, Вам необходимо самостоятельно обращаться к изготовителю или его представителю, адрес которого можно узнать у фирмы – продавца.

Гарантийные обязательства сохраняются только в случае регулярного технического обслуживания инструмента (смотрите инструкцию по эксплуатации) специалистами либо фирмы – продавца (по отдельному договору), либо специалистами профильного сервисного предприятия. В случае отсутствия технического обслуживания, фирма – продавец ответственности за качественную работу инструмента не несет.

Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения изделия прямо или косвенно вызванные внешним воздействием (нарушения РЕКОМЕНДУЕМЫХ параметров электропитания, давления и качества воды и воздуха).

Инструмент вышедший из строя в период гарантийного срока, доставляется для экспертизы и ремонта в сервисную организацию за счет покупателя.

Настоящая гарантия не распространяется на периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их чрезмерным износом.

Диагностика инструментов в случае обстоятельств не гарантийного характера, необоснованных претензий к их работоспособности является платной услугой и оплачивается покупателем.

ВНИМАНИЕ! В гарантийный (и вообще) в ремонт инструмент принимается только в чистом виде и после дезинфекции. При сдаче в гарантийный ремонт инструмент должен быть в полной комплектации, в штатной заводской упаковке, не иметь механических повреждений наружных частей (следов от ударов, постороннего вмешательства), с гарантийным талоном, отметкой продажи и сопроводительным документом (актом – заявлением с указанием характера дефекта).

В противном случае дефект рассматривается как не гарантийный.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

ПОКУПАТЕЛЬ: _____

ГОРОД: _____

НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР ИЗДЕЛИЯ: _____

ОРГАНИЗАЦИЯ – ПРОДАВЕЦ: _____

ДАТА ПРОДАЖИ ИЗДЕЛИЯ: _____

СРОК ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:

С правилами эксплуатации и условиями гарантийного ремонта ознакомлен: _____ / /

ПРОДАВЕЦ _____ / /

М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ: _____ / /

Дата приема изделия на гарантийный ремонт: _____

Описание дефекта: _____

_____

_____

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ