
Инструкция по применению

beyond MAX5® SOLUTION



Описание продукта: BEYOND® Max5® Solution был разработан с учетом повышенной чувствительности зубов у некоторых пациентов. Max5® Solution состоит из W Gel 1, представляющего из себя 35 % раствор пероксида водорода, помещенного в двухцилиндровый шприц, который в последствии смешивается с RS GEL 2, содержащим в себе десенсибилизирующие вещества такие как нитрат калия, а так же восстанавливающие вещества такие как гидроксиапатит. Это позволяет снизить концентрацию перекиси водорода до уровня ниже 6%, а также способствует снижению чувствительности зубов и реминерализации эмали. Результат - превосходное отбеливание в сочетании с минимальной или отсутствующей чувствительностью у тех, кто проходит процедуру отбеливания. ДЛЯ ЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА ИСПОЛЬЗОВАТЬ В СОЧЕТАНИИ С ЛАМПОЙ-АКСЕЛЕРАТОРОМ BEYOND®.

Комплектация:
Двухцилиндровый шприц BEYOND® Max5® Solution W Gel 1 (2.6гр/2.2мл) – 5 шт.
Саше BEYOND® Max5® Solution RS Gel 2 (11гр/9.5мл) – 5 шт.
Пластмассовый шпатель для смешивания – 5 шт.
Щетка для нанесения геля – 5 шт.
Салфетка для защиты лица - 5 шт.
Шкала оттенков - 5 шт.
Канюля для смешивания - 5 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СМЕШИВАНИЮ:
1. Выдавить содержимое шприца W Gel 1 в канюлю для смешивания. Всыпать содержимое саше RS Gel 2 в канюлю для смешивания.
2. Используя пластмассовый шпатель из набора, смешивайте компоненты до тех пор, пока не получите массу с однородной консистенцией.
3. Гель готов к использованию.
4. При помощи щётки из набора нанесите гель прямо на эмаль зубов.
5. Воспользуйтесь слюноотсосом, чтобы полностью удалить гель с зубов, затем нанесите препарат повторно. Для того, чтобы завершить курс необходимо повторить процедуру еще два раза.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:
Шаг 1: Проведите обследование полости рта и консультацию с пациентом для выяснения желаемых результатов отбеливания, чтобы определить лучший план процедуры для конкретной ситуации.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

ПРОЦЕСС ОТБЕЛИВАНИЯ

Шаг 2: Нанесите защитный крем для губ (продается отдельно) и вставьте ретрактор (держатель) щеки BEYOND® FlexiBlue®. Определите исходный оттенок зубов. (рис. 1 - 2)

Шаг 3: Наденьте на пациента защитные очки.

Шаг 4: Вставьте ватные валики с каждой стороны уздечки верхней и нижней губ. При необходимости нанесите дополнительный слой защитного крема для губ. (рис. 3)

Шаг 5: Просушите зубы и десна.

Шаг 6: Нанесите гель на поверхность зубов при помощи, прилагающейся в комплектации щетки. (рис. 4)

Шаг 7: Расположите плафон лампы Отбеливающего Акселератора BEYOND™ под углом 90 ° к зубам пациента и нажмите кнопку Старт, чтобы начать первый пятнадцатиминутный цикл. (рис. 5)

Шаг 8: В конце пятнадцатиминутного цикла, воспользуйтесь слюноотсосом для удаления отбеливающего геля. НЕ СМЫВАЙТЕ водой. Повторите шаги 5-7 еще два раз, в общей сложности достигая трех пятнадцатиминутных циклов процедуры. Обратите внимание, что в частных случаях время процедуры может быть увеличено до 20 минут (глубокие или тетрациклиновые пятна).

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ОТБЕЛИВАНИЯ

Шаг 9: После завершающего цикла, удалите гель, ретрактор щеки, салфетку для защиты лица, защитные очки и попросите пациента прополоскать полость рта теплой водой.

Шаг 10: Продемонстрируйте пациенту новый оттенок зубов. (рис. 6)

ПРИМЕЧАНИЯ

Не рекомендовано к использованию беременным женщинам и лицам, не достигшим 18 лет. Прекратить процедуру отбеливания, если пациент жалуется на повышенную чувствительность, удалить весь отбеливающий гель с поверхности зубов.

Противопоказания

Использования отбеливающего геля BEYOND® Max5® Solution противопоказано при наличии у пациента аллергической реакции или химической чувствительности к пероксидам или гликолям.

beyond® International Inc.
— Global leaders in aesthetic dental products.

BEYOND™ офис США
Экскейндж Драйв, стр. 530, Стаффорд, Техас 77477, США, 12503
ТЕЛ: +1-281-277- 4352
ФАКС: +1-281-277- 4350
E-mail: info@beyonddent.com

BEYOND™ Европейский офис
Мелькер штрассе, 4, Берлин, Германия, 414167
ТЕЛ: +49-304-908-49-57
E-mail: europe@beyonddent.com

BEYOND™ офис Азиатско-тихоокеанского региона
Пекин, Китай, 100029
E-mail: asia@beyonddent.com

www.beyonddent.com

Тел. горячей линии: +1 -866-695-6452
Время приема звонков: Пн – Пт с 9.00 до 17.30 (MSK +9)

ОТВЕТСВЕННОЕ ЛИЦО
MDSS GmbH
Шиффграбен 41
Ганновер,Германия, 30175

ПРОИЗВЕДЕНО:

BEYOND® INTERNATIONAL INC.
Экскейндж Драйв, стр. 530, Стаффорд, Техас 77477, США, 12503

5022A0005, Rev. A

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ