Стоматологические всасывающие насосы Uni-Jet 75 в кожухе с принадлежностями



ПАСПОРТ

Инструкция по эксплуатации

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Технические характеристики:

Стоматологический всасывающий насос (аспиратор) Uni-Jet 75 в кожухе с принадлежностями

Высота - 760 мм, ширина – 400 мм, глубина – 300 мм

Вес 30 кг

Объем ёмкости – 4 л

Номинальное напряжение - 220 В

Номинальная частота - 50Гц

Номинальный ток – 3,1 А

Мотор имеет защиту от перегрева

Мощность - 0,4кВт

Максимальная производительность – 1200 л/мин

Уровень шума – 60 Дб

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Работа аспиратора

Мобильные аспирационные всасывающие насосы обеспечивают аспирацию жидкости и твердых частиц из полости рта независимо от стоматологической установки. Резиновые колесики позволяют легко перемещать аспиратор в помещении, благодаря этому его можно использовать в качестве экстренного аспиратора в дополнение к ценитрализованной системе или системе аспирации стоматологической установки, а также в качестве самостоятельного устройства.

В аспираторе установлен резервуар емкостью 4 литра, который дает возможность устройству работать на протяжении 8-10 часов, что позволяет сливать жидкость из ёмкости один раз в день в конце рабочей смены. Если резервуар наполнится на ¾ объёма (максимально допустимый объём жидкости), сработает датчик максимального уровня, электрическая цепь разомкнется и аспирация прекратится. Пена из крови и потока аспирационного воздуха, которая образовывается в ёмкости, может повлиять на датчик уровня и выключить аспиратор, чтоб этого не происходило, рекомендуется использовать антивспенивающие таблетки.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

При любой неисправности в работе системы (отказ системы охлаждения, поломка и т.д.), вызывающей перегрев мотора выше 120^0С,срабатывают устройства тепловой защиты и аспиратор автоматически выключается. После того, как обмотка электромотора остынет до нормальной температуры, аспиратор возобновит работу. При этом необходимо найти и устранить неисправность, вызвавшую перегрев мотора.

Очистка аспиратора

Каждый вечер по окончании работы необходимо сливать жидкость и промывать резервуар, для этого рекомендуется использовать раствор Puli-Jet plus.

Гарантия

Гарантия на устройство составляет 1 год с даты продажи и указана в Гарантийном обязательстве.

Свидетельство о приёмке

Заводской № _____

Дата продажи:_____

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ