
stomdevice

# FLUX-JET


## ASPIRATORE AD ANELLO D'ARIA
## *AIR-RING ASPIRATOR*





**LIVELLO DI PRESSIONE SONORA:**
- 68,5 dB (A) aria canalizzata
Normativa: ISO 3746-1979 (E).
Parametri:
- r=1
- Rumore di fondo: <51 dB (A)
- Strumento: Brüel & Kjaer Type 2232
Esiste la possibilità di un ulteriore abbassamento di livello sonoro con l'applicazione di silenziatori supplementari.

***SOUND PRESSURE LEVEL:***
*- 68,5 dB (A) air in channel*
*Standard ISO 3746-1979 (E).*
*Parameters:*
*- r=1*
*- Background noise: <51 dB (A)*
*- Control device: Brüel & Kjaer Type 2232*
*Supplementary sylencers can further reduce the sound level.*

| | | Codice Articolo Item Number | V | Hz | Kw | Codice ricambi Spare parts item No. A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monofase Single phase | M | 020711 | 220 | 60 | 1,6 | 179948 | 167358 | 189142 | 159634 |
| | | 020701 | 230 | 50 | 1,1 | 179909 | 167787 | 189142 | 159750 |
| | | 020708 | 200 | 50/60 | 1,5 | 169925 | 167351 | 189142 | 159798 |
| | | 020704 | 110 | 60 | 1,1 | 179947 | 167357 | 189138 189126 | 159634 |
| Trifase Three-phase | M 3~ | 020702 | 220 Δ | 50 | 1,5 | 179909 | 167783 | - | 159749 |
| | | | 380 Y | 50 | 1,5 | | | | |
| | | 020725 | 220 Δ | 60 | 1,6 | | | | |
| | | | 380 Y | 60 | 1,6 | | | | |




**M:** Solo per MONOFASE
*Only for SINGLE-PHASE*
**T:** *Solo per TRIFASE*
*Only for THREE-PHASE*




ED.CA. 960315

CATTANI S.p.A.
43100 PARMA - ITALY - Via G. Natta 6/A
Telef. 0521/607604 - Telefax 0521/607628

N° DISEGNO: 014

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ