stomdevice


Аспираторы TurboSmart (Cattani).

Выходы трубы аспириации Ø50мм.Труба без растуба, 100-150мм над у.ч.п.

Сигнльные провода от установок - выводы по месту (вместе с магистралью), выпуски не менее 1м.

Выводы аспирации у установок Ø40мм, раструбы 5-10мм над у.ч.п. с манжетой 40х25

Привязки монтажных пятен стоматологических установок уточнять по шаблону, по месту.



3.1 Аспирация общая

	СОГЛАСОВАНО Заказчик Строительно-монтажная организация дата/подпись	Заказчик г.Москва, Брошевский пер. 6с1 Омарова Зарема Кадиевна +7 (926) 649-70-00	Ремонтно-строительные работы:	A 3 19.10.2017

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ