stomdevice

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ МОЙКА
ДЛЯ ЧИСТКИ
КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ
CD – 2900

Инструкция по эксплуатации

Внимательно прочтите инструкцию перед началом эксплуатации!



ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Быстро чистит белковые отложения
2. Сильная чистка 5 минут(1 раз в неделю)
3. Портативный размер удобен для путешествий
4. Ультразвуковая частота 150 КГц
5. Мощность 7 Ватт

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

▪Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь.

▪Держите прибор в месте, защищенном от попадания воды или других жидкостей

▪Запрещено прикасаться к прибору, если он попал в воду. Немедленно отключ прибор от сети.

▪Запрещено ставить прибор в воду или в другие жидкости

▪Не использовать при купании

▪Не ставить прибор возле ванны или умывальника

▪Не прикасайтесь к розетке мокрыми руками.

▪Не перегружайте линию питания.

▪Никогда не используйте прибор, если провод или вилка повреждены.

▪Не погружайте прибор в воду, либо в другую жидкость, во избежание уд электрическим током.

▪Не оставляйте прибор без присмотра, если он включен

▪Не устанавливайте прибор в непосредственной близости от нагреватель элементов, располагайте его на сухой и ровной поверхности.

▪Держите подальше от детей

▪Не использовать прибор без жидкости. Это уменьшает его срок службы!

▪Не мойте прибор под проточной водой. Чистить можно с помощью мяг салфетки.

▪Отключите прибор от сети перед наполнением жидкостью. Не перезаполня ёмкость жидкостью.

▪Не использовать для чистки других предметов (украшений и др.). При предназначен исключительно для чистки контактных линз!

▪Не пытайтесь самостоятельно осуществлять ремонт прибора

▪Не наполняйте ёмкость различными растворами. Можно наполнять средствами уходу за контактными линзами, физиологическим раствором или очищенной водой.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОБЫЧНАЯ ЧИСТКА:

1.Сначала вымойте руки, затем снимите крышку чтобы ее промыть и прочистить.

2.Откройте корзинку для линз и используя щипцы положите левую контактную линзу в отделение помеченное **L**, правую в отделение **R**.

3.Наполните резервуар из нержавеющей стали жидкостью по уходу за линзами. Не переполняйте его.

4.Положите крышку вместе с линзами назад на прибор.

5.Убедитесь что адаптер подключен к сети и к прибору.

6.Нажмите кнопку **CLEAN**, загорится зеленая лампа показывающая что чистка началась. По окончании 2 минут чистка автоматически прекратиться.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Внимание: Звук **<шшшш>** означает, что процесс чистки идет нормально.

Внимание: Достаточно чистить 2 минуты ежедневно.

СИЛЬНАЯ ЧИСТКА:

Внимание: Сильная чистка необходима только раз в неделю.

Нажмите кнопку **strengthen**, загорится красная лампа, начнется чистка. Она закончится автоматически через 6 минут.

Внимание: Мойте руки перед тем, как дотрагиваться до линз и внутренностей мойки.

Внимание: Не используйте обычную воду для чистки линз.

Используйте только свежую жидкость по уходу за линзами.

Никогда не используйте жидкость повторно.

Должны гореть красная индикаторная лампа и кнопка стерилизации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

1. Не оставляйте прибор включенным в сеть.
2. Освободите резервуар от воды после использования. Не оставляйте резервуар наполненный водой в течение длительного времени.
3. Протрите поверхность ультразвуковой мойки сухим полотенцем. Не промывать прибор водой во избежание электрического замыкания.
4. Вытащить ячейки для линз и промыть их под водой.
5. Положить ячейки в прибор.
6. Хранить в сухом и прохладном месте.
7. Осуществлять ремонт в специализированных центрах.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	Ультразвуковая ванночка для чистки контактных линз	**Напряжение**	AC 220-240V 50/60 Гц
Модель	CD-2900	**Мощность**	7 Вт
Размеры ванночки	105x70x50 мм	**Время обычной чистки**	Автоматически выключается через 2 минуты
Объем резервуара	4 мл	**Время сильной чистки**	Автоматически выключается через 5 минут
Частота	150 кГц	**Вес без упаковки**	225 г

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Комплектация и аксессуары



Традиционные контактные линзы для очистки помещают в специальный раствор на время сна. Эта жидкость растворяет остатки белковых отложений на поверхности контактных линз. Эта процедура полной очистки в среднем занимает 6-8 часов.

Этот прибор дает возможность очистить поверхность контактных линз с помощью сильных ультразвуковых частот (150 КГц) за 2 минуты.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ