stomdevice

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭУР-МЕД ДЕНТАЛДЕПО", АО "ЭУР-МЕД ДЕНТАЛДЕПО" зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Московской области 27.12.2016 ОГРН: 1027739351199, место нахождения: 143360, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, НАРО-ФОМИНСКИЙ РАЙОН, ГОРОД АПРЕЛЕВКА, УЛИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ, 9, телефон: +7 4963411690, +7 4963450046, +7 4963450011

В лице: Генеральный директор КОЗЛОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

заявляет, что Микромотор стоматологический DENSIM для установок стоматологических DIPLOMAT с принадлежностями, в вариантах исполнения:
I. Вариант исполнения 1.
1.Состав:
1.1. Микромотор DENSIM: MOTOR DX (DSDX 101).
1.2. Инструкция по эксплуатации.
2.Принадлежности:
2.1. Кольцо для уплотнения соединения микромотор-наконечник Ø 8,5× Ø 0,7мм - не более 100 шт.
II. Вариант исполнения 2.
1.Состав:
1.1. Микромотор DENSIM: MOTOR DX BLUE (DSDX 101 B).
1.2. Инструкция по эксплуатации.
2.Принадлежности:
2.1. Кольцо для уплотнения соединения микромотор-наконечник Ø 8,5× Ø 0,7мм - не более 100 шт.
III. Вариант исполнения 3.
1.Состав:
1.1. Микромотор DENSIM: MOTOR DX PRO (DSDX 201).
1.2. Инструкция по эксплуатации.
2.Принадлежности:
2.1. Кольцо для уплотнения соединения микромотор-наконечник Ø 8,5× Ø 0,7мм - не более 100 шт.
IV. Вариант исполнения 4.
1.Состав:
1.1. Микромотор DENSIM: MOTOR DX SRG (DSDX 301).
1.2. Инструкция по эксплуатации.
2.Принадлежности:
2.1. Кольцо для уплотнения соединения микромотор-наконечник Ø 8×Ø 1мм - не более 100 шт.,
код ОКПД2: 32.50.11.000, код ТН ВЭД: 8501310000,
Серийный выпуск,
Изготовитель: DIPLOMAT DENTAL s.r.o. («ДИПЛОМАТ ДЕНТАЛ с.р.о.»), место нахождения: СЛОВАКИЯ, Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany, Slovak Republic,

Соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92; ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010; ГОСТ ISO 10993-1-2011; ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009; ГОСТ ISO 10993-9-2011; ГОСТ ISO 10993-10-2011; ГОСТ ISO 10993-12-2015; ГОСТ Р 52770-2016; ГОСТ Р ИСО 7405-2011;

Декларация о соответствии принята на основании протокола № 42935 выдан 25.12.2017 испытательной лабораторией "Лабораторный центр Общества с ограниченной ответственностью "Центр контроля качества Онкологического научного центра"" РОСС RU.0001.21РК75; № 2018-156.1 выдан 16.03.2018 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория АО "НИИМТ"" РОСС RU.0001.517966; Регистрационное удостоверение от 26 ноября 2018 года № РЗН 2018/7826. схема декларирования: 2д

Дата принятия декларации 12.12.2018
Декларация о соответствии действительна до 11.12.2021

М.П.

(подпись) КОЗЛОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии РОСС RU.0001.11АС11, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Полисерт-консалт", 109263, РОССИЯ, город Москва, ул. Шкулёва, д. 2 А, 3 этаж, офис 4

Регистрационный номер декларации о соответствии РОСС RU Д-SK.АС11.В.00017/18
Дата регистрации 12.12.2018
М.П.

(подпись) Жалнин Николай Викторович
инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ