stomdevice

DENTIS

ПЕРЕНОСНОЙ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ

DUST COLLECTOR

Руководство пользователя



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Вид снаружи

1	Светодиодная лампа	6	Фильтр
2	Узел всасывания	7	Мощность всасывания, 1-ой 2-ой ступени, отключение
3	Датчик	8	Переключатель автоматического/ручного режима
4	Кнопка Вкл./Выкл.		
5	Соединение адаптера	9	Кнопка Вкл./Выкл. СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПЫ



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Меры предосторожности

1. В комплект данного изделия входит специальный адаптер. Использование неоригинального адаптера может привести в неисправности изделия. Не используйте такие адаптеры.
2. В камеры рукавных фильтров может попасть влага или вода, что может привести к поломке изделия.
3. Фильтры в комплекте данного изделия рекомендуется чистить от пыли (ежедневно) в зависимости от интенсивности применения; несоблюдение данного требования может привести к снижению эффективности сбора пыли.
4. Заменяйте фильтры через каждые 2-4 месяца в зависимости от интенсивности применения.
5. Если корпус фильтра не продвинуть до упора после очистки фильтра, мощность всасывания может резко снизиться.
6. Рекомендуется использовать маску и/или перчатки, если это необходимо.
7. В случае неисправности свяжитесь с изготовителем или продавцом; в этом случае не производите разборку/сборку изделия самостоятельно.
8. Поскольку изделие является высокоточным, не ударяйте по нему.
9. Выньте вилку из розетки, если не пользуетесь изделием; если этого не сделать, батарея разрядится быстрее.
10. Хранить в недоступном для детей месте.
11. Используйте фильтр из комплекта поставки, в противном случае послепродажная гарантия считается недействительной.
12. Используйте только оригинальные фильтры.
13. Если изделие работает, НЕ БЛОКИРУЙТЕ вход на всасывании.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

1. Аккумуляторная батарея находится в задней части изделия рядом с соединением пост. тока. При разрядке батареи загорается красная лампа, при при ее полной зарядке включается зеленая лампа.
2. Изделие рекомендуется применять только после полной зарядки, максимальное время непрерывной работы составляет 60 минут.
3.  обозначает первую и вторую ступень всасывания и ручной режим.
4.  обозначает автоматический режим (работающий датчик) и ручной режим.
5.  неактивны в автоматическом режиме.
6.  представляет положение «вкл./выкл.» светодиодной лампы в ручном режиме.
7.  - обозначает включение/выключение питания
8. Прикоснитесь , при переключении из автоматического режима в ручной режим
9. Прикоснитесь , при переключении из ручного режима в автоматический режим.
10. Если не используется, отключите питание от Q. 
11. Часто чистите фильтры (раз в день или чаще) в зависимости от интенсивности применения и заменяйте их через 2-4 месяца зависимости от интенсивности применения.

Гарантийный срок

1. Гарантия - 1 год с даты покупки [для аккумуляторной батареи - 6 месяцев]

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

1. Перед применением подсоедините вилку.
2.  обозначает первую и вторую ступень всасывания и ручной режим.
3.  обозначает автоматический режим (работающий датчик) и ручной режим.
4.  неактивны в автоматическом режиме.
5.  представляет положение «вкл./выкл.» светодиодной лампы в ручном режиме.
6.  - обозначает включение/выключение питания
7. Прикоснитесь , при переключении из автоматического режима в ручной режим
8. Прикоснитесь , при переключении из ручного режима в автоматический режим.
9. Часто чистите фильтры (раз в день или чаще) в зависимости от интенсивности применения и заменяйте их через 2-4 месяца зависимости от интенсивности применения.

Меры предосторожности при хранении

1. Храните в хорошо проветриваемом месте.
2. Не размещайте изделие на участках, где имеет место вибрация и ударное воздействие (это касается и транспортировки изделия).
3. Оберегайте от воздействия высоких температур, влаги и горючих газов, храните в отдалении от химреагентов.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Спецификация

Тип изделия	2 новые модели непротекающего фильтра на стороне всасывания пылесборника
Материал	Акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS).
Скорость вращения	6 850 об/мин
Мощность	12 В 3,4 А
Напряжение	AC100-240 В, 50-60 Гц
Выходная мощность	19В 5 А
Уровни шумов в децибелах	66 дБ
Размер	218 (Ш) x 230 (В) x 276 (Д)
Вес изделия	Общий 2,0 кг

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды: 10-40Т; (на корпусе)

Влажность: 10-90%, без конденсации

Хранение: -10-60Т (воздуха рядом с корпусом)

Чистка фильтра

1. Вскройте корпус фильтра в задней части изделия и выньте фильтр; для чистки используйте пылесос, чтобы собрать пыль и спереди и сзади.

2. Рекомендуется ежедневная чистка в зависимости от интенсивности применения, при слабом расходе воздуха фильтр рекомендуется заменить.

3. Почистите фильтр и продвиньте корпус фильтра до упора.

ООО «Дентис Имплант»
125340, Россия, Москва, ул.Митинская, д.36, корп.1
Тел.: 8 (495) 663 86 88 email: info@open-dent.ru

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ