stomdevice

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИЛИТЕК"
Место нахождения: 109316, Россия, город Москва, проезд Остаповский, Дом 5, Строение 6, Этаж 3, Офис 304
ОГРН 1147746474842
Телефон: +7 495 545-07-08 Адрес электронной почты: info@vilitek.com
в лице Генерального директора Мельникова Дмитрия Владимировича

заявляет, что Оборудование лабораторное: центрифуги, торговая марка "DIGISYSTEM LABORATORY INSTRUMENTS INC", серия: DSC.
Изготовитель DIGISYSTEM LABORATORY INSTRUMENTS INC
Место нахождения: Тайвань (Китай), NO.1, LANE 393, FU DE 1 ROAD, XIZHI DIST, New Taipei City, 22149
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8421192009
Серийный выпуск

соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний № ГК09-0406 от 09.09.2019 года, выданного Обществом с ограниченной ответственностью "Гарант Качества" (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ08)
Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация
Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности" раздел 8 ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)"Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний" разделы 4, 6–9 ГОСТ 30804.6.4-2013(IEC 61000-6-4:2006) "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний".

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 08.09.2024 включнтельно.

(подпись) М.П. Мельников Дмитрий Владимирович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-TW.АН03.В.08815/19
Дата регистрации декларации о соответствии: 09.09.2019

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ