Фотозеркала ultrabright

Благодарим, что вы приняли решение приобрести дентальное зеркало фирмы DOCTORSEYES.

Просим учесть следующие рекомендации, чтобы сохранить надолго исключительные характеристики зеркала.

Ultrabright coating = ультраяркое покрытие
Titanium = титан
Rhodium = родий
Chromium = хром

Стерилизация

- В стерилизатор следует помещать только сухие зеркала, иначе за счет высокой температуры могут образовываться обожженные участки.
- После стерилизации в автоклаве следует всегда выполнять фазу охлаждения. Не следует преждевременно вынимать зеркала.
- Ручки зеркал изготовлены из жаропрочного силикона, их можно оставлять на зеркале.

Технические характеристики:

- Материал основания зеркала: стеклянные поверхности отшлифованы и отполированы с использованием оптики.
- За счет превосходной обработки поверхностей даже мелкие детали при увеличении отражаются с большой резкостью.
- Парообработка: стеклянная поверхность покрыта специальным слоем ultrabright при парообработке. Этот процесс парообработки происходит в максимальном вакууме. Преимущество: очень высокие отражательные параметры, очень хорошая нейтральность цвета. Покрытие ultrabright устойчиво ко многим кислотам, растворам и хемикалиям. Тем не менее речь идет о прецизионном покрытии, выполненном с использованием оптики, оно должно быть максимально защищено от механических и химических воздействий.
- Специально разработанные формы зеркал.
- Закругленные края для оптимального комфорта для пациента.
- Благодаря отражению от поверхности картинки не двоятся, нет фантомов.
- Силиконовая ручка позволяет надежно держать инструмент.

Дезинфекция

- Дентальные зеркала могут помещаться в соответствующие дезинфекционные растворы (например, ID212 forte, BIB forte или Lysetol FF).
- Обратите внимание на правильную концентрацию дезинфекционного раствора в соответствии с данными производителя.
- Важна также продолжительность дезинфекции в соответствии с данными производителя дезинфекционного средства.
- **Не используйте агрессивных, содержащих сильные кислоты дезинфекционных средств, которые могут применяться для дезинфекции инструментов**.
- После дезинфекции хорошо прополоскать водой.

Чистка

Мягкой тканью с использованием спирта или предлагаемых на рынке моющих средств.

Сушка

Дентальное зеркало тщательно просушить мягкой тканью или бумажным полотенцем.

Применение с окклюзионной стороны:

Применение с щечной/ язычной стороны

Покрытие поверхности:

Чтобы избежать двойного изображения и фантомов, зеркала фирмы doctorseyes имеют на одной стороне поверхностное покрытие.

Фантом – это второе слабое отражение, которое вызывается рефлексией поверхности стекла. Чтобы случайно не спутать обе стороны, на обратной стороне, где могли бы возникнуть фантомы, выгравирована надпись doctorseyes.

Фото зеркало возможно автоклавировать при температуре 130 C^{o}, 3 *бар*, 10 *мин*.