stomdevice

MD 555 cleaner

Специальное чистящее средство для аспирационных установок



MD 555 cleaner представляет собой специальное беспенное чистящее средство для стоматологических аспирационных установок и их сточных трубопроводов. MD 555 cleaner рекомендуется применять при плохом качестве водопроводной воды (например, высокая жёсткость воды, наличие труднорастворимых солей и т.д.), а также при использовании сточных трубопроводов с неблагоприятным уклоном. Кроме того, рекомендуется применять MD 555 cleaner при использовании специальных стоматологических чистящих аппаратов, напр., аппаратов для чистки порошковой струёй. Регулярное применение средства MD 555 cleaner препятствует образованию осадка в вытяжном устройстве. Можно избежать засорения вытяжного устройства, вызванного использованием таких труднорастворимых профилактических продуктов, как специальные профилактические порошки или крупнозернистые продукты на основе карбонатов кальция, при этом уже имеющийся осадок растворяется. Благодаря наличию специальных активных и вспомогательных компонентов средство MD 555 cleaner особенно подходит для установок с сепаратором амальгамы. Также MD 555 cleaner может универсально применяться для удаления известковых отложений с различных поверхностей (напр., кафеля, раковин).

Состав: средство MD 555 cleaner содержит органические кислоты (15 - 30 %), фосфорную кислоту (15 – 30 %), не пенящиеся поверхностно-активные вещества (< 5 %) и вспомогательные вещества в водном растворе.

Применение: При жёсткой воде или загрязнении профилакти- ческими порошками применять MD 555 cleaner регулярно в виде 5%-ного раствора один-два раза в неделю, напр., во время обе- денного перерыва. При особенно сильном загрязнении - еже- дневно. Минимальное время воздействия составляет 30 минут, при необходимости его можно увеличить. 50 мл MD 555 cleaner развести водой, доведя объём до 1 л, и аспирировать с использовани- ем устройства OroCup. В плевательницу также необходимо налить 250 мл раствора. По истечении времени воздействия промыть очищенную установку минимум 1 литром воды. В проблемных случаях и при санировании аспирационных установок, сильно загрязнённых биоплёнками, применять MD 555 cleaner – поочерёдно с эффективными дезинфицирующими средствами типа Orotol® plus или Orotol® ultra – от одного до пяти раз в неделю в 10%-ной концентрации (100 мл MD 555 cleaner на 1 л воды). Оптимальный эффект достигается при времени воздействия 1-2 часа. В плевательницу также необходимо налить 250 мл раствора.

Указания: После каждого использования MD 555 cleaner, Orotol® plus или Orotol® ultra тщательно промывать аспирационную установку большим количеством водой. Циклы чистки и дезинфекции не должны следовать непосредственно друг за другом. Средство MD 555 cleaner непригодно для обработки алюминиевых и других чувствительных к кислоте поверхностей. Не оставлять нанесённый раствор MD 555 cleaner на ночь.

Внимание. Вызывает раздражение кожи. Вызывает сильное раздражение глаз. Носить защитные перчатки и защитные очки/маску. При раздражении или сыпи на коже: проконсультироваться у врача/обратиться за врачебной

DÜRR DENTAL

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

MD 555 cleaner

Специальное чистящее средство для аспирационных установок

помощью. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: в течение нескольких минут осторожно промыть глаза водой. При наличии контактных линз, по возможности, снять их. Продолжить промывать глаза. Хранить емкость плотно закрытой в хорошо проветриваемом месте. Подавать содержимое/емкость в качестве специального вида отходов.

CE

Dürr Dental AG
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerr.de

2016-12

DÜRR DENTAL

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ