stomdevice

План дезинфекционных и чистящих работ вкл. план защиты кожи в стоматологических кабинетах

ЧТО	КАК	ЧЕМ	КОГДА	КТО
Объект, подлежащий обработке	Вид обработки	Рабочий препарат (напр., дезинфицирующее средство, внесенное в список Объединения прикладной гигиены (VAH) / Немецкого общества гигиены и микробиологии (DGHM), препарат, дозировка, время экспозиции	Время, роль, последовательность проведения гигиенических мероприятий	ФИО и подпись ответственного лица

Инструменты

Инструменты и вспомогательные средства

- для общего, профилактического, ортопедического или ортодонтического лечения, например, оттискные ложки, лотки, кассеты, подлоски, стекла), отсасывающие канюли или съемные отсасывающие зажимы;
- для хирургического, пародонтологического и эндодонтического лечения, напр., щипцы, щипцы, элеваторы

Обработка инструментов:

1. Безопасная **транспортировка** к месту обработки
2. **Удаление грубых органических загрязнений** салфеткой
3. **Дезинфекция и очистка**

3.1 Влажно-химический метод:

- Поместить инструменты разобранными или открытыми в раствор для мойки и дезинфекции так, чтобы они были полностью покрыты в растворе, изнутри и снаружи (при необходимости, в ультразвуковую ванну)
- Очистка, по истечении времени экспозиции промыть под проточной водой, высушить

3.2 Механический метод:

- Продезинфицировать, очистить, высушить в устройстве для очистки и дезинфекции согласно с указаниями производителя

4. **Контроль** на чистоту, целостность при необходимости повторить пункт 3
5. **Идентификация**
6. **Уход и приведение в порядок**
7. **Функциональное испытание**
8. **Маркирование** (по мере необходимости)
9. **Паровая стерилизация** эффективным, валидированным методом:

9.1 Некритические инструменты*; паровая стерилизация не требуется

9.2 Полукритические инструменты** ; без упаковки на лотках, подлоски, подставках, чашек, и т.д., или в стерильной упаковке в соответствии с EN 868

9.3 Критические инструменты.*** ; упакованные в стерильную упаковку в соответствии с EN 868

10. Документально зафиксированное **разрешение** для использования медицинской продукции
11. Защищенное от контаминации **хранение**, срок хранения согласно EN 868

	Средство с спектром действия «ограниченный уровень» (VAH) / «низкий уровень» (DGHM) согласно EN 14885	Средство с спектром действия «средний уровень»	Средство с спектром действия «высокий уровень»	Средство с спектром действия «высокий уровень» для ультразвуковой очистки
ID 212 **ID 212 forte** **ID 213**	2 % / 5 мин.	2 % / 60 мин.	2 % / 2 мин.	2 % / 60 мин. 4 % / 30 мин. 2 % / 30 мин.
ID 220	100 % / 1 мин.		100 % / 0,5 мин.	

Обработка происходит непосредственно после приёма с учетом оценки риска и классификации медицинской продукции



Для общих и хирургических инструментов:
ID 212, ID 212 forte, ID 213

Для вращающихся инструментов:
ID 220, неразбавл.



Устройство для очистки и дезинфекции:

Программа:
Температура / время выдержки:

хранить в сухом виде в чистящем-дезинфицирующем аппарате, не более 6 часов

Паровой стерилизатор: **автоклав**

Программа:
Температура / время выдержки:

Съемные инструменты

для общих, профилактических, ортодонтических, ортодонтических, хирургических, пародонтологических или эндодонтических вмешательств, напр., турбины, прямые и угловые наконечники

Дополнительные устройства

с и без подачи жидкости и/или воздуха, чаша, напр., оборудование для удаления зубного камня, пескоструйки, интраоральные камеры и пр.

Обработка проводится как с вышеупомянутыми инструментами (шаги 3 и 9 в соответствии с инструкциями производителя)

Снаружи: дезинфекция протиранием и очистка

Внутри: очистка Уход (смазывание маслом внутренних деталей)



Салфетки FD multi wipes
(Одноразовые салфетки):
FD 322, неразбавл., 15 сек.
FD 333, неразбавл., 1 мин.
FD 366 sensitive, неразбавл., 1 мин.

FD 333 wipes, готовые, 1 мин.
FD 350 – дезинфицирующие салфетки, неразбавл., 15 сек.

Препарат, устройство:

Аппарат:
Программа:
Температура / время выдержки:

После каждого приёма и после контаминации

Механическая обработка:
Дезинфекция/очистка, напр., в устройстве для дезинфекции и очистки.
Внутренняя очистка и уход за внутренними деталями

Поверхности

Поверхности и полы

в стоматологических кабинетах и помещениях для приёма (напр., стоматологическая установка, оборудование, шкафы)

Очищать и дезинфицировать поверхности методом намирания и протирания (соответствующим влажным методом). Не смывать и не протирать насухо до истечения времени экспозиции.
Повторное смачивание поверхностей, после того как они подсохнут.



FD 300, 1 % (10 мл/л воды) 15 мин.
FD 312, 1 % (10 мл/л воды) 15 мин.
FD 370 cleaner – чистящее средство для стоматологических кабинетов, 1 % (10 мл/л воды) с **FD multi wipes**, одноразовыми салфетками или пневматически подготовленными салфетками, губками для многократного использования

FD 300 top wipes, готовые, 2 мин.
FD 312 wet wipes, готовые, 15 мин.

Ежедневно (например, в конце рабочего дня), дополнительно при необходимости

Санитарка

Предметы и небольшие поверхности вблизи пациентов,

которые были контаминированные и которые невозможно продезинфицировать термически или путем кипячения в растворе (например, стоматологическая установка, оборудование, рабочие поверхности, мебель, рентгеновское оборудование, ручки светильников, чехлы интраоральных пленок)

Полным смачиванием быстрой дезинфекции
Проводите дезинфекцию орошением на участках, где дезинфекция протиранием недостаточно эффективно

Следите за полным смачиванием, выдерживайте время экспозиции, дайте высохнуть

Очистка и уход (напр., стоматологическая установка)



Салфетки FD multi wipes
(Одноразовые салфетки):
FD 322, неразбавл., 15 сек.
FD 333, неразбавл., 1 мин.
FD 366 sensitive, неразбавл., 1 мин.

FD 300 top wipes, готовые, 2 мин.
FD 333 wipes, готовые, 1 мин.
FD 350 – дезинфицирующие салфетки, готовые, 15 сек.
FD 360 – средство для очистки искусственной кожи, неразбавл.

В кабинете после каждого приёма и после контаминации

При необходимости

План защиты кожи

Требуется пеногаситель-ное мягко для мытья рук с проточной горячей и холодной водой, дисплеры с щадящими моющими средствами, дезинфицирующими средствами для рук и соответствующими продуктами по уходу за кожей, а также одноразовые салфетки. Затрудняю-щая носить ювелирные изделия, часы, кольца.

Кожа и руки

Кожа, при контакте

- со смешиваемыми с водой веществами, такими как, дезинфицирующие средства, чистящие средства, химреактивы
- с не смешиваемыми с водой веществами, напр., органическими растворителями, промывочным бензином
- влажностью и размягчение кожи (мацерация), напр., при ношении перчаток

Гигиена рук:
Под проточной водой с щадящим кожу жидким мылом из дозатора, высушить одноразовой салфеткой



Щадящие кожу жидкие моющие средства:
HD 425 или **HD 435** пермо из дозатора, одноразовые салфетки

Перед началом работы, после окончания работы, при видимых загрязнениях, перед приёмом пищи, после каждого посещения туалета, после чихания, сморкания или кашля

Все сотрудники

Уход за кожей и ей защита:
Тщательно наносить между пальцами, на ногтевые желобки и на тыльную сторону рук



HD 440 или указанный лосьон W/O

Все сотрудники

Кожа, при нефизиологической колонизации

напр., бактериями, грибками, вирусами

Гигиеническая дезинфекция рук:
Вперед дезинфицирующее средство для рук согласно методике впирания CEN/EN 1500 до его полного высыхания (15 сек.). Перед надеванием одноразовых медицинских перчаток руки должны быть абсолютно сухими.



HD 410, мин. 3 мл, 15 сек.
HD 412 essential, мин. 3 мл, 30 сек.

Перед началом работы, до и после каждого приёма, во время перерыва приёма, после обработки рабочего места, перед использованием и после снятия перчаток

Все сотрудники

Хирургическая дезинфекция рук:
Тщательно вымыть руки до локтя в течение 1 мин., при этом, в случае необходимости, почистить ногти и ногтевые желобки щеткой. Окончить руки до локтя дезинфицирующим раствором и постепенно полностью втереть его (согласно методике впирания CEN/EN 12791), держать руки (время экспозиции под 1,5 мин.) влажными. Перед надеванием стерильных одноразовых медицинских перчаток руки должны быть абсолютно сухими.



HD 410, мин. 10 мл, 1,5 мин.
HD 412 essential, мин. 5 мл, 5 мин.

Перед обширными стоматологическими, хирургическими, челюстно-лицевыми вмешательствами, прежде всего, у пациентов с повышенным инфекционным риском

Специальные области

Аспирационная установка, отсасывающие шланги (внутри)

Очистка аспирацией водно-воздушной смеси, особенно если аспирировалась кровь

холодная вода (мин. 1/2 литра)

После каждого приёма

Плевательница (внутри)



Разбавить концентрат и аспирировать в системе пневматического ухода **OroCup**

a) Дезинфекция: медленное аспирация смеси из воздуха и дезинфицирующего / чистящего средства

a) **Orotol® plus**,
2 % (20 мл/л воды), 60 мин.
b) **MD 555 cleaner**,
5 % (50 мл/л воды), 30–120 мин.

a) 1 - 2 раза в день, мин. после окончания работы

b) 1 - 2 раза в неделю, перед обеденным перерывом

b) Очистка: удаление отложений (известняка, микроорганизмов, солей нескоагулёных аэрозолей)



MD 550, неразбавл.

Дополнительно при необходимости

Дезинфекция и очистка плевательницы

Фильтр

Замена или очистка фильтра в соответствии с инструкциями изготовителя

Использовать перчатки

Использовать перчатки при необходимости

Амальгамосепаратор

Замена или опорожнение приёмной ёмкости и утилизация материала согласно инструкции производителя

Не прикасаться к контаминированным частям аппарата, использовать перчатки

При необходимости

Отсасывающие шланги (снаружи) и т. д.

Плевательница (внутри и снаружи)

Дезинфекция и очистка протиранием



Салфетки FD multi wipes
(Одноразовые салфетки):
FD 322, неразбавл., 15 сек.
FD 333, неразбавл., 1 мин.
FD 366 sensitive, неразбавл., 1 мин.

FD 300 top wipes, готовые, 2 мин.
FD 333 wipes, готовые, 1 мин.
FD 350 – дезинфицирующие салфетки, готовые, 15 сек.

После каждого приёма

Оттиски

Например, альгинатные, силиконовые, полиэфирные, гидроколлоидные, волокнуфильные и т.д.

Изделия и вспомогательные средства

Например, протезы, мосты и пр., литосовые модели, прикусные пластины и шаблоны из воска, шеллаков или пластмасса, а также ориентиры, окклюдаторы, фиксаторы, лицевые дуги и пр.

Дезинфекция и очистка **механическим способом:**
в соответствии с инструкциями производителя

Влажно химическим способом:
Дезинфекция и очистка методом погружения в раствор, после истечения времени экспозиции промыть под проточной водой, при необходимости просушить воздухом



Аппарат:
Hygojet
Препарат:
MD 520, неразбавл., 10 мин.

MD 520, неразбавл., 5 мин.

После извлечения из полости рта, перед транспортировкой в зуботехническую лабораторию, после получения из зуботехнической лаборатории

Изделия с налётом растворимыми в кислоте

напр., цемент, зубной камень, окисный слой, остатки фиксы

Очистка (напр., в ультразвуковой ванне)



MD 530, неразбавл.

При необходимости

Изделия с отложениями гипса или альгината

Очистка (напр., в ультразвуковой ванне)



MD 535, неразбавл.

При необходимости

Прочее

Оральный антисептик

Прополоскать или протереть ротовую полость тампоном, смоченным антисептиком, для уменьшения количества микроорганизмов в полости рта пациента, а также для одновременной профилактики от инфекций медперсонала



Препарат и дозировка:
OD 600 CHX 0,2 %,
неразбавл. (20 мл), 1 мин.

Перед хирургическими вмешательствами, у пациентов с повышенным риском развития инфекции

Пациент

Бельё

Защитная одежда согласно DIN 66 083, операционное бельё, особенно ОП-салфетки, хирургические костюмы, рабочая одежда

Операционное бельё, операционные хирургические костюмы, защитная одежда и пластиковые материалы имеющие контакт с пациентом, необходимо снять внутрипроцедурально или должны проходить окружающую дезинфицирующую стирку (дезинфицирующая стиральная машина согласно EN 13795-1). После чего операционное бельё необходимо стерилизовать паровым стерилизатором. Рабочую одежду необходимо собирать в достаточно прочные и герметичные контейнеры/мешки и обрабатывать термо или химико-термическим методом.

Модель машины

Программа стирки:

Препарат, дозировка:

После использования

После контаминации

Заведующий

Отходы

Отходы из лечебных кабинетов и помещений для обследования

Шприцы, острые режущие и бьющиеся предметы, части тела (напр., зубы, кровь) с кровью, выделениями, контаминированные отходы (например, слизистая, влажные волокна, тампоны и прочее), а также с возбудителями подлежащих регистрации заболеваний, необходимо собирать непосредственно на месте их возникновения в септических, нерушимых, влагонепроницаемых и герметичных контейнерах во без перекладывания или сортировки подвергать их уплотнению путем сжигания в надежно закрытых контейнерах. Уплотняющая синяя фольга, старых плёнок, банк с закрепителем, проявителем, содержащая руты остатков, старых медикаментов, боторрек проводимого предприятиями по ликвидации отходов. Бытовые отходы собираются в перчаточные пакеты для мусора, разделяются и утилизируются в соответствии с коммунальными предписаниями.

* Некритическая медицинская продукция: продукты, которые вступают в контакт только со здоровой кожей

** Полукритическая медицинская продукция: продукты, которые вступают в контакт со слизистой оболочкой или ватологически изменённой кожей

*** Критическая медицинская продукция: продукты, которые проникают через кожу или слизистую оболочку и при этом имеют контакт с кровью, внутренними тканями или органами (в том числе, раками) и продукты для использования крови, продуктов крови, и прочих лекарственными препаратами

Пациенты с подозрением или с клинической картиной заболевания передающейся губчатой энцефалопатии (CJK, vCJK и т.д.), должны проходить лечение в учреждениях, которые имеют соответствующие средства для профилактики инфекций.

Обработка повторно используемых инструментов и материалов должна проводиться только в учреждениях с сертифицированным менеджментом качества в соответствии с DIN EN ISO 13485/13488.

Печать / дата / подпись ответственного

Этот план дезинфекционных и чистящих работ разработан компанией
DÜRR DENTAL AG · Höfingheimer Strasse 17
74321 Bietigheim-Bissingen · Germany// приложение: www.duerrdental.com
Телефон 0 71 42/705-0 · Факс 0 71 42/705-500

DÜRR DENTAL
THE BEST. BY DESIGN

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

План дезинфекционных и чистящих работ вкл. план защиты кожи в стоматологических кабинетах

ЧТО Объект, подлежащий обработке	КАК Вид обработки	ЧЕМ Рабочий препарат (напр., дезинфицирующее средство, внесенное в список Объединения прикладной гигиены (VAH) / Немецкого общества гигиены и микробиологии (DGHM)), препарат, дозировка, время экспозиции	КОГДА Время, роль, последовательность проведения гигиенических мероприятий	КТО ФИО и подпись ответственного лица
				Инструменты
 **Инструменты и вспомогательные средства** • для общего, профилактического, ортопедического или ортодонтического лечения, например, оттискные ложки, лотки, кассеты, подлоги, стекла), отсасывающие канюли или съемные отсасывающие зажимы; • для хирургического, пародонтологического и эндодонтического лечения, напр., щипцы, щипцы, элеваторы;	**Обработка инструментов:** **1. Биологическая транспортировка** к месту обработки **2. Удаление грубых органических загрязнений** салфеткой **3. Дезинфекция и очистка** **3.1** Влажно-химический метод: • Погрузить инструменты разобранными или открытыми в раствор для мойки и дезинфекции так, чтобы они были полностью погружены в раствор, изнутри и снаружи (при необходимости, в ультразвуковую ванну) • Очистка, по истечении времени экспозиции промыть под проточной водой, высушить **3.2** Механический метод: • Продезинфицировать, очистить, высушить в устройстве для очистки и дезинфекции согласно с указаниями производителя **4. Контроль** на чистоту, целостность при необходимости повторить пункт 3 **5. Идентификация** **6. Уход и приведение в порядок** **7. Функциональное испытание** **8. Маркирование** (по мере необходимости) **9. Паровая стерилизация** эффективным, валидированным методом: **9.1** Некритические инструменты*; паровая стерилизация не требуется **9.2** Полукритические инструменты**; без упаковки на лотках, подносах, подставках, чашах, и т.д., или в сетчатой упаковке в соответствии с EN 868 **9.3** Критические инструменты***; упакованные в стерильную упаковку в соответствии с EN 868 **10.** Документально зафиксированное **разрешение** для использования медицинской продукции **11.** Защищенное от контаминации **хранение**, срок хранения согласно EN 868	Для общих и хирургических инструментов: Для вращающихся инструментов: Устройство для очистки и дезинфекции: Программа: Температура / время выдержки: Паровой стерилизатор: **автоклав** Программа: Температура / время выдержки: Шкаф, выдвижной ящик (пылезащищенный)	Обработка происходит непосредственно после приёма с учетом оценки риска и классификации медицинской продукции хранить в сухом виде в чистящем-дезинфицирующем аппарате, не более 6 часов	
 **Съемные инструменты** для общих, профилактических, ортопедических, ортодонтических, хирургических, пародонтологических или эндодонтических вмешательств, напр., турбины, прямые и угловые наконечники **Дополнительные устройства** с и без подачи жидкости н/или воздуха, части, напр., оборудование для удаления зубного камня, пескоструйки, интраоральные камеры и пр.	**Обработка проводится как с вышеупомянутыми инструментами (шаги 3 и 9 в соответствии с инструкциями производителя)** Снаружи: дезинфекция протиранием и очистка Внутри: очистка Уход (смазывание маслом внутренних деталей) **Механическая обработка:** Дезинфекция/очистка, напр., в устройстве для дезинфекции и очистки. Внутренняя очистка и уход за внутренними деталями	Препарат, устройство: Устройство: Программа: Температура / время выдержки:	После каждого приёма и после контаминации	
				Поверхности
 **Поверхности и полы** в стоматологических кабинетах и помещениях для приёма (напр., стоматологическая установка, оборудование, шкафы)	Очищать и дезинфицировать поверхности методом протирания (соответствующим влажным методом). Не смывать и не пропускать насухо до истечения времени экспозиции. Повторное окончание поверхностей, после того как они подсохнут.	с одноразовыми салфетками или гигиенически обработанными салфетками, губками для многократного использования	Ежедневно (например, в конце рабочего дня), дополнительно при необходимости	Санитарка
 **Предметы и небольшие поверхности вблизи пациентов,** которые были контаминированные и которые невозможно продезинфицировать термически или путем кипячения в растворе (например, стоматологическая установка, оборудование, рабочие поверхности, мебель, рентгеновское оборудование, ручки светильников, чехлы интраоральных пленок)	Полным окончанием быстрой дезинфекции Проводите дезинфекцию орошением на участках, где дезинфекция протиранием недостаточно эффективно Следите за полным окончанием, выдерживайте времена экспозиции, дайте высохнуть Очистка и уход (напр., стоматологическая установка)		В кабинете после каждого приёма и после контаминации При необходимости	
План защиты кожи	*Требуется пенодоступное мягло для мыла рук с протоколом горячей и холодной водой, дисплеями с щелевыми моющими средствами, дезинфицирующими средствами для рук и соответствующими продуктами по уходу за кожей, а также одноразовые салфетки. Затрещина носить поверхность ногтей, часы, кольца.*			**Кожа и руки**
 **Кожа, при контакте** • со смешивающимися с водой веществами, такими как, дезинфицирующие средства, чистящие средства, химреактивы • с не смешивающимися с водой веществами, напр., органическими растворителями, промывочным бензином • влажностью и размягчение кожи (мацерация), напр., при ношении перчаток	**Гигиена рук:** Под проточной водой с щадящим кожу жидким мылом из диспенсера, высушить одноразовой салфеткой **Уход за кожей и ее защита:** Тщательно наносить между пальцами, на ногтевые желобки и на выжную сторону рук	Не раздражающее кожу жидкое моющее средство: Полотенца для одноразового использования Защитная эмульсия W/O Препарат:	Перед началом работы, после окончания работы, при видимых загрязнениях, перед приёмом пищи, после каждого посещения туалета, после чихания, сморкания или кашля Все сотрудники	Все сотрудники
 **Кожа, при нефизиологической колонизации** напр., бактериями, грибками, вирусами	**Гигиеническая дезинфекция рук:** Вприрть дезинфицирующее средство для рук согласно методике вприрания CEN/EN 1500 до его полного высыхания (15 сек.). Перед надеванием одноразовых медицинских перчаток руки должны быть абсолютно сухими. **Хирургическая дезинфекция рук:** Тщательно вымыть руки до локтя в течение 1 мин., при этом, в случае необходимости, почистить ногти и ногтевые желобки щеткой. Окончить руки до локтя дезинфицирующим раствором и постепенно полностью втереть его (согласно методике вприрания CEN/EN 12791), держать руки (время экспозиции на 1,5 мин.) влажными. Перед надеванием стерильных одноразовых медицинских перчаток руки должны быть абсолютно сухими.		Перед началом работы, до и после каждого приёма, во время перерыва приёма, после обработки рабочего места, перед использованием и после снятия перчаток Перед обширными стоматологическими, хирургическими, челюстно-лицевыми вмешательствами, прежде всего, с повышенным инфекционным риском	Все сотрудники
				Специальные области
 **Аспирационная установка, отсасывающие шланги** (внутри)	Очистка аспираций водно-воздушной смеси, особенно если аспирировалась кровь	Холодная вода (мин. 1/2 литра)	После каждого приёма	
 **Плевательница** (внутри)	a) Дезинфекция: медленное аспирация смеси из воздуха и дезинфицирующего / чистящего средства b) Очистка: удаление отложений (известняка, микроорганизмов, солей пескоструйных аппаратов) Дезинфекция и очистка плевательницы		a) 1 - 2 раза в день, мин. после окончания работы b) 1 - 2 раза в неделю, перед обеденным перерывом Дополнительно при необходимости	
Фильтр **Амальгамосепаратор**	Замена или очистка фильтра в соответствии с инструкциями изготовителя Замена или опорожнение приёмной ёмкости и утилизация материала согласно инструкции производителя	Использовать перчатки Не прикасаться к загрязненным частям сепаратора, использовать перчатки	Использовать перчатки при необходимости При необходимости	
Отсасывающие шланги (снаружи) **и т. д.** **Плевательница** (внутри и снаружи)	Дезинфекция и очистка протиранием		После каждого приёма	
 **Оттиски** Например, альгинатные, силиконовые, полиэфирные, гидроколлоидные, полисульфидные и т.д. **Изделия и вспомогательные средства** Например, протезы, мосты и пр., литьевые модели, прикусные пластины и шаблоны из воска, шеллака или пластмассы, а также ортодонтические, окклюдаторы, фиксаторы, лицевые дуги и пр.	Дезинфекция и очистка **механическим способом:** в соответствии с инструкциями производителя **Влажно химическим способом:** Дезинфекция и очистка методом погружения в раствор, после истечения времени экспозиции промыть под проточной водой, при необходимости просушить воздухом	Устройство:	После извлечения из полости рта, перед транспортировкой в зуботехническую лабораторию, после получения из зуботехнической лаборатории	
 **Изделия с налётом растворимыми в кислоте** напр., цемент, зубной камень, окисный слой, остатки флюса	Очистка (напр., в ультразвуковой ванне)		При необходимости	
 **Изделия с отложениями гипса или альгината**	Очистка (напр., в ультразвуковой ванне)		При необходимости	
				Прочее
 **Оральный антисептик**	Прополоскать или протереть ротовую полость тонизом, окончивым антисептиком, для уменьшения количества микроорганизмов в полости рта пациента, а также для одновременной профилактики от инфекций медперсонала	Препарат:	Перед хирургическими вмешательствами, у пациентов с повышенным риском развития инфекции	Пациент
 **Бельё** Защитная одежда согласно DIN 66 083, операционное бельё, особенно ОП-салфетки, хирургические костюмы, рабочая одежда	Операционное бельё, операционные хирургические костюмы, защитная одежда и текстильные материалы имеющие контакт с пациентом, необходимо снять внутрипроизводственно или должны проходить окружающую дезинфицирующую стирку (дезинфицирующая стиральная машина согласно EN 13795-1). После чего операционное бельё необходимо стерилизовать паровым стерилизатором. Рабочую одежду необходимо собирать в достаточно прочные и герметичные контейнеры/мешки и обрабатывать термо или химико-термическим методом.	Устройство: Программа промывки: Препарат, дозировка:	После использования После контаминации	Заведующий
 **Отходы** Отходы из лечебных кабинетов и помещений для обследования	Шприцы, острые режущие и бьющиеся предметы, части тела (напр., зубы, ткани) с кровью, выделениями, контаминированные отходы (например, слизистая, влажные волокна, тампоны и прочее), а также с возбудителями подлежащих регистрации заболеваний, необходимо собирать непосредственно на месте их возникновения в септических, нерушимых, влагонепроницаемых и герметичных контейнерах и без перекладывания или сортировки подвергать их уплотнению путем сжигания в надежно закрытых контейнерах. Уплотняют санитарной фольги, старых пленок, ваток с закрепителем, проявителем, содержащих ртуть остатков, старых медикаментов, батареек проводится предприятиями по ликвидации отходов. Бытовые отходы собираются в герметичные пакеты для мусора, разделяются и утилизируются в соответствии с коммунальными предписаниями.			

* Некритическая медицинская продукция: продукты, которые вступают в контакт только со здоровой кожей.
** Полукритическая медицинская продукция: продукты, которые вступают в контакт со слизистой оболочкой или патологически изменённой кожей
*** Критическая медицинская продукция: продукты, которые проникают через кожу или слизистую оболочку и при этом имеют контакт с кровью, внутренними тканями или органами (в том числе, раками) и продукты для использования крови, продуктов крови, и прочих лекарственными препаратами.
Пациенты с подозрением или с клинической картиной заболевания передающейся субстанции (CJK, vCJK и т.д.), должны проходить лечение в учреждениях, которые имеют соответствующие средства для профилактики инфекций.
Обработка повторно используемых инструментов и материалов должна проводиться только в учреждениях с сертифицированным менеджментом качества в соответствии с DIN EN ISO 13485/13488.

Печать / дата / подпись ответственного

Этот план дезинфекционных и чистящих работ разработан компанией
DÜRR DENTAL AG · Höfingheimer Strasse 17
74321 Bietigheim-Bissingen · Germany/Германия · www.duerrdental.com
Телефон 0 71 42/705-0 · Факс 0 71 42/705-500

DÜRR DENTAL
THE BEST. BY DESIGN

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ