stomdevice

РАЗРАБОТКА ВЕГА-ПРО ПРОИЗВОДСТВО

EAC

АВЕРОН

# ОТДЕЛИТЕЛЬ ГИПСА ПРОТОЧНЫЙ (ГИПСООТСТОЙНИК) серия ОГП



**Этикетка**
**АВЕ 126.000.000 ЭТ**

Декларация о соответствии
ЕАЭС N RU Д-RU.АП02.В.13006 от 19.06.2018

Гарантийный срок - 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем. Срок службы – 2 года.

**Изготовитель:**
**620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО», www.averon.ru**
**бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20**
**тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72 feedback@averon.ru**
**Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23**
**бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02**

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

| ОГП | 2.0 |
|---|---|
| Заводской номер | |
| Контролер ООО «ВЕГА-ПРО» | _____ |
| Дата выпуска _____ | Упаковщик _____ |
| Дата продажи _____ | Продавец _____ |

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.
Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

**1.1 Отделитель гипса проточный серия ОГП** (далее - **ОГП**) предназначен для разделения смеси, поступающей из мойки, на воду, сливаемую в канализацию, а также песок и гипс, собираемые для последующей утилизации.
ТУ 4863-065-52331864-2018, ТН ВЭД ЕАЭС 8421210009.




**1.2 Основные характеристики**

диаметр/высота корпуса..... - 330/350 мм
вес ..... - 2,7 кг
диаметр вход/выход. патрубков . - 40 мм

**1.3 Комплектность** шт

корпус **(1)** ..... - 1
емкость **(2)** с крышкой..... - 1/1
крышка **(3)** корпуса ..... - 1
сифон **(5)** гофрированный сантехнический
с прокладкой **(6)**..... - 1/1

☒ КОНТЕЙНЕР 2.0 ОГП - поставка по дополнительной заявке
☒ КРЫШКА 2.0 ОГП - поставка по дополнительной заявке

## 2 УСТРОЙСТВО, ПРИНЦИП РАБОТЫ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Корпус **(1)** и емкость **(2) без крышки** образуют 2 секции отстойника с различным уровнем заполнения и протяженным переливом. Емкость **(2)** устанавливается вырезом **(7)** от сливного патрубка **(4)**.
Подключить **ОГП** между мойкой и канализацией, для чего соединить:
- сливную трубу мойки с **ОГП** через манжету крышки **(3)**. Для блокировки неприятных запахов допускается соединить мойку с **ОГП** через гофрированный сифон (гидрозатвор), но при этом в перегибе может возникать засор (для устранения, не разбирая систему, пошевелить гофрированный сифон в районе изгиба);
- сифон **(5)** со сливным патрубком **(4)** через уплотнительную прокладку **(6)**;
- сифон **(5)** со сливом канализации **(8)**. Слив канализации должен быть ниже патрубка **(4)** и сифона **(5)**. При необходимости, можно установить **ОГП** на подставку.

**ОГП не задерживает выплавленный воск. При вымывании воска из кювет в ту же раковину – использовать АМФ 1.0 ВОСК. Использование ОГП без АМФ 1.0 ВОСК приводит к быстрому засорению сливного патрубка ОГП.**

| ВНИМАНИЕ! РЕКОМЕНДАЦИИ |
|---|
| Надевать крышку на емкость **(2) только** для транспортировки отходов при чистке! Крышку на корпусе закрывать до щелчка! |

## 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ежедневно, после завершения работ, пролить через мойку-**ОГП** не менее 5 л воды.
По мере заполнения очищать **ОГП** - вынуть емкость и удалить отходы, или заменить ее на емкость из КОНТЕЙНЕР 2.0 ОГП. Рекомендуется под **ОГП** установить поддон для сбора капель при вскрытии/расстыковке во время обслуживания.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.
https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ