
stomdevice



модель
ПАНЕЛЬ 1.1 СЗТ

Декларация о соответствии
ЕАЭС N RU Д-RU.ЦС01.В.01242 от 23.05.2017

Этикетка

АВЕ 444.160.000.1 ЭТ

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ действителен для панели к мебели АВЕРОН модель **ПАНЕЛЬ 1.1 СЗТ** (далее – Панель). ТО 5621-039-52331864-2017.

1.2 Особенности

Компактное размещение по вертикали применяемых материалов, инструментов, принадлежностей, с возможностью установки:

Рейлинг – до 3 шт

✉ - ЛОТОК 1.0 СМОЛ до 3 шт. на рейлинг

✉ - ЛОТОК 1.0 БИГ до 2 шт. на рейлинг через ряд

✉ - ЛОТОК 1.0 МАСТЕР до 3 шт.

✉ - ПОДСТАВКА 6.х ТУЛЗ – до 3 шт

Примечание: ✉ - поставка по дополнительной заявке

Рекомендуется совместное использование с продукцией АВЕРОН ✉ :

- столы серий ЭЛЕМЕНТ, СУЛ 9.х, СЗТ МАСТЕР (СЗТ МАСТЕР МИНИ - вместо светильника ЛЮКС 1.0 НЬЮ);
- СТЕЛЛАЖ МАСТЕР;
- ПОЛКА 1.1 БРИДЖ ПАНЕЛЬ.

1.3 Основные технические характеристики

габариты без стойки, не более - 405×60×280 мм
габариты со стойкой, не более - 405×60×790 мм
масса, со стойкой, не более - 3,0 кг

1.4 Условия эксплуатации

- окружающая температура .....10...35°С
- влажность при 25°С, не более 80%

1.5 Комплектность, рис.1

	шт
Панель **(1)**	– 1
Рейлинг **(2)**	– 3
Стойка-труба **(3)**	– 1
Крепеж:	
Скоба **(4)**	– 4
Винт	– 8
Шайба	– 8
Гайка	– 8
Этикетка АВЕ 444.160.000.1 ЭТ	




рис.1

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ, рис.1-5

Опустить стойку-трубу **(3)** в отверстие **(6)** справа/слева верхней полки СЗТ, закрепить двумя скобами **(4)** на задней стенке СЗТ.

Установить на стойку-трубу Панель через отверстие **(5)**, закрепив двумя скобами **(4)** и выставив нужное положение по высоте.

Максимальная высота – при совмещении нижнего края стойки-трубы и нижней скобы на стенке СЗТ.

Установить зацепы рейлингов **(2)** в соответствующие пары пазов. Для более надежной фиксации рейлинга в пазах язычки зацепов сзади слегка отогнуть в сторону.

Установить в удобных местах на рейлингах нужные лотки, подставки и т.д., рис.4-5.

Пример использования с полкой ПОЛКА 1.1 БРИДЖ ПАНЕЛЬ на рис.6.




рис.2





рис.3


рис.4



рис.5



рис.6

stomdevice

3 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Изготовитель:
620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3
ООО «ВЕГА-ПРО» **www.averon.ru**
бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20
тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72 **feedback@averon.ru**
Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23
бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

ПАНЕЛЬ 1.1 СЗТ	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ