stomdevice

ТУМБА ПОДКАТНАЯ
модель ТУМБА 1.1 М

Декларация о соответствии
ТС N RU D-RU.АИ16.В.02124 от 30.07.2015



Этикетка
АВЕ 285.000.001 ЭТ

feedback@averon.ru

www.averon.ru

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ действителен для Тумбы подкатной модель ТУМБА 1.1 М (далее – тумба). ТО 5621-39-52331864-2015, ТН ВЭД 9403105800.

1.2 Условия эксплуатации

- окружающая температура .....10-35 ºС
- влажность при 25ºС, не более..... 80 %

1.3 Основные технические характеристики

- габариты .....400×540×625 мм
- размер столешницы.....400×500 мм
- масса, не более .....20 кг
- максимальная нагрузка на столешницу .....60 кг

1.4 Особенности, рис.1-3

Оптимальна для размещения электровакуумной печи ЭВП АВЕРОН.

Со столом СЗТ АВЕРОН образует законченное рабочее место зубного техника.

Может размещаться под столешницей с установленным модулем выдвижных ящиков КОМПЛЕКТ 2.0.

Полностью металлическое исполнение.

Для перемещения тумбы на роликах **(2)**, установленных сзади, приподнять передний край.

Опоры **(3)** регулируются по высоте.

Ящики с шариковыми направляющими полного выдвижения.

Нижний ящик **(5)** – большей вместимости. Верхний ящик **(6)** – с замком **(7)**. В ящиках и на столешнице размещены износостойкие коврики.

Возможность установки справа и слева бормашины БМ ЭКО ПРОФИ.

Возможность установки ПАНЕЛИ 1.0 ТУМБА (см. ЭД на изделие).



Рис.1
Вид сзади



Рис.2

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ, рис.3

	шт
Тумба **(1)** в сборе	– 1
Коврик для столешницы	– 1
ящиков	– 3
Крепеж установлен по месту	
Этикетка АВЕ 285.000.001 ЭТ	




Рис.3

3 ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рекомендуется для облегчения и ускорения подготовки использовать электроинструмент (шуруповерт, электроотвертка).

1. Убрать транспортировочные вкладыши **(9)**, рис. 4.
2. Столешницу **(8)** тумбы выровнять горизонтально вращением опор **(3)**.
3. Установить ручки **(4)** ящиков из транспортного положения в рабочее.



Рис. 4

ВНИМАНИЕ!

Максимальная загрузка ящиков – 15 кг.

При движении ящиков по шариковым направляющим может потребоваться дополнительное усилие в начале и конце хода.

4 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.
Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

Изготовитель:
620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3
ООО «ВЕГА-ПРО» **www.averon.ru**
бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20
тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72 **feedback@averon.ru**
Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23
бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

модель ТУМБА 1.1 М	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ