
stomdevice

МОДУЛЬ ВЫТЯЖНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



модель ВМУ 2.0

Этикетка
АВЕ 264.000.000 ЭТ

Декларация о соответствии
ТС № RU Д-RU.АУ04.В.54749 от 19.09.2016

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ действителен для Модуля вытяжного универсального с вытяжным каналом модель ВМУ 2.0 (далее - ВМУ). ТО 5621-39-52331864-2016.

1.2 ВМУ предназначен для комплектования столов со столешницами из постформинга или деревянными типа СЗТ МАСТЕР АВЕРОН, при организации автономных рабочих мест по механической обработке изделий и при проведении других аналогичных работ.

1.3 Условия эксплуатации

- окружающая температура ..... 10...35°С
- влажность при 25°С, не более 80%

1.4 Основные технические характеристики

- крепление к столешнице толщиной ..... 20…50 мм
- длина вытяжного канала ..... 502 мм
- диаметр подсоединяемого шланга ..... 45 мм
- масса, не более ..... 3,3 кг
- габариты, без экрана, не более ..... 285×705×75 мм

1.5 Особенности

- Подключается к внешней вытяжке для удаления сухих мелко/среднедисперсных отходов. Рекомендуется Устройство пылевсасывающее зуботехническое УПЗ-Бокс-01 «Аверон»*.
- Быстросъемный экран предохраняет лицо и глаза пользователя от возможного попадания в них пыли и крупных частиц, в том числе при разрушении инструмента.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ (рис.1,2)

	шт
1 — Выдвижная вытяжная платформа	- 1
2 — Вытяжной канал	- 1
3 — Экран защитный ЩИТ 1.0У	- 1
4 — Лоток для отходов	- 1
5 — Держатель лотка	- 1
6 — Втулка резиновая ВТУЛКА 1.0 ШГВ	- 1
Саморез п-круг. 3,9×16	- 8
✉ - Светильник светодиодный ЛЮКС 2.1	
Этикетка АВЕ 264.000.000ЭТ	

✉ - поставка по дополнительной заявке




Рис.1

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

*- эксплуатация, обслуживание и гарантии согласно своей сопроводительной документации.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

передний край столешницы




Рис.2

Закрепить вытяжной канал **(2)** совместно с держателем **(5)** снизу столешницы **(7)** при помощи саморезов 3,9×16 (6 шт.), рис.2. В СЗТ МАСТЕР разметка только для двух передних саморезов **(А)**.

Установить в отверстие вытяжного канала втулку **(6)**, если была снята.




Рис.3




Рис.4

Установить выдвижную вытяжную платформу **(1)** в окно вытяжного канала **(2)**.

Зафиксировать лоток **(4)** на соответствующих крючках держателя **(5)**, рис.3,4.




Рис.5

Установить экран **(3)** на платформу **(1)**, рис.5.

Подсоединить входной шланг **(8)** УПЗ к втулке **(6)**.

Установить светильник ЛЮКС 2.1 **(9)** (поставка по дополнительной заявке). Для чего, надеть его кронштейн на шпильки снизу вытяжного канала **(2)** и закрепить гайками с шайбами из комплекта светильника, рис.6.




Рис.6

ВНИМАНИЕ!

Не оказывать значительное давление на вытяжной канал **(2)** во избежание его деформации и заклинивания.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По мере необходимости:
- очистить вытяжной канал и платформу, включая внутренние полости, от производственных отходов при помощи внешней вытяжки;
- протереть наружные поверхности и экран от пыли влажной мягкой тканью (губкой).

5 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок - 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.
Гарантия не распространяется на экран.
Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

Адрес Изготовителя:
620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3
ООО «ВЕГА-ПРО» **www.averon.ru**
бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20
тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72 **feedback@averon.ru**
Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23
бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

модель ВМУ 2.0	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ