stomdevice

ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ
для локализации выделений



модель ЗОНТ 11.1 ЭМП

Этикетка
АВЕ 540.000.000 ЭТ

Декларация о соответствии
ТС N RU Д-RU.АУ04.В.54749 от 19.09.2016

Изготовитель:
620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО» www.averon.ru
бесплатный звонок по России 8 800 700-12-20
тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72 **feedback@averon.ru**
Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23
бесплатный звонок по России 8 800 700-11-02

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации

Исправления не допускаются

модель ЗОНТ 11.1 ЭМП	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Зонт вытяжной ЗОНТ 11.1 ЭМП (далее – ЗОНТ), ТО 5621-39-52331864-2016, предназначен для совместной работы с Электропечью муфельной ЭМП 11.1 (далее - ЭМП), устанавливается на ее корпус и обеспечивает эффективное удаление газов, выделяемых при работе с литейными формами на ЭМП.

1.4 Особенности

- локализация и отвод газов, выделяемых при эксплуатации;
- фиксирование на ЭМП и снятие без инструмента.

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Условия эксплуатации

- окружающая температура ..... 10...35 °С
- влажность при 25 °С, не более ..... 80 %

2.2 Основные технические характеристики

- габариты (ШхГхВ), не более ..... 260×275×150 мм
- масса, не более ..... 1 кг

2.3 Комплектность

корпус **(1)** 1 шт.,
фланец ВЕНТС ФМ 100 **(2)**, установлен 1 шт.,
саморез п-круг. 3,5х 9,5 3 шт., шайба 4 3 шт.,
Этикетка АВЕ 540.000.000 ЭТ 1 шт.
✉ Электропечь муфельная ЭМП 11.1




Рис. 1

3 ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- распаковать ЗОНТ. При выявлении нарушений тары, внешнего вида и комплектности зафиксировать их и обратиться к Поставщику;
- отсоединить фланец **(2)**, установленный изнутри ЗОНТа (транспортировочное положение);
- установить фланец **(2)** как показано на рис.1 при помощи саморезов;
- установить конструкцию на ЭМП (рис. 2). При использовании вытяжной вентиляции подсоединить ее к фланцу **(2)**.


Рис. 2

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По мере загрязнения проводить очистку наружных поверхностей ЗОНТа от пыли влажной мягкой тканью, губкой.

5 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.
Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ