stomdevice

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 02 сентября 2016 года № РЗН 2016/4678

На медицинское изделие
Аппарат рентгеновский дентальный FONA XDC с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
"ФОНА С.р.л.", Италия,
FONA S.r.l., Via Antonia Pozzi 1 - 20149 Milano, Italy

Производитель
"ФОНА С.р.л.", Италия,
FONA S.r.l., Via Antonia Pozzi 1 - 20149 Milano, Italy

Место производства медицинского изделия
FONA S.r.l., Via Galileo Galilei 11 - 20090 Assago (MI), Italy

Номер регистрационного досье **№ РД-11117/22486 от 25.04.2016**

Вид медицинского изделия **см. приложение**

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2б**

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия **94 4220**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 02 сентября 2016 года № 9196
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **М.А. Мурашко**

0021798

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 02 сентября 2016 года № РЗН 2016/4678

На медицинское изделие
Аппарат рентгеновский дентальный FONA XDC с принадлежностями:
I. Варианты исполнения:
1. Аппарат рентгеновский дентальный FONA XDC, мобильный (вид 209320):
- моноблок рентгеновский дентальный;
- блок управления;
- пульт управления;
- штатив мобильный;
- устройство ограничения луча (BLD) круговое диаметром 5,8 см;
- шнур питания;
- руководство по эксплуатации.
2. Аппарат рентгеновский дентальный FONA XDC, стационарный (вид 191070):
- моноблок рентгеновский дентальный;
- блок управления;
- пульт управления;
- штатив настенный с длиной манипулятора размера S (короткий) 30 см или размера M (Средний) 60 см или размера L (длинный) 80 см или размера XL (очень длинный) 100 см;
- устройство ограничения луча (BLD) круговое диаметром 5,8 см;
- шнур питания;
- руководство по эксплуатации.
II. Принадлежности:
1. Устройство ограничения луча (BLD) размер 2, прямоугольное 3,2 х 4,4 см.
2. Устройство ограничения луча (BLD) размер 0, прямоугольное размером 2,2 х 3,2 см.
3. Расширения тубуса на 10 см.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **М.А. Мурашко**

0023471

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ