stomdevice

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХЕЛС МЕХАНИКС ФЛГ»
115477, г. Москва, ул. Деловая, д. 11, стр. 1, офис 102, +7 495 227 55 40, www.health-mechanics.ru

МЕХАНИКА ЗДОРОВЬЯ

НАГРЕВАТЕЛЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



Устройство для нагревания стоматологических материалов: пломбировочных материалов в шприцах и унидозах, эндодонтических шприцев с растворами, карпул с анестетиками. Совместима с практическим любым дизайном шприцев. Температура регулируется в пределах от 30 до 100 и более градусов.

- Предварительный разогрев композитного материала облегчает моделировку, а также улучшает полимеризацию и увеличивает прочность реставрации.
- Разогретый до 45-54 градусов композит может применяться для фиксации керамических виниров и накладок.
- При 39 градусах улучшаются скульптурные свойства композита.
- Разогрев растворов для ирригации корневых каналов повышает их эффективность.
- Подогрев анестетика делает его введение менее болезненным.

5 РАЗМЕРОВ ОТВЕРСТИЙ:



1) Для крупных шприцов с компазитом
2) Для крупных шприцов с компазитом
3) Для компазита и эндодонтических шприцов
4) Для капсул анестетика
5) Для унидоз и карпул

- Включите устройство в сеть, включите питание.
- Выставьте желаемую температуру кнопками ↑ и ↓.
- На полный прогрев установки уходит около 3-5 минут.
- Установите разогреваемый материал в подходящее отверстие.
- Аппарат будет поддерживать заданную температуру.



Антисептическая обработка проводится путем протирания салфетками с дезинфицирующим средством. Не допускается погружение и орошение раствором. Длительное и многократное нагревание композитного материала уменьшает его срок годности.

ВАЖНО! Не оставляйте устройство включенным на весь день. Непрерывная работа более трех часов может вывести устройство из строя.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ