stomdevice

QUALITY
MADE IN GERMANY

HEINE® C 2.3 Бинокулярные лупы



CE

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Kientalstr. 7 • 82211 Herrsching • Germany
Tel. +49(0)8152/38-0
Fax +49(0)8152/38-202
E-Mail: info@heine.com • **www.heine.com**

med 2199 **2013-12-09**

HEINE

V-200.00.024

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Бинокулярная лупа HEINE C 2.3
Инструкция пользователя

Примечание: Перед использованием бинокулярной лупы C 2.3 HEINE , внимательно прочитайте инструкцию и для обращения к ней по мере необходимости, держите её под руками.

Меры безопасности:

Область использования:
Лупы C 2.3 HEINE предназначены для оптического увеличения при проведении исследований или операций.

Требования безопасности:
Избегайте смотреть через лупы на прямой солнечный свет или яркий источник света во избежание случайного повреждения глаз.

Сборка и использование
Для получения хорошего результата исследований рекомендуется производить сборку в точности, как описано в инструкции.

Для этого сделайте следующее:

- Для начала рекомендуется открутить оба фиксирующих межзрачковое расстояние регулятора, так чтобы окуляры свободно скользили.
- Настройте обе лупы и посмотрите на свободно расположенный предмет на расстоянии около 34 см.
- Отрегулируйте лупы таким образом, чтобы изображение занимало полный круг без теней и с достаточным фокусом.
- Плотно прикрутите регуляторы, старайтесь не изменять положение окуляров.
- Снимите лупы и проконтролируйте, чтобы межзрачковое расстояние было установлено симметрично. Если это не так, необходимо переустановить расстояние.

Установка по высоте
Для установки окуляров по высоте мягко отрегулируйте носовые упоры свободной рукой.

Очистка и стерилизация

1. При работе с лупами обращайтесь с ними очень бережно, так как это оптический прибор, для хранения рекомендуется использовать места низкой вероятностью попадания пыли.
2. Стеклянные поверхности очищаются с помощью ткани из микрофибры.
3. Все остальные поверхности и аксессуары очищаются с помощью ткани, смоченной в небольшом количестве спиртового раствора или мягкого очистителя.

Защитные покрытия линз, обрабатываются при температуре 100 °C при использовании не агрессивных очистителей.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Техническая спецификация

Увеличение	2.3
Рабочая дистанция	340мм и 450 мм
Межзрачковое расстояние	50 –74 мм
Вес	46г
Корпус	Метал, сплав родия.

По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания на территории России обращайтесь по следующим адресам:

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ