stomdevice

Programat®

Инструкция по обновлению ПО через USB-накопитель:

Поддерживаемые приборы:

Programat P 500* & P500/G2
Programat P 700 & P700/G2
Programat EP 5000 & EP 5000/G2

Поздравляем:

Вы решили провести обновление программного обеспечения через USB-накопитель. Эта инструкция проинформирует Вас, как Вы можете это сделать наиболее простым образом.

Порядок действий:

Если у Вас еще нет самой актуальной версии программного обеспечения на USB-накопителе, проще всего Вам обратиться к домашней странице в интернете Ivoclar Vivadent. Актуальную версию программного обеспечения для Вашей печи Programat Вы найдете по ссылке **www.ivoclarvivadent.com/downloadcenter**. В разделе „Programat Software Updates (для USB-накопителя)“ Вы можете выбрать подходящее для Вашего прибора программное обеспечение и сохранить его на USB-накопителе.

Действуйте следующим образом:

1. При загрузке данных выбрать команду «Открыть» и подождать, пока откроется папка (например, P700_V1[1].03.zip).

2. Затем отметить находящиеся там *.gz-данные (например, P700_V1.03.gz) и скопировать на свой USB-накопитель.

ВАЖНО!
Программное обеспечение на USB-накопителе должно быть более актуальной версии, чем установленное на приборе. Если Вы не уверены в том, какая версия программного обеспечения установлена на вашем приборе, это можно увидеть в разделе меню «Информация».

3. USB-накопитель с актуальной версией программного обеспечения подсоединить к прибору.

4. Вызвать пункт меню для обновления программного обеспечения (через раздел меню Настройки, страница 2)

5. Выбрать соответствующее программное обеспечение (например, P700_V1.03.gz)

6. Активной кнопкой «Открыть» начать процесс обновления программного обеспечения

7. Подождать, пока прибор не сообщит об успешном выполнении обновления программного обеспечения

8. Перезапустить прибор

Более подробную информацию Вы найдете в инструкции.

Важная информация:

Пожалуйста, обратите внимание, что в зависимости от версии установленного программного обеспечения все программы обжига и прессования (программы Ivoclar Vivadent и индивидуальные программы) при выполнении обновления возвращаются к заводским настройкам. Поэтому мы рекомендуем все индивидуальные настройки программ заранее сохранить на USB-накопителе или компьютере.

*) Особенность печи Programat P500: обновление программного обеспечения на печи Programat P500 возможно только тогда, когда ранее на приборе традиционным образом была установлена версия программного обеспечения V3.0.

ivoclar vivadent: passion vision innovation

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ