ПЫЛЕВСАСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

Модели

JT-26



JT-26B



JT-26O



JT-26BO



Руководство пользователя

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Перед началом работы обязательно внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!

При не квалифицированном использовании изделие может являться источником опасности.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения конструкции и основных технических характеристик, принципа действия и правил технической эксплуатации пылевсасывающего устройства JT-26, JT-26B, JT-26O, JT-26BO (далее ПВУ).

Перед началом эксплуатации внимательно изучите данное руководство.

ПВУ рекомендуется эксплуатировать при температуре не ниже 10 градусов и не выше 40 градусов Цельсия, при относительной влажности воздуха не выше 80%

При покупке ПВУ необходимо проверить комплектность, отсутствие механических повреждений, наличие штампов и подписей продавца в гарантийном талоне.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 ПВУ предназначено для удаления пылевых отходов от рабочей области при обработке моделей из гипса или любых материалов.

1.2 Особенностью ПВУ является:

1.2.1 двухступенчатая фильтрация воздуха

1.2.2 плавная регулировка силы всасывания

1.2.3 мощный электродвигатель обеспечивает стабильное и сильное всасывание

1.2.4 электродвигатель закреплен в кольцевых резиновых амортизаторах, чем достигается уменьшение вибрации и шума

1.2.5 простота конструкции, смена фильтрующих элементов производится без спец. инструмента

1.2.6 материал и форма корпуса наиболее удобны для поддержание чистоты на рабочем месте.

1.2.7 Модели JT-26O, JT-26BO оснащены внешним (выносным) блоком управления, что позволяет устанавливать скрытно.

1.2.8 Модели JT-26B, JT-26BO могут обслуживать 2 рабочие зоны. Модели оснащены таймером наработки (в часах).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр/ модель	JT-26	JT-26O	JT-26B	JT-26BO
Электропитание	AC 220-240В, 50 Гц			
Потребляемая мощность, Вт	370		550	
Кол-во рабочих зон	одна		две	
Максимальное всасывающее давление (вакуум)	-9,8 кПа		-12 кПа	
Уровень шума, dB	-60			
Габаритные размеры, см	30*20*35	27,5*27,5*37,5	30*20*40	25*20*37
Особенности конструкции		Внешний блок управления	Таймер наработки, колесики для перемещения	Внешний блок управления, таймер наработки, колесики для перемещения

2.1 Рабочий диапазон температуры окружающего воздуха - от плюс 10 до плюс 40 градусов Цельсия

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

3.1 ПВУ – **1** штука.
3.2 Кабель питания 220В - **1** штука.
3.3 Шланг гофрированный – **1** штука.
3.4 Штуцер для подсоединения шланга гофрированного к ПВУ- **1**шт.

4. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ


4.1 Помните! ПВУ – электрический прибор с определенным потенциалом опасности.
4.2 Эксплуатируйте ПВУ только по прямому назначению.
4.3 Эксплуатируйте и храните ПВУ в местах недоступных детям.
4.4 При работе пользуйтесь средствами защиты органов зрения и дыхания. Используйте защитные очки и респиратор.
4.5 Не прикасайтесь руками или иными предметами к входу ПВУ. Не перекрывайте доступ воздуха на вход ПВУ.
4.6 Не оставляйте включенный ПВУ без присмотра даже на короткое время.
4.7 Не включайте ПВУ мокрыми руками.
4.8 Не пользуйтесь неисправным ПВУ.
4.9 Не разбирайте и не ремонтируйте ПВУ самостоятельно.
4.10 Не эксплуатируйте ПВУ со снятой крышкой.
4.11 Не эксплуатируйте ПВУ в диапазоне температур выше или ниже указанных в технических характеристиках.
4.12 Любые действия по техническому обслуживания или уходу производятся при отключенном от сети шнуре сетевого питания!
4.13 Производить техническое обслуживание и уход за ПВУ при включенной в сеть вилки питания КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!


5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

5.1 Удаление продуктов обработки с рабочей зоны производится отсасыванием их вместе с окружающим воздухом.
5.2 Тяга воздуха обеспечивается работой электродвигателя. Регулировка силы всасывания достигается электронным управлением скорости вращения ротора электродвигателя.
5.3 Всасываемый воздух по шлангу поступает в фильтр-мешок, где происходит разделение воздуха и «мусора». В качестве второй ступени очистки установлен HEPA-фильтр (представляет собой пылевой воздушный фильтр высокой эффективности)
5.4 Очищенный воздух прогоняется крыльчаткой через электродвигатель, остужая его, и через вентиляционные отверстия корпуса выходит наружу.

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.







«1»- барашки крепления крышки
«2»- вход ПВУ с резьбовым соединением под штуцер для гофрированного шланга.
«3»- тумблер включения
«4»- регулятор мощности всасывания
На моделях JT-26B, JT-26O, JT-26BO тумблер включения и регулятор мощности совмещены «3+4»
«5»- гнездо предохранителя 5А 250В
«6»- гнездо подключения кабеля питания
«7»- дисплей таймера наработки (осталось часов до технического обслуживания))
«8»- кнопка сброса таймера
«9»- индикатор 220В

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Распакуйте ПВУ и выдержите его при комнатной температуре 4-6 часов, если температура наружного воздуха ниже комнатной.

6.2 Установите ПВУ на ровную твердую поверхность лицевой стороной к оператору. Обеспечьте свободный доступ к органам управления.

6.3 Вставьте штуцер в гофрированный шланг.

6.4 Прикрутите ко входу ПВУ штуцер вместе со шлангом.

6.5 Обеспечьте свободный доступ к розетке, куда будет подключен электропровод ВПУ.

6.6 Проверьте положение выключателя. На выключателе «3» кнопка должна быть нажатой на «0».

6.7 Подключите кабель питания к гнезду «6».

6.8 Включите кабель электропитания в сеть переменного напряжения 220 Вольт.

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

7.1 Расположите открытый конец шланга около рабочей зоны. Чем сильнее удален источник пыли от конца шланга, тем слабее сила всасывания.

7.2 Включите тумблер «3» и регулятором «4» установите желаемую силу всасывания.

7.3 Производите работы при включенном ПВУ.

7.4 После выполнения работы выключите ПВУ, нажав на кнопку выключения «3».

7.5 Смена фильтра-мешка:

7.5.1 Отключите ПВУ от сети

7.5.2 Отсоедините гофрированный шланг

7.5.3 Откройте переднюю панель.

7.5.4 Чтобы снять фильтр-мешок нажмите клавишу-фиксатор и выньте мешок.

7.5.5 Для установки пустого (нового) мешка-фильтра нажмите клавишу фиксатор, вставьте жесткую горловину мешка в паз и отпустите фиксатор.

7.5.6 HEPA-фильтр (для чистки, при необходимости) выкручивается по резьбе.

7.5.7 Следите, чтобы пластина из поролона не перекрывала воздушный поток. Она установлена для дополнительной звукоизоляции.



8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

8.1 Любые действия по техническому обслуживания или уходу производятся при отключенном от сети шнуре сетевого питания!

8.2 Производить техническое обслуживание и уход за ПВУ при включенной в сеть вилке питания КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

8.3 В процессе эксплуатации содержите ПВУ в чистоте.

8.4 Корпус ежедневно очищайте от опилок и пыли щеткой, тряпкой или пылесосом, предварительно отключив ПВУ от сети.

8.5 Не протирайте поверхности агрессивными жидкостями (ацетон, растворители на основе ацетона, жидкость для снятия лака и т.п.)

8.6 Для замены фильтра-мешка:

8.6.1 открутите 4 барашка (поз. «1»), снимите крышку. Снимите мешок-фильтр, отжав пружинный фиксатор.

8.6.2 Вставьте новый мешок-фильтр, зажмите его фиксатором.

8.6.3 Установите крышку на корпус и затяните 4 барашка

8.7 Следите за чистотой вентиляционных отверстий на корпусе. Не допускайте их перекрывания.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

8.8 Модели JT-26B, JT-26BO оснащены обратным таймером наработки (в часах). От 400. Достижение значения «0» предполагает необходимость тех. обслуживания ПВУ (проверка состояния электродвигателя). После выполнения тех. обслуживания нажмите кнопку сброса. Таймер вернется к исходному значению

9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

9.1 ПВУ может транспортироваться всеми видами транспортных средств при температуре воздуха от минус 30 до плюс 50 градусов Цельсия и относительной влажности до 85%.

9.2 ПВУ должен транспортироваться в соответствии с правилами, установленными для данного вида транспорта.

9.3 ПВУ должен храниться в отапливаемом помещении при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 градусов Цельсия при относительной влажности не более 80% .

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Общие положения.

10.1.1 Участниками настоящего гарантийного соглашения являются:

10.1.1.1 Компания «YJMF», Тайвань, Изготовитель Изделия, в дальнейшем- Изготовитель

10.1.1.2 ООО «Дентал-Ист», Россия- поставщик Изделия на территорию РФ, в дальнейшем- Поставщик

10.1.1.3 Коммерческая организация, осуществляющая закупку Изделия для продажи, в дальнейшем- Продавец

10.1.1.4 Собственник Изделия, в дальнейшем Потребитель

10.1.2 Гарантийные обязательства на Изделие, произведенное Изготовителем и ввезенное территорию РФ Поставщиком, несет Изготовитель.

10.1.3 Выполнение гарантийных обязательств Изготовителя осуществляет Поставщик

10.1.4 Гарантийное обслуживание производится в уполномоченных Поставщиком сервисных центрах. При выполнении гарантийных обязательств Изготовитель руководствуется действующим законодательством Российской Федерации (статьи 475 «Последствия передачи товара ненадлежащего качества», 503 «Права покупателя в случае продажи ему товара ненадлежащего качества» ГК РФ)

10.1.5 Изготовитель гарантирует, что изделие не имеет выявленных дефектов изготовления и соответствует всем потребительским свойствам и техническим параметрам, приведенных в настоящем руководстве на изделие (статья 469 «Качество товара» ГК РФ).

10.1.6 Гарантийный срок на изделия устанавливается Изготовителем.

10.1.7 Гарантийный срок эксплуатации изделия исчисляется с даты продажи товара Потребителю.

10.1.8 При условии соблюдения п.2.1.2 Гарантийного Талона, гарантийный срок эксплуатации изделия составляет: 6 месяцев (статья 471 ГК РФ).

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОСТАВЩИКА

Ответственность Поставщика по гарантийным обязательствам определяется на основе гарантийного талона на Изделие.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

11.1 Общие положения

11.1.1 Поставщик принимает на себя гарантии Изготовителя и гарантирует, что изделие не имеет выявленных дефектов изготовления и соответствует всем потребительским свойствам и техническим параметрам, приведенных в паспорте на изделие (статья 474 ГК РФ «Проверка качества товара»).

11.1.2 Гарантийные обязательства Поставщика действуют в период гарантийного срока. Гарантийный срок исчисляется в месяцах и начинает действовать с даты продажи товара Потребителю. Дата продажи фиксируется Продавцом в гарантийном талоне и удостоверяется печатью. В случае отсутствия отметки Продавца- с момента реализации изделия Поставщиком.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

11.1.3 Все претензии по качеству купленного изделия в период гарантийного срока предъявляются непосредственно Поставщику, который принимает на себя гарантийные обязательства Изготовителя. Гарантийный талон действителен при наличии печати Поставщика (статья 476 ГК РФ «Недостатки товара, за которые отвечает Продавец»).

11.1.4 Гарантийное обслуживание осуществляется в уполномоченных сервисных центрах Поставщика, адреса которых указаны в данном гарантийном талоне и паспорте на изделие.

11.1.5 Покупатель осуществляет доставку изделия по адресу приемки для гарантийного обслуживания самостоятельно и за свой счет.

11.1.6 Если изделие соответствует п. 2.2- «Условия гарантии», п. 2.4- «Условия принятия изделия на гарантийное обслуживание», и это подтверждено «Актом технического освидетельствования» сервисного центра Поставщика, возврат изделия после гарантийного обслуживания Потребителю (Продавцу) осуществляется за счет Поставщика.

11.1.7 Если изделие не соответствует каким-либо позициям п. 2.2- «Условия гарантии», п. 2.4- «Условия принятия изделия на гарантийное обслуживание», то в «Акте технического освидетельствования» сервисного центра Поставщика указывается, что изделие снимается с гарантийного обслуживания. «Акт технического освидетельствования» высылается на контактный адрес Потребителя (Продавца). Возврат изделия Потребителю (Продавцу) осуществляется за счет Потребителя (Продавца).

11.2 Условия гарантии

11.2.1 Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях:

11.2.1.1 Истек срок гарантийных обязательств.

11.2.1.2 Отсутствует гарантийный талон или заводские номера на Изделии не совпадают с номерами, указанными в гарантийном талоне

11.2.1.3 Если Изделие повреждено при транспортировке, хранении или нарушены правила эксплуатации или Изделие эксплуатировалось не по прямому назначению.

11.2.1.4 Изделие имеет механические, термические, электрические повреждения.

11.2.1.5 Изделие имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних веществ, предметов, жидкостей.

11.2.1.6 Изделие имеет повреждения, вызванные использованием нестандартного или не прошедшего тестирования на совместимость оборудования.

11.2.1.7 Изделие имеет повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.

11.2.1.8 Изделие имеет повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров питающих сетей и другими внешними факторами (климатическими и иными).

11.2.1.9 Изделие имеет повреждения, вызванные использованием нестандартных запчастей, комплектующих, расходных материалов, чистящих материалов.

11.2.1.10 Изделие имеет повреждения, вызванные не соблюдением срока и периода технического и профилактического обслуживания, если оно необходимо для данного изделия.

11.2.1.11 Если имеются следы постороннего вмешательства или была попытка несанкционированного ремонта.

11.2.1.12 Если повреждены гарантийные пломбы производителя или поставщика.

11.2.1.13 Если заводская маркировка или серийный номер повреждены, неразборчивы, имеют следы переклеивания или отсутствуют.

11.2.1.14 Изделие имеет дефекты, возникшие в результате нормального (эксплуатационного) износа.

11.2.1.15 Изделие самостоятельно модифицировано или переукомплектовано.

11.2.2 **Гарантийные обязательства не распространяются**:

11.2.2.1 На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

11.2.2.2 На совместимость данного изделия с изделиями третьих сторон, в части их совместимости и конфигурирования.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

11.2.2.3 На упаковку продукции и расходные материалы.

11.3 Отказ от ответственности за сопутствующие убытки.

11.3.1 Продавец ни при каких условиях не несет ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других денежных потерь), связанный с использованием или невозможностью использования проданного товара.

11.4 Условия принятия изделия на гарантийное обслуживание. Условия гарантийных обязательств и Бесплатного сервисного обслуживания:

11.4.1 На гарантийное обслуживание принимаются изделия, ввезенные на территорию Российской Федерации Поставщиком.

11.4.2 Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в данном гарантийном талоне.

11.4.3 Заводские номера, нанесенные на изделии, должны соответствовать указанным в данном гарантийном талоне.

11.4.4 Изделие должно эксплуатироваться по прямому назначению в соответствии с техническими характеристиками.

11.4.5 Изделие должно эксплуатироваться квалифицированным персоналом.

11.4.6 Изделие должно подвергаться своевременному и качественному техническому обслуживанию, в соответствии с инструкцией по эксплуатации, приведенной в паспорте на изделие.

11.4.7 **Изделие принимается на гарантийный ремонт в заводской упаковке и в полной комплектации при наличии заполненного Гарантийного талона и копии документов, подтверждающих дату покупки (накладная и чек ККМ или товарно-транспортная накладная по форме ТОРГ-12).**

11.4.8 **Для предъявления рекламации на изделие Покупатель обязан приложить к каждому изделию правильно и полно заполненный лист рекламации. Образец бланка листа рекламации для гарантийного обслуживания находится в приложении №1 настоящего гарантийного талона**.

11.5 Сроки гарантийного обслуживания и возврат изделий

11.5.1 Комплектующие и изделия, удовлетворяющие условиям гарантии, подлежат возврату или замене в течение 30 календарных дней со дня приема на гарантийное обслуживание. Для оборудования, сданного в региональные сервисные центры срок обслуживания - 30 календарных дней без учета времени доставки до сервисного центра.

11.5.2 По окончании гарантийного обслуживания в порядке убывания приоритета:

11.5.2.1 выдается отремонтированное изделие. Применяемые в ремонте компоненты являются новыми, либо восстановленными, имеющие параметры новых.

11.5.2.2 если ремонт изделия не возможен, Поставщик производит замену изделия на новое

11.5.2.3 в случае отсутствия на складе Поставщика изделий на замену и у Поставщика нет возможности их поставить в течение 30 календарных дней со дня приема на гарантийное обслуживание, сервисным центром оформляется заключение о не возможности ремонта или замены изделия Потребителю (Продавцу) для предоставления Поставщику.

11.5.3 Компенсация стоимости изделия по заключению сервисного центра о не возможности ремонта, производится в порядке и сроки, устанавливаемые Изготовителем (см. п.1.1.4).

11.5.4 По согласованию с клиентом изделие, подготовленное к выдаче после гарантийного обслуживания, может быть передано из сервисного центра на склад Поставщика для отправки Потребителю (Продавцу) с очередным заказом.

11.5.5 Спорные вопросы, а также не штатные ситуации, связанные с выдачей товара, принимаются к рассмотрению руководителем сервисного центра в день получения товара представителем клиента.

11.5.6 Неявка Потребителя (Продавца) для получения подготовленных к выдаче после гарантийного обслуживания изделий не может трактоваться как несоблюдение Поставщиком

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

обязательств по срокам гарантийного обслуживания. Если Потребитель (Продавец) не обращается для получения подготовленных к выдаче изделий, то по истечении 3 месяцев со дня приема изделий в гарантийное обслуживание товарная задолженность аннулируется.

11.5.7 Потребитель (Продавец) имеет возможность оспорить работоспособность отремонтированного изделия у сервисного центра. Претензии к работоспособности отремонтированного изделия принимаются к рассмотрению в течение 2 (двух) недель со дня получения изделия представителем Потребителя (Продавца). Для предъявления претензий необходимо заполнить бланк рекламации и сдать вместе с проблемным изделием в сервисный центр. По факту проверки претензии на указанный адрес высылается сообщение о результатах.

11.6 Остаточные сроки гарантии на отремонтированную (замененную) продукцию

11.6.1 На отремонтированные или заменяемые изделия дата окончания гарантии устанавливается равной дате окончания гарантии на первоначально сданное в обслуживание изделие плюс срок нахождения в ремонте (п.3, статья 471 ГК РФ «Исчисление гарантийного срока»).

11.6.2 Дата окончания гарантии на первоначально сданное изделие фиксируется при приеме в гарантийное обслуживание. Серийный номер и дата окончания гарантии выдаваемых из ремонта или заменяемых изделий указываются в гарантийном талоне.

Адреса сервисных центров по гарантийному обслуживанию:

ООО «Дентал-Ист». 125195, Москва, Ленинградское шоссе, 96А, (499) 745-63-16, 745-63-18, 745-63-20

Дополнительные адреса можно узнать на сайте: www.dental-east.ru

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ