stomdevice

Инструкция по эксплуатации

PHYSIO Evo/One



Всегда на страже безопасности

KaVo. Dental Excellence.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Оглавление

1 Информация для пользователей ... 5
1.1 Руководство пользователя ... 5
1.2 Сокращения ... 5
1.3 Символы ... 5
1.4 Целевая группа ... 5
1.5 Сервисное обслуживание ... 5
1.6 Гарантийные обязательства ... 6
1.7 Транспортировка и хранение ... 6
1.7.1 Действующая инструкция по упаковке ... 6
1.7.2 Повреждения при транспортировке ... 6
1.7.3 Данные на упаковке: хранение и транспортировка ... 7

2 Безопасность ... 9
2.1 Указания по технике безопасности ... 9
2.1.1 Предупреждающий знак ... 9
2.1.2 Структура ... 9
2.1.3 Описание степеней опасности ... 9
2.2 Указания по технике безопасности ... 9

3 Описание изделия ... 11
3.1 Целевое назначение — использование по назначению ... 11
3.2 Рабочее кресло PHYSIO Evo/One ... 12
3.3 Типовые и указательные таблички ... 13
3.4 Технические данные PHYSIO Evo ... 14
3.5 Технические данные PHYSIO One ... 15

4 Монтаж ... 16
4.1 Упаковка ... 16
4.1.1 Транспортировка и хранение ... 16
4.1.2 Комплектация упаковки ... 16
4.2 Монтаж рабочего кресла PHYSIO Evo/One ... 17
4.2.1 Установка роликовых опор ... 17
4.2.2 Установка подушки для сиденья ... 18
4.2.3 Установка подушки для спинки кресла ... 19
4.2.4 Установка пневматической пружины ... 19

5 Демонтаж ... 21
5.1 Демонтаж рабочего кресла PHYSIO Evo/One ... 21
5.2 Снятие предохранительного покрытия пневматической пружины ... 21
5.3 Демонтаж пневматической пружины ... 22

6 Эксплуатация ... 24
6.1 PHYSIO Evo ... 24
6.1.1 Регулировка высоты сиденья ... 24
6.1.2 Регулировка сиденья ... 24
6.1.3 Регулировка наклона спинки кресла ... 25
6.2 PHYSIO One ... 26
6.2.1 Регулировка высоты сиденья ... 26
6.2.2 Регулировка сиденья и спинки ... 26

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Оглавление

7 Методы обработки согласно стандарту DIN EN ISO 17664 27
7.1 Общие указания по уходу 27
7.2 Очистка и дезинфекция 27
8 Устранение неисправностей 28

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

1 Информация для пользователей

1.1 Руководство пользователя

Необходимые условия
Прочитайте данное руководство перед первым запуском изделия, чтобы не допускать неправильного обслуживания и поломок.

1.2 Сокращения

Кратк-ая форма	Пояснение
ИЭ	Инструкция по эксплуатации
ИУ	Инструкция по уходу
ИМ	Инструкция по монтажу
ИТ	Инструкция для технического специалиста
ТБ	Проверка соблюдения правил техники безопасности
IEC	Международная электротехническая комиссия
УР	Указание по ремонту
КД	Комплект для дооборудования
ВБ	Встроенный блок
ПД	Прилагаемые детали
ЭМС	Электромагнитная совместимость
ИО	Инструкция по обработке

1.3 Символы

	См. раздел «Техника безопасности/Предупреждающие знаки»
	Важная информация для пользователей и технических специалистов
▶	Требуется действие

1.4 Целевая группа

Этот документ предназначен для стоматологов, персонала практик и технических специалистов.

1.5 Сервисное обслуживание



Техническое обслуживание KaVo:
+49 (0) 7351 56-1000
Service.Einrichtungen@kavo.com
При запросе необходимо всегда указывать заводской номер изделия!
Дополнительную информацию можно найти на сайте: www.kavo.com

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

1.6 Гарантийные обязательства

KaVo принимает на себя гарантийное обязательство перед конечным пользователем в отношении изделия, названного в протоколе передачи, по безупречному его функционированию, по отсутствию дефектов материалов или их обработки в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении следующих условий:
При обоснованных претензиях, вызванных недостатками или неполной комплектацией, KaVo осуществляет свои гарантийные обязательства по своему выбору, осуществляя либо бесплатную доставку заменяющих деталей и узлов, либо ремонт. Любые другие претензии, в частности по возмещению ущерба, исключены. В случае задержки и грубой задолженности или умысла это справедливо лишь в той мере, насколько это не противоречит обязывающим предписаниям закона.
Фирма KaVo не несет ответственности за дефекты и их последствия, возникшие в результате естественного износа, ненадлежащей очистки или обслуживания, несоблюдения указаний по эксплуатации, обслуживанию или подключению, обызвествления или коррозии, загрязнения подаваемого воздуха или воды, а также химических или электрических воздействий, являющихся необычными или недопустимыми согласно указаниям завода-изготовителя.
Гарантийное обязательство не распространяется, в общем случае, на лампы, изделия из стекла, резины и на постоянство цвета деталей из пластмасс.
Ответственность исключена в том случае, если дефекты или их последствия могут быть результатом вмешательства в изделие или изменений в нем, выполненных покупателем или третьими лицами.
Претензии в соответствии с данным гарантийным обязательством могут иметь законную силу только в том случае, если на KaVo был отправлен поставляемый вместе с изделием протокол передачи (второй экземпляр), а оригинал его может быть представлен владельцем/пользователем.

1.7 Транспортировка и хранение

1.7.1 Действующая инструкция по упаковке



Указание

Действительно только для Федеративной Республики Германии.

Продажные упаковки подлежат утилизации через специальные фирмы в соответствии с действующим предписанием по упаковке. При этом следует использовать повсеместную систему возврата использованной упаковки. Для этого KaVo произвела лицензирование своих продажных упаковок. Также необходимо соблюдать официальные требования к утилизации в вашем регионе.

1.7.2 Повреждения при транспортировке

В Германии

Если при сдаче изделия после транспортировки на упаковке обнаруживаются повреждения, то необходимо действовать следующим образом:

1. Грузополучатель должен зарегистрировать недостачу или повреждение в документе приемки груза. Грузополучатель и сотрудник транспортного предприятия должны подписать этот документ приемки груза.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

2. Запрещается вносить изменения в изделия и упаковку.
3. Запрещается использовать изделие.
4. Уведомите транспортное предприятие о повреждении.
5. Сообщите о повреждении на KaVo.
6. До получения согласия KaVo ни в коем случае не направлять поврежденное изделие обратно на KaVo.
7. Вышлите подписанный документ о приемке груза на KaVo.

Если изделие оказалось повреждено, но это не видно было по состоянию упаковке при сдаче, то необходимо действовать следующим образом:
1. Незамедлительно, не позднее чем в течение 7 дней, проинформировать о повреждении транспортное предприятие.
2. Сообщите о повреждении на KaVo.
3. Запрещается вносить изменения в изделия и упаковку.
4. Не использовать поврежденное изделие.

Указание

Если грузополучатель не выполнит свои обязательства в соответствии с вышеописанной процедурой, то считается, что повреждение возникло после доставки (согласно Общегерманским экспедиторским условиям, ст. 28).

За пределами Германии

Указание

KaVo не несет ответственности за транспортные повреждения.
Поэтому посылку следует проверить сразу же после ее получения.

Если при сдаче изделия после транспортировки на упаковке обнаруживаются повреждения, то необходимо действовать следующим образом:
1. Грузополучатель должен зарегистрировать недостачу или повреждение в документе приемки груза. Грузополучатель и сотрудник транспортного предприятия должны подписать этот документ приемки груза.
   Грузополучатель может выдвинуть претензии по возмещению ущерба к транспортному предприятию только на основе указанного установления обстоятельств дела.
2. Не меняйте ничего в изделии и упаковке.
3. Не используйте изделие.

Если изделие оказалось повреждено, но это не видно было по состоянию упаковки при сдаче, то необходимо действовать следующим образом:
1. Незамедлительно, не позднее, чем через 7 дней после поставки, проинформируйте о повреждении транспортное предприятие.
2. Не меняйте ничего в изделии и упаковке.
3. Не используйте поврежденное изделие.

Указание

Если грузополучатель не выполнит свои обязательства в соответствии с вышеописанной процедурой, то считается, что повреждение возникло после доставки (согласно закону CMR глава 5 ст. 30).






1.7.3 Данные на упаковке: хранение и транспортировка

Указание

Сохраняйте упаковку на случай отправки в службу сервиса или в ремонт.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Нанесенные снаружи обозначения предназначены для транспортировки и хранения и имеют следующее значение:

	Транспортировать вертикально, верх в направлении стрелки!
	Защищать от ударов!
	Защищать от воздействия влаги!
	Допустимая нагрузка при складировании штабелями.
	Диапазон температур
	Влажность воздуха
	Атмосферное давление

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

2 Безопасность

2.1 Указания по технике безопасности

2.1.1 Предупреждающий знак

	Предупреждающий знак

2.1.2 Структура



⚠ ОПАСНОСТЬ

Во введении описывается вид и источник опасности.

В данном разделе описаны возможные последствия несоблюдения указаний.

- Опциональная операция содержит необходимые меры по предотвращению опасностей.

2.1.3 Описание степеней опасности

Для предотвращения вреда людям и имуществу все приведенные в данном документе указания по технике безопасности разделены на три части по степеням опасности.



⚠ ОСТОРОЖНО!

ОСТОРОЖНО!

обозначает опасную ситуацию, которая может приводить к материальному ущербу или легким или средней тяжести травмам.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

обозначает опасную ситуацию, которая может привести к тяжелым или смертельным травмам.



⚠ ОПАСНОСТЬ

ОПАСНОСТЬ

обозначает максимальный риск в связи с ситуацией, которая может приводить непосредственно к тяжелым или смертельным травмам.

2.2 Указания по технике безопасности



⚠ ОСТОРОЖНО!

Материальный ущерб из-за неподходящих принадлежностей.

Использование принадлежностей, компонентов и кабелей, отличных от указанных, за исключением компонентов и кабелей, которые фирма KaVo продает как запасные части для внутренних компонентов, может приводить к повышенному излучению или снижению помехоустойчивости аппарата.

- Использовать только рекомендованные фирмой KaVo принадлежности!

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

⚠ ОСТОРОЖНО!



Причинение вреда при работе с емкостью, находящейся под давлением.

Открытие емкости под давлением с применением силы или продолжительное воздействие высоких температур может привести к травмированию и повреждениям.

- Замену регулятора высоты сиденья и работы в этой области должны выполнять только специалисты, прошедшие инструктаж.

⚠ ОСТОРОЖНО!



Винты предварительно затянуты.

Неправильное ослабление затяжки винтов на опорной стойке под подушкой сидения может привести к травмированию и повреждениям.

- Демонтаж винтов на опорной стойке должны осуществлять только специалисты, прошедшие инструктаж.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

3 Описание изделия

3.1 Целевое назначение — использование по назначению

PHYSIO Evo/One — это рабочее кресло для использования врачами-стоматологами в стоматологической клинике, изготовленное согласно стандарту DIN EN ISO 7493.
Все модели рабочего кресла PHYSIO Evo/One прошли проверку и допущены к использованию в соответствии с действующими в настоящее время нормами.
Все модели рабочего кресла PHYSIO Evo/One соответствуют стандартам DIN EN 1335-2 и 3, DIN 4550 и DIN EN ISO 7493.
К использованию по назначению относится также соблюдение всех указаний, приведенных в инструкции по эксплуатации, а также выполнение работ по проверке и обслуживанию.
Директивы и/или национальные законы, национальные предписания и правила техники по запуску в эксплуатацию и к процессу эксплуатации, касающиеся данного продукта, должны применяться и соблюдаться по отношению к изделию KaVo согласно установленному использованию по назначению.
Пользователь перед каждым применением аппарата должен убедиться в его функциональной безопасности и надлежащем состоянии.

При использовании аппарата должны соблюдаться нормативные регламенты, в особенности:


- Действующие положения по охране труда
- Действующие мероприятия по технике безопасности

В обязанности пользователя входит:

- использовать только исправное оборудование,
- следить за своей безопасностью, а также за безопасностью пациентов и третьих лиц,
- не допускать загрязнения изделия.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

3.2 Рабочее кресло PHYSIO Evo/One



KaVo PHYSIO Evo/One

Рабочее кресло PHYSIO Evo/One поставляется с завода с мягкими роликовыми опорами **Арт. № 1.010.3896** для твердого напольного покрытия. Поверхность качения и корпус роликовых опор двухцветные.

Твердые роликовые опоры для мягкого, например, коврового напольного покрытия, поставляются в виде набора комплектующих **Арт. № 1.010.3827**. Поверхность качения и корпус роликовых опор одноцветные.

Указание


Используйте подходящие роликовые опоры в зависимости от напольного покрытия.

Для твердого напольного покрытия используйте только мягкие роликовые опоры. Для мягкого напольного покрытия используйте только твердые роликовые опоры.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

3.3 Типовые и указательные таблички


Типовые таблички находятся на нижней поверхности кресла.



Заводская табличка KaVo PHYSIO Evo/One

① Фирменный логотип KaVo
② Код HIBC
③ Маркировка GS
④ Учитывайте информацию, содержащуюся в сопроводительных документах
⑤ Сертификация по ГОСТ Р
⑥ Изготовитель
⑦ Год изготовления — месяц — серийный номер
⑧ Номер материала
⑨ Тип прибора

Указательная табличка находится на нижней поверхности кресла, слева от типовой таблички.



Указательная табличка PHYSIO Evo/One

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

3.4 Технические данные PHYSIO Evo

Самое низкое положение кресла, без нагрузки	465 мм
Самое высокое положение кресла, без нагрузки	660 мм
Самое низкое положение кресла, с нагрузкой	460 мм
Самое высокое положение кресла, с нагрузкой	630 мм
Диапазон регулировки высоты сиденья, без нагрузки	200 мм
Ширина сиденья	макс. 400 мм
Глубина сиденья	380 мм
Диапазон регулировки наклона спинки сиденья	30 °
Наклон сиденья	15 °
Высота	1000 мм
Ширина	600 мм
Масса	12,5 кг

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

3.5 Технические данные PHYSIO One

Самое низкое положение кресла, без нагрузки	465 мм
Самое высокое положение кресла, без нагрузки	660 мм
Самое низкое положение кресла, с нагрузкой	460 мм
Самое высокое положение кресла, с нагрузкой	630 мм
Диапазон регулировки высоты сиденья, без нагрузки	200 мм
Ширина сиденья	макс. 400 мм
Глубина сиденья	380 мм
Диапазон регулировки наклона спинки сиденья	15 °
Наклон сиденья	15 °
Высота	1000 мм
Ширина	600 мм
Масса	12 кг

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

4 Монтаж

4.1 Упаковка

4.1.1 Транспортировка и хранение

Упаковка состоит из пенополистирола и дополнительно упакована в коробку категории Superwell. Напечатанные снаружи указания действуют при транспортировке и хранении на складе и имеют следующее значение:

1. Транспортировать в вертикальном состоянии; стрелки должны указывать вверх
2. Защищать от ударов
3. Защищать от воздействия влаги
4. Температура от -20 C до + 55 C
5. Влажность воздуха от 5% до 95%, не конденсирующая
6. Атмосферное давление от 700 гПа до 1060 гПа

4.1.2 Комплектация упаковки

Рабочее кресло PHYSIO Evo/One упаковано в специальную картонную коробку. Кроме рабочего кресла, в упаковке находятся также другие комплектующие, в соответствии с заказом.
Подушки сиденья и спинки упакованы отдельно, их необходимо установить на рабочее кресло.

Масса:	15 кг

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

4.2 Монтаж рабочего кресла PHYSIO Evo/One

Указание

При поставке рабочего кресла его сиденье опущено в самое нижнее положение, спинка сложена вперед.

Указание

Замену регулятора высоты сиденья и работы в этой области должны осуществлять только обученные специалисты.


4.2.1 Установка роликовых опор

Указание

Используйте подходящие роликовые опоры в зависимости от напольного покрытия.

Для твердого напольного покрытия используйте только мягкие роликовые опоры. Для мягкого напольного покрытия используйте только твердые роликовые опоры.

- Вставьте ролики в ножки крестообразной опоры кресла и надавите, чтобы они встали в пазы.




- Слегка потяните за ролики, чтобы проверить, прочно ли они встали в пазы.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

4.2.2 Установка подушки для сиденья

- Наденьте подушку на 4 болта с шаровой головкой, расположенные на сиденье.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

4.2.3 Установка подушки для спинки кресла

- Наденьте подушку на 4 болта с шаровой головкой, расположенные на спинке кресла.



4.2.4 Установка пневматической пружины

Указание




Точка надавливания пневматической пружины устанавливается на заводе. В случае возникновения проблем с фиксацией высоты сиденья рабочего кресла PHYSIO Evo/One необходимо настроить точку надавливания пневматической пружины.

См. также:

6.1.1 Регулировка высоты сиденья, Страница 24

- Наклоните сиденье вперед и снимите подушку.
- Установите точку надавливания с помощью крестовой отвертки следующим образом:
  Закрутите винт, пневматическая пружина разблокируется раньше.
  Выверните винт, пневматическая пружина разблокируется позже.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



- Снова установите подушку для сиденья.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

5 Демонтаж

Указание


Замену регулятора высоты сиденья и работы в этой области должны осуществлять только обученные специалисты.

5.1 Демонтаж рабочего кресла PHYSIO Evo/One

- Чтобы избежать повреждений, снимите подушки со спинки и сиденья.
- Установите рабочее кресло в самое высокое положение.
- Наклоните сиденье вперед.

5.2 Снятие предохранительного покрытия пневматической пружины

- Вытяните язычок предохранительного покрытия наружу через отверстие на нижней поверхности кресла ①. Поворачивайте покрытие пневматической пружины ②, пока не выйдут наружу все язычки ③.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Указание


При необходимости снимите подушку и отожмите предохранительное покрытие вниз отверткой.

5.3 Демонтаж пневматической пружины

Указание


Если пневматическая пружина слишком резко выскочит из отверстия крестообразной опоры, это может повредить лаковое покрытие рабочего кресла PHYSIO Evo/One. Чтобы предотвратить повреждение лакового покрытия, между пневматической пружиной и молотком можно положить деревянный брусок.

- Чтобы избежать повреждения рабочего кресла, осторожно выбейте пружину из крестообразной опоры с помощью большого резинового молотка. В случае необходимости, положите между пружиной и молотком деревянный брусок.



- Выбейте пневматическую пружину из крестообразной опоры до держателя кресла.


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

6 Эксплуатация

6.1 PHYSIO Evo



PHYSIO Evo

① Регулировка высоты сиденья
② Регулировка наклона сиденья
③ Регулировка наклона спинки кресла

6.1.1 Регулировка высоты сиденья

- Нажмите на рычаг ①, расположенную впереди слева.
- Установите нужную высоту сиденья, надавливая на него или отпуская.
- Чтобы зафиксировать нужную высоту сиденья, отпустите рычаг ①.

6.1.2 Регулировка сиденья

Указание

Наклон сиденья, как правило, устанавливается по потребностям врача, использующего данное кресло.

- Надавите на сиденье и спинку кресла.
- Надавите на рычаг ②, расположенный сзади справа так, чтобы рычаг ② зафиксировался со щелчком.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

- ▸ Установите сиденье под нужным углом.
- ▸ Чтобы зафиксировать положение сиденья, отпустите рычаг ② сзади справа.

6.1.3 Регулировка наклона спинки кресла

Указание



Спинку сиденья можно установить в два режима:
- наклон на любой угол с фиксацией;
- подвижная спинка для активной поддержки мышц спины.

- ▸ Надавите на сиденье и спинку кресла.
- ▸ Отожмите вниз рычаг ③, находящийся сзади слева так, чтобы рычаг ③ зафиксировался со щелчком.
- ▸ Установите спинку под нужным углом.
- ▸ Чтобы зафиксировать положение спинки, отпустите рычаг ③ сзади слева.


или

- ▸ Оставьте рычаг ③ сзади слева зафиксированным.

⇨ Спинка кресла останется подвижной и будет активно поддерживать мышцы спины.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

6.2 PHYSIO One



PHYSIO One

① Регулировка высоты сиденья

② Регулировка наклона сиденья/спинки кресла

6.2.1 Регулировка высоты сиденья

- Нажмите на рычаг ①, расположенную впереди слева.
- Установите нужную высоту сиденья, надавливая на него или отпуская.
- Чтобы зафиксировать нужную высоту сиденья, отпустите рычаг ①.

6.2.2 Регулировка сиденья и спинки



Указание

Сиденье и спинка рабочего кресла PHYSIO One прочно связаны.

- Надавите на сиденье и спинку кресла.
- Надавите на рычаг ②, расположенный сзади справа, так, чтобы рычаг ② зафиксировался со щелчком.
- Установите сиденье и спинку под нужным углом.
- Чтобы зафиксировать положение сиденья и спинки, отпустите рычаг ② сзади справа.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

7 Методы обработки согласно стандарту DIN EN ISO 17664

7.1 Общие указания по уходу



⚠ ОСТОРОЖНО!

Повреждение изделия из-за неправильной дезинфекции.

Неисправности.

- Применяйте дезинфицирующие средства в соответствии с инструкциями изготовителя!
- Проводите дезинфекцию только методом протирания!
- Не погружайте изделие или его части в жидкость!

Разнообразные медикаменты и химические вещества, применяемые в стоматологии, могут вызывать повреждение лакированных поверхностей и пластмассовых деталей.

Исследования показали, что невозможно добиться стопроцентной защиты поверхностей от всех имеющихся на рынке средств.

Поскольку степень повреждения поверхности этими средствами очень сильно зависит от длительности воздействия, необходимо сразу же очистить поверхность влажной тканью.

Случайные остатки после применения дезинфицирующих средств могут удаляться с лаковых покрытий и пластмассовых поверхностей нейтральными и неабразивными моющими и чистящими средствами.

Для очистки новых лакированных поверхностей, еще не утративших водоотталкивающих свойств, достаточно воды и неабразивных, мягких чистящих средств.

7.2 Очистка и дезинфекция

- Применяйте дезинфицирующие средства согласно руководству по эксплуатации, предоставленному изготовителем.
- Соблюдайте указания предоставленного производителем сертификата безопасности для соответствующего дезинфицирующего средства.
- Все поверхности протереть мягкой тряпкой и допущенным дезинфицирующим средством.

Разрешенные дезинфицирующие средства:

- Mikrozid AF (жидкость или салфетки); производитель: Schülke & Mayr
- FD 322; производитель: DÜRR Dental GmbH
- Incidin Liquid; производитель: Ecolab
- CaviCide; производитель: Metrex

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

8 Устранение неисправностей

Указание



Точка надавливания пневматической пружины устанавливается на заводе. В случае возникновения проблем с фиксацией высоты сиденья рабочего кресла PHYSIO Evo/One необходимо настроить точку надавливания пневматической пружины.

См. также:

4.2.4 Установка пневматической пружины, Страница 19

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Сбыт:
KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach, Германия
Тел. +49 (0) 7351 56-0
Факс +49 (0) 7351 56-1488

Изготовитель:
Kaltenbach & Voigt GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach, Германия
www.kavo.com



1.010.4009 · Fk · 20140324 - 3 · ru

KaVo. Dental Excellence.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ