stomdevice

Руководство по эксплуатации
SENsit.



Надежность гарантирована.

KaVo. Dental Excellence.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

A 1 Указания для пользователя 2
A 1.1 Значение пиктограмм 2
A 1.2 Важные указания 2
A 1.3 Меры предосторожности 2

A 2 Объем поставки 3

A 3 Настройка высоты сиденья 3

A 4 Наклон сиденья и спинки 3

A 5 Сопротивление спинки 3

A 6 Изменение высоты спинки 4

A 7 Изменение глубины сиденья 4

A 8 Регулировка высоты подлокотников 4

A 9 Технические данные 5
Условия гарантия 6
Запасные части 7

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

A 1 Информация для пользователей

A 1.1 Значение пиктограмм

⚠ Невыполнение требований инструкции может повлечь возникновение опасности, повреждение материала или поломку оборудования.

ⓘ Важная информация для пользователей и технических специалистов.

Автоматический режим
Автоматический процесс

Закрыть, ввинтить, закрепить и т. д.

Открыть, отпустить и т. д.

\+ больше, сильнее

\- меньше, слабее

∞ Непрерывный режим эксплуатации

Время, выполнение по времени

Вытащить сетевую вилку

A 1.2 Важные указания

⚠ Данное Руководство следует прочитать перед первым вводом аппарата в эксплуатацию, чтобы избежать ошибок в обращении с ним и других неполадок. Если требуются инструкции на других языках, мы просим запросить их в соответствующем представительстве фирмы KaVo. Тиражирование и дальнейшее распространение инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию и монтажу (GWM) допускается только после предварительного согласования с фирмой KaVo.

Все технические данные, информация и свойства прибора, описанные в настоящей инструкции GWM, соответствуют состоянию на момент передачи материалов в типографию.

В изделие могут быть внесены изменения и усовершенствования на основе новых технических разработок.

Это не дает права на дооборудование уже существующих приборов.

Фирма KaVo не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие:

- - внешние воздействия (некачественные рабочие материалы или упущения при монтаже)
- использования неверной информации,
- ненадлежащей эксплуатации,
- неправильно проведенные ремонтные работы.

К выполнению ремонта и технического обслуживания продуктов KaVo допускаются:

- технические специалисты представительств KaVo во всем мире,
- технические специалисты договорных продавцов, которые были специально обучены в KaVo,
- независимые технические специалисты договорных продавцов, которые были специально обучены в KaVo.

Изменения, выполненные третьими лицами, аннулируют гарантию. Для работы и ремонта компания KaVo рекомендует использовать только оригинальные запасные части.

A 1.3 Меры предосторожности

Надежная эксплуатация и защита прибора обеспечивается только при использовании по назначению, согласно инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию и монтажу, с допущенными инструментами. Кроме того, следует соблюдать:

- предписания по охране труда,
- предписания по технике безопасности.

Согласно этим положениям пользователь обязан:

⚠

- *пользоваться только исправным рабочим креслом,*
- *использовать оборудование строго по назначению;*

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

A 2 Объем поставки

a) Лабораторное кресло SENsit
b) Офисное кресло SENsit с регулируемыми подлокотниками


Поставляемые по желанию принадлежности
Подушка для сиденья из кожи
Арт. No 0.653.5183
Подушка для спинки из кожи
Арт. No 0.653.5193
Чехол для сиденья
Арт. No 0.653.5363





A 3 Настройка высоты сиденья


Левую ручку потянуть наружу.
Нагрузить или разгрузить сиденье.
При отпускании ручки установленная высота сиденья фиксируется.
Настроить высоту сиденья таким образом, чтобы угол сгиба рук и ног составлял около 90 градусов, а подошвы обуви полностью прилегали к полу или опоре для ног.





A 4 Наклон сиденья и спинки


Правую ручку прижать вниз.
Сиденье и спинка перемещаются.
Для фиксации (статического положения) ручку при достижении требуемого положения потянуть наружу / вверх.





A 5 Сопротивление спинки

Вращением резьбового соединения усилие пружин синхронизирующего механизма (при динамическом сиденье) можно настроить соответственно весу тела.





https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

A 6 Изменение высоты спинки

Нажать кнопку на конце спинки. Спинку сместить в требуемое положение и отпустить кнопку.





A 7 Изменение глубины сиденья

Правую кнопку под сиденьем прижать вверх, сместиться вместе с сиденьем в требуемое положение и отпустить кнопку.






A 8 Регулировка высоты подлокотников

(только в офисном кресле KaVo SENsit)
Нажать кнопку под соответствующим подлокотником. Подлокотник установить в требуемое положение и отпустить кнопку.







⚠ *Ремонт и техническое обслуживание газонаполненных амортизаторов разрешается выполнять только проинструктированному персоналу!*

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ


A 9 Технические данные

Размеры:

①	Ширина спинки	380 мм
②	Ширина сиденья	450 мм
③	Регулируемая глубина сиденья	415 - 440 мм
④	Высота спинки от верхнего края сиденья	400 - 470 мм
⑤	Сумм. диапазон изменения высоты	135 мм
⑥	Диаметр опорной крестовины	600 мм

Масса:

Лабораторное кресло SENsit	17 кг
Офисное кресло SENsit	19 кг



На нижней стороне кресла расположена заводская табличка.

На заводской табличке приведены следующие данные:

- тип кресла
- артикула
- серийный номер

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Условия гарантии


Компания KaVo берёт на себя обязательство обеспечить наряду с условиями поставки и платежа гарантию удовлетворительной работы оборудования без сбоев по причине неудовлетворительного состояния материалов или производственных дефектов в течение 12 месяцев со дня продажи.
В случае обоснованных жалоб компания KaVo бесплатно обеспечит бесплатную доставку для замены или ремонт.

Гарантия не распространяется на дефекты и их последствия, которые возникли или могли возникнуть в результате естественного износа, ненадлежащего обслуживания, очистки или ремонта, невыполнения инструкций по ремонту, эксплуатации или подключению, коррозии, загрязнений воздуха, в результате воздействия химических или электрических факторов, превышающих параметры, допустимые согласно заводским настройкам.
Гарантийное обязательство не распространяется, в общем случае, на лампы, световоды из стекла или стекловолокна, изделия из стекла, резины и на постоянство цвета деталей из пластмасс.

Все гарантийные обязательства теряют свою законную силу в случае обнаружения дефектов или их последствий, вызванных несанкционированным вмешательством в работу или переделками оборудования. Все претензии на гарантийное обслуживание рассматриваются только после подачи заявления в компанию KaVo в письменной форме. К заявлению следует приложить копию счёта-фактуры на поставку, в котором будет чётко прописан серийный номер (указанный на заводской табличке). Наряду с гарантией действуют установленные законодательством притязания покупателя на гарантийное обслуживание, при этом гарантийный срок составляет 12 месяцев.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

запасные части



From year of manufacture 2000 – 2010

① Seat cushion

reef-red	0.653.5103
lagun-green	0.653.5123
atlas-blue	0.653.5163
anthracite	0.653.5143
black	0.653.5143
blue wave	1.002.7833
emerald green	1.002.7834
diabolo red	1.002.7835
platinum grey	1.002.7836
harlekine orange	1.002.7872
Leather	0.653.5183

② Back cushion

reef-red	0.653.5113
lagun-green	0.653.5133
atlas-blue	0.653.5173
anthracit e	0.653.5153
black	0.653.5213
blue wave	1.002.7837
emerald green	1.002.7838
diabolo red	1.002.7839
platinum grey	1.002.7840
harlekine orange	1.002.7873
Leather	0.653.5193

From year of manufacture 2011

① Seat cushion

Extreme:	coral	1.008.1172
	titanium grey	1.008.1173
	steel blue	1.008.1176
Eccos:	olivin green	1.008.1171
	polar silver	1.008.1175
	black	1.008.1177
Microtouch:	aubergine	1.008.1178
	ocean blue	1.008.1180
	sapphire	1.008.1180
Leather		0.653.5183

② Back cushion

Extreme:	coral	1.008.1162
	titanium grey	1.008.1164
	steel blue	1.008.1166
Eccos:	olivin green	1.008.1161
	polar silver	1.008.1165
	black	1.008.1167
Microtouch:	aubergine	1.008.1168
	ocean blue	1.008.1169
	sapphire	1.008.1170
Leather		0.653.5193

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Vertrieb/distribution:
KaVo Dental GmbH
Bahnhofstraße 20 • D-88447 Warthausen
Tel.: 0 73 51 / 56-0 • Fax: 0 73 51 / 1 22 14

Hersteller/manufacturer:
Stoll Giroflex AG
Landstraße 45
CH-5322 Koblenz

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

0.488.6073 RS 20121122-06 RU 12.01

KaVo. Dental Excellence.

KaVo Dental GmbH · D 88400 Biberach/Riß · Telefon +49 7351 56-0 · Fax +49 7351 56-1488 · www.kavo.com

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ