
stomdevice


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Стул «Элит».

Для максимального комфорта рекомендуем Вам отрегулировать стул оптимально для Вашего роста.



Поз.	Наименование	Кол-во
1	Спинка	1
2	Сиденье	1
3	Механизм подлокотников	1
4	Механизм качания (пиастра)	1
5	Газлифт	1
6	Крестовина	1
7	Опора колесная (ролик Ø65мм)	5




https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

Положение рычага фиксации спинки.


Во избежании поломки механизма пиастры, следует соблюдать следующие пункты:

1. Перед установкой спинки, необходимо поднять рычаг пиастры в правильное положение.
2. После установки, спинку отрегулировать по высоте. Для регулировки рекомендуется участвовать вдвоем. Один человек сидит на стуле, второй фиксирует её в нужном положении. Фиксация спинки происходит за счёт опускания рычага вниз до упора, без применения чрезмерного усилия.

Правильное/ неправильное положение рычага при установке спинки




Правильное/ неправильное положение рычага при фиксации нужного положения спинки




stomdevice

Регулировка стула.


Регулировка стула по высоте




Регулировка спинки
- по высоте верх/низ
-вперед/назад



Регулировка сиденья относительно пола вперед/назад



Регулировка подлокотников
- скольжение вперед/назад
-по высоте верх/низ
-свободное вращение по принципу шарового шарнира



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Внимание!

При сборке стула проверяйте прочность конструкции и закрепляющих элементов.

- Эксплуатируйте стул только в сухих отапливаемых помещениях.
- Не допускайте ударов по стулу и любых других видов экстремальных нагрузок.
- Не становитесь на стул - это может быть небезопасным для Вашего здоровья.
- Не превышайте максимально допустимую нагрузку на стул 120 кг.
- Не рекомендуется сидеть на стуле более чем одному человеку.
- Старайтесь правильно и аккуратно пользоваться механизмом стула.
- Избегайте прямого попадания солнечных лучей на обивку стула.
- Не допускайте контакта изделия с открытым пламенем и нагрева выше 40°С
- Не ставьте на стул предметы с острыми углами и краями.
- Не допускайте попадания окрашивающих и растворяющих веществ на стул.
- Не используйте стул как средство перевозки предметов.
- Стул не предназначен для эксплуатации при температурных условиях ниже 0°С
- При доставке стула в холодное время года, приступайте к его сборке и эксплуатации спустя сутки после его нахождения в помещении с комнатной температурой.
- Проведите осмотр стула как минимум один раз в шесть месяцев. Убедитесь в том, что все болты, гайки и прочие элементы, имеющие резьбовые соединения, плотно затянуты.
- Хранить при температуре окружающей среды от +10°С до +40°С.
- Использовать при температуре окружающей среды от 0°С до +40°С.
- Ролики с резиновым покрытием предназначены для твердых полов, имеют ограничения по ресурсу для неровных поверхностей пола (например, стыки между плиткой).
- Газлифт имеет ограничение по максимальной вертикальной нагрузке 120 кг.

Обивочные материалы — экокожа.
Срок эксплуатации - 300 000 циклов по Мартиндейлу

Правильный уход и обслуживание обивки стульев

Обивка стульев MEDERGO имеет широкую палитру и требует при этом минимального ухода. MEDERGO предоставляет гарантию на возникновение дефектов материала и производственные дефекты в соответствии с Положениями и Условиями Гарантии на Продукцию MEDERGO . Все материалы тщательно испытываются на производстве, что позволяет оценить, как материал обивки будет реагировать/истраться под воздействием самых разнообразных внешних факторов. Есть несколько факторов, которые влияют на срок службы обивки и могут вызвать преждевременно изнашивание/старение поверхности. Обязанностью персонала клиники является правильная эксплуатация и обеспечение максимально длительного срока эксплуатации.

Факторы, влияющие на долговечность службы обивки:

stomdevice

• Химические реагенты (дезинфицирующие/моющие средства)

• Ультрафиолетовый свет (солнечный свет)

• Влажность, тепло и высокое содержание минералов в воде

• Смазочные средства для оборудования, материалы, используемые при стоматологическом лечении и острые предметы

• Абразия (истирание)

• Масла и красители/обесцвечивающие вещества При несоблюдении правил эксплуатации может произойти:

• изменение текстуры

• огрубение поверхности

• трещины

• потертости

• отслоения

• изменение цвета обивки

• появление «глянцевого блеска»

Дезинфицирующие средства являются самым серьезным фактором, приводящим к старению и изнашиванию обивки. Истирания, проколы ,абразивные средства для мытья (например, губки) могут повредить поверхность обивки путем истирания (удаления) поверхностного слоя.

Острые предметы могут проткнуть и/или порвать поверхность материала.

Воздействие тепла, влажности, высокой температуры могут со временем вызвать повреждения в обивке стула.

Не смотря на то, что обивка влагостойкая, длительное нахождение в условиях повышенной влажности приводит к разрушению ее поверхности.

Длительное нахождение под прямыми солнечными лучами приводит к выцветанию обивки, необходимо предотвращать чрезмерноео воздействи УФ излучения.

Нестойкие красители одежды могут окрасить обивку стула за счет процессов теплообмена и потовыделения.

MEDERGO рекомендует следующий уход за обивкой стульев:

Очистка: Очищение поверхности производить используя слабые неионогенные растворы моющее средства (мыла) и воды или фабричные моющие средства, не содержащие спирта, отбеливателя и аммония. Поскольку жесткость воды отличается в разных регионах, вам следует найти наилучшее соотношение детергента (мыла) и воды. Раствор должен содержать достаточное количество детергента, чтобы обеспечивать хорошее очищение, но не оставлять при этом мыльной пленки на поверхности. Никогда не используйте абразивные моющие средства, губки или другие средства, которые могут поцарапать поверхность обивки.

Дезинфекция: Согласно данным от специалистов по инфекционному контролю, поверхность обивки стула обладает крайне минимальным рискам с точки зрения переноса патогенов. Тем не менее, правила и стандарты требуют применения инфекционного контроля в том числе и к обивке стульев. MEDERGO рекомендует использовать защитные барьеры (одноразовые накидки для покрытия стула). Использование данного метода инфекционного контроля, а не химических дезинфицирующих средств, позволит надолго продлить срок эксплуатации обивки. Защитные барьеры (накидка на стул) следует менять после каждого пациента. Использование моющих средств и защитных барьеров – ваш основной поход к уходу за обивкой к стула.