stomdevice

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ТС Дентал».

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 123242, Российская Федерация, город Москва, Столярный пер, дом № 2, Основной государственный регистрационный номер: 5087746613499, телефон: 4956093839, адрес электронной почты: info@tsdental.ru

в лице Генерального директора Званской Марии

заявляет, что Оборудование для сканирования: 3D сканеры моделей: Identica T300, Identica T500, Identica T700, i500, Identica i500, T300, T500, T700.

Продукция изготовлена в соответствии с требованиями ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Изготовитель Medit Corp.

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика Корея, 102-95, Anam-dong 5-ga, Seongbuk-gu.

Код ТНВЭД ЕАЭС 8471 60 700 0, серийный выпуск

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании протокола испытаний №№16/01/12612, 16/01/12613 от 09.01.2017 года, выданных испытательной лабораторией «СМ-ТЕСТ» аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21МР23 Схема декларирования: 1д

Дополнительная информация Срок службы 10 лет указан изготовителем в документации на продукцию. Условия хранения стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды. Срок хранения изделия не установлен. Требования ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" соблюдаются в результате применения на добровольной основе ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности", ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) раздел 5 "Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний", ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) раздел 4 "Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений", ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001) разделы 4 и 5, подраздел 7.2 "Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. устойчивость к электромагнитным помехам", ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) разделы 5 и 7 "Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний"

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 14.05.2019 включительно

(подпись)

М.П.

Званская Мария

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-KR.РЦ01.В.11361

Дата регистрации декларации о соответствии 15.05.2018

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ