stomdevice

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БМГ"
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, 127055, улица Новослободская, дом 14/19, строение 8, этаж 1 пом II ком 3 офис46
ОГРН 1197746696509
Телефон: +79995551774 Адрес электронной почты: ooobmgrus@gmail.com
в лице Генерального директора Галивец Андрея Олеговича

заявляет, что Термометр бесконтактный инфракрасный, модель DT-8836.
Изготовитель "Shenzhen Calibeur Industries Co., LTD".
Место нахождения: Китай, B46 Bldg., 2nd. Ind. Zone, Tanglang Xili, Shenzhen 518055, Guangdong, China
Продукция изготовлена в соответствии с директивой 2014/30/EU (О электромагнитной совместимости - Electromagnetic compatibility EMC).
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9025192000
Серийный выпуск

соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний № 0594-39-ПТ/2020 от 01.04.2020 года, выданного Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Ависта" (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.31112.ИЛ0036)
Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 25 июня 2015 г. № РЗН 2015/2799, выданное Росздравнадзором на медицинское изделие:Термометр бесконтактный инфракрасный, модель DT-8836 с принадлежностями. Срок службы – 5 лет. Хранить в крытых отапливаемых и вентилируемых помещениях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, при температуре окружающего воздуха от -25 до +35 °С, относительной влажности воздуха до 70%. В помещениях, где хранятся продукция и элементы изделий, не должно быть паров кислот, щелочей. Срок хранения – 5 лет. ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний"; ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний".

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 31.03.2023 включительно.

М.П.

(подпись) Галивец Андрей Олегович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.ПХ01.В.11590/20
Дата регистрации декларации о соответствии: 01.04.2020

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ