stomdevice

Инструкция по эксплуатации

Пневмодвигатель с внутренним охлаждением MERCURY 2000; TX 414-9D

ВНИМАНИЕ!
Перед началом эксплуатации пневмодвигателя необходимо ознакомиться с данной инструкцией, и в дальнейшем строго следовать указаниям, изложенным в ней.





Описание изделия
Предназначен для использования в бормашинах и стоматологических установках в качестве привода стоматологических низкоскоростных наконечников. Подача водяной струи для охлаждения бора в наконечнике происходит внутри самого пневмодвигателя.

Технические характеристики:

Давление воздуха (КПа (кгс/см2)	Скорость вращения мотора (об. в мин.)	Потребление воздуха (л/мин)	Вес (г)
245 (2.5)	22000	42	90
294 (3.0)	25000	51	
392 (4.0)	27000	72	
Уровень шума, не более, dB		65	

Правила техники безопасности.

Для настройки рабочего давления воздуха в пневмодвигателе необходимо обратиться в местную службу поддержки клиентов.
Смазка пневмодвигателя


насадка масляного спрея **угловой/прямой наконечник**



масло масло

Смазывайте пневмодвигатель в течение 1-2 секунд.
Процедура смазки: Встряхните баллон 3-5 раз. Затем вставьте насадку в отверстие подачи воздуха до упора и распыляйте спрей в течение 1-2 секунд.
Подключите пневмодвигатель, включите в работу.
После остановки бора удалите с мотора салфеткой излишки масла.

Эксплуатация наконечника
ВНИМАНИЕ!
Перед началом работы, проверьте работу пневмодвигателя вне полости рта пациента. Работать только с исправными инструментами, которые необходимо использовать по назначению и тем самым обезопасить пациента и третьих лиц от любой возможной опасности.



Переключатель
Вращение вперёд (по часовой стрелке): поверните кольцевой переключатель в (F) сторону.
Вращение назад : поверните кольцевой переключатель в (R) сторону.
Когда переключатель находится между (F) или (R) мотор прекратит вращение .

Наружная очистка пневмодвигателя
Почистите пневмодвигатель снаружи 70% этиловым спиртом или другим дезинфицирующим средством, не содержащим аммиак, кислоту или хлор.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Если при работе пневмодвигателя обнаружится вибрация, шум, или нагрев - немедленно прекратите его использование и обратитесь в местную службу поддержки клиентов.
Не ронять, не подвергать пневмодвигатель нагрузкам и ударам!
Пневмодвигатель должен храниться очищенным и смазанным.
При проведении дезинфекции не допускается погружение пневмодвигателя в дезраствор.
Ненадлежащий уход и техобслуживание могут привести к преждевременному износу и поломке пневмодвигателя.

Хранение и транспортировка пневмодвигателя
Процедура хранения и транспортировки должна соответствовать контракту
Хранить можно при относительной влажности 80%, хорошей вентиляцией, избегайте воздействия коррозийных газов.

Компектация:
1. Пневмодвигатель с внутренним охлаждением MERCURY 2000
2. Руководство по эксплуатации

Гарантия
1. Гарантия данного инструмента распространяется на производственные дефекты и действует в течение одного года с даты реализации инструмента
2. Гарантия распространяется только на ремонт или замену деталей с производственными дефектами, наличие таких дефектов должно быть должным образом засвидетельствовано производителем или через официальную сеть технической помощи.
3. Данная гарантия не распространяется на неисправности, произошедшие не соблюдения инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, из-за падения, ударов, неправильного хранения, действия природных факторов, и технических работ, проведенным не уполномоченным персоналом.
4. Действие гарантии прекращается по истечения ее срока действия, из-за изменений, внесенных в инструмент или использования неправильных креплений, и если технические работы были проведены неуполномоченным лицом.
5. Ремонт и замена деталей во время гарантийного периода не служит поводом для продления изначального срока действия этой гарантии.
6. Данная гарантия распространяется на ремонт и замену бракованных деталей, и не включает детали, подвергшиеся естественному износу, в соответствии с вышеприведенными условиями.
7. Замененные детали по гарантии, свободные от долгов являются собственностью поставщика.

Генеральный директор

ООО «Новгодент»_____ С.Е. Новгородский

Гарантийный талон

Номер наконечника_____

Покупатель_____

Покупатель, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен_____

Дата продажи_____

Продавец_____ М.П.

Сведения о ремонте

_____

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ