stomdevice

# Система дентальная аспирационная JW-Y01



# Паспорт и Руководство по эксплуатации

**Завод изготовитель Suzhou Junwei Medical Equipment Co., Ltd**

Адрес: Hall 91, No. 116, Wutaishan Road, Suzhou Italy Industrial Park, Suzhou Science & Technology Town, Suzhou National Hi-Tech District, 215153 Suzhou, P. R. China

**Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7597 от 10 сентября 2018 года.**



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 2
ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 3
СОСТАВ СИСТЕМЫ ДЕНТАЛЬНОЙ АСПИРАЦИОННОЙ JW-Y01 4
СПЕЦИФИКАЦИИ 5
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 5
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 6
НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 8
ПРИМЕЧАНИЕ 9
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 10



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

## ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Необходимо прочитать данное руководство с целью обеспечения правильной эксплуатации оборудования. Сохраните данное руководство для справок. В случае необходимости проведения какого-либо вида обслуживания свяжитесь с нашим дилером.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Необходимо прочитать данное руководство с целью обеспечения правильной эксплуатации оборудования. Сохраните данное руководство для справок. В случае необходимости проведения какого-либо вида обслуживания свяжитесь с нашим дилером.

1. С целью снижения риска возникновения пожара или поражения электрическим током избегайте попадания осадков или жидкости на данное оборудование. Обслуживание оборудования должно осуществляться квалифицированным персоналом.

2. В случае если вода попала внутрь установки, отключите стоматологическую установку и проконсультируйтесь с местным дистрибьютором. В противном случае такая ситуация может привести к пожару или поражению электрическим током.

3. Если внутрь установки попал инородный предмет, отключите питание и свяжитесь с местным дилером.

5. Не разбирайте и не перекомпоновывайте данную стоматологическую установку. В противном случае она может быть повреждена, или же может возникнуть угроза поражения электрическим током.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нельзя переделывать данное оборудование. В противном случае гарантия будет аннулирована.**

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Не применяйте пестициды, спирт, растворитель и подобные химические жидкости для очищения данной стоматологической установки. В противном случае это может вызвать слоение либо ржавлению поверхности.

Запишите код оборудования: _____



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

# СОСТАВ СИСТЕМЫ ДЕНТАЛЬНОЙ АСПИРАЦИОННОЙ JW-Y01



1. Система дентальная аспирационная JW-Y01
2. Кабель питания.
3. Ключ.
4. Дренажная труба.
5. Руководство по эксплуатации.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

## СПЕЦИФИКАЦИИ

Напряжение: 110-240В
Частота: 50/60 Гц
Мощность: 550 ВА
Габариты: 615 x 500 x 790
Вес: 30 кг

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для обеспечения нормальной работы стоматологической установки, необходимо соблюсти следующие условия относительно питания и окружающей среды:

Мощность: одна фаза: ~220В±10% 50Гц±2% 10А
Среда: температура: 5℃-40℃ относительная влажность: 80%



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

## ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Ежедневно оборудование необходимо содержать в чистоте, трубопроводные линии не должны быть спутаны, нельзя допускать утечек. Смазывайте движущиеся детали оборудования, для улучшения качества работы маслом, идущим в комплекте с установкой, протирайте места соединения шлангов установки, для того чтобы поддерживать работу установки в хорошем состоянии.

1. Для того чтобы обеспечить нормальную работу оборудования, оно оснащено водным фильтром, который располагается в точке подачи воды, для того чтобы не допустить попадания отходов в воду. При долгом использовании фильтрующий элемент может засориться, что скажется на работе фильтра в целом. В этом случае функции фильтра могут быть восстановлены, если его почистить, или необходимо будет заменить фильтр.

Обычно, необходимо чистить или менять фильтрующий элемент в следующих ситуациях:

A. После эксплуатации в течение года

B. Снижение давления фильтрующего элемента более 0.1 МПа

C. Фильтрующий элемент загрязнен

D.Поступающая вода мутная

Способ чистки и замены

A. Откройте крышку, отвинтите нижние детали водного фильтра против часовой стрелки.

B. Отвинтите болты, фиксирующие фильтр посередине, достаньте фильтрующий элемент, почистите его или замените.

C. Установите фильтр, следуя процедуре в обратном порядке, после завершения.

**Внимание: когда фильтрующий элемент установлен, не нажимайте на него с силой при установке крышки фильтра, помните о герметизации.**

2. Во время работы оборудования для того чтобы обеспечить стабильность поступления, чистоту и сухость воздуха внутри системы, отрегулируйте клапан давления воздушного фильтра, что приведет к стабилизации давления газа в ящике, которое не будет превышать настроек, а так же выполнять функцию фильтрации загрязнений и жидкости. Вода для фильтрации будет собираться из отстойника в крышке фильтра, спустя некоторое время, когда соберется большое количество воды, эта вода будет слита, так что эффективность фильтрации не пострадает.

В обычных обстоятельствах могут возникнуть некоторые из следующих ситуаций, когда необходимо воспользоваться регулятором давления воздушного фильтра для слива:

A. Эксплуатация более одной недели

B. Наполненность 3/4 объема чашки фильтра

C. Изменение цвета крышки водного фильтра (вода не бесцветная, не прозрачная)

Способ использования регулятора давления воздушного фильтра для слива:



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

А. Открутите ящик для кабелей, активируйте клапан регулятора давления воздушного фильтра, и воду можно сливать. После этого прикрутите его.
И. Для того чтобы не нанести вред окружающей среде поместите на отверстие ткань, губку и т.п. для впитывания.
3. Техобслуживание лампочки рабочего освещения должно проходить при нормальной температуре, ее необходимо протирать мягкой тряпочкой, смоченной в воде. Нельзя чистить щеткой заднюю часть лампы. Ее можно обдуть сжатым воздухом.
4. Во время отсасывания слюны твердые частички могут быть втянуты вместе со слюной и остаться в фильтре слюны. Поэтому фильтр для слюны необходимо очищать регулярно. (Лучше всего один раз в неделю).

**ВНИМАНИЕ: Не допускайте, чтобы наконечники работали вхолостую; Не запускайте наконечники в условиях чрезмерного давления. В противном случае, срок службы наконечников может сократиться.**



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

## НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Проблема | Возможная причина | Решение | Примечание |
|---|---|---|---|
| Вода для полоскания не поступает | 1. Водные каналы сжались, либо перекрутились.<br>2.Кольца электромагнитного клапана перегорели. | 1.Почистите их или замените на новые<br>2.Замените на новый электромагнитный клапан | |
| Температура воды слишком высокая | 1. Нагрев термостата слишком высокий. | 1.Отрегулируйте заново температуру | |
| Вода капает с наконечников, когда вы с ними не работаете | 1. Ножной регулятор воздуха не в исходном положении.<br>2.Клапан регулирующий подачу воды и воздуха поломан. | 1. Прочистите клапан, удлините пружину и установите заново.<br>2.Откройте крышку ножного переключателя регулировки воздуха | |
| Процесс отсоса не проходит плавно | 1.Отходы заблокировали трубопроводы<br>2.Отходы заблокировали фильтр<br>3. Поршень двойного клапана подачи воздуха не на месте | 1.Прочистите чистой водой<br>2.Выньте и прочистите чистой водой<br>3. Выньте и прочистьте спиртом и смажьте силиконовой смазкой | |



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

## ПРИМЕЧАНИЕ

1. Выключите переключатель давления воздуха на водном резервуаре перед заливкой воды, вода в резервуаре должна быть дистиллированной, либо чистой.
2. Во время освобождайте клапан фильтрования воздуха и снижения давления от скопившейся воды.
3. Необходимо во время чистить и менять элемент водного фильтра.
4. Опорожняйте бачок резервуара в установленное время и чистите водный резервуар нейтральным моющим средством.
5. Необходимо, чтобы окружающая среда была чистой и сухой, для того чтобы продлить срок службы оборудования.



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**Покупатель**_____
_____
_____

**Продавец**
_____
_____
_____

**Наименование изделия**_____
_____
_____

**Тип, модель, цвет**_____
_____
_____

**Дата постановки на гарантийное обслуживание**
_____
_____
_____

**Серийный номер изделия**_____
_____
_____

**Срок гарантии на изделие**_____
_____
_____

**Дополнительные опции**_____
_____
_____
_____
_____

**Срок гарантии на дополнительное оборудование**_____
_____

**Серийный номер дополнительного оборудования**_____
_____
_____

**Продавец (адрес, телефон)**_____
_____
_____

**М.П.**

**Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным использованием оборудования или нарушением эксплуатации.**



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ