
Скребок костный стоматологический MICROSS


Инструкция по применению




Держать устройство необходимо так, чтобы маркер на поверхности катетера был обращен в сторону врача-хирурга.



Костная ткань собирается посредством надавливания внешнего интерфейса инструмента на костную поверхность и извлечением его назад.




Кость может собираться как с плоских поверхностей, так и из полостей (выемок). Угол работы варьируется от 5^0 до 50^0.



Изменяя угол работы и давление на инструмент, можно изменять количество и консистенцию собираемой кости



Костный скребок Micross может вмещать объем до 0,25 см^3.



Чтобы достать собранную кость, необходимо положить инструмент в стерильную чашу (емкость), затем освободить рычаг и плавно двигать устройство назад до полного открытия. Используйте только стерильные инструменты для извлечения аутогенного костного материала из отсека.



Для того чтобы собрать больше костной ткани, нужно привести рукоятку в исходное положение и сцепить рычаг.