
stomdevice

One G



MICRO MEGA

CE 0459

Micro-Mega SA - 12, rue du Tunnel 25000 BESANCON / France - T +33 3 81 54 42 42 - MicroMega.Coltene.com

EN


NITI file for glide path development in continuous rotation
Estimated Working Length (EWL)
Working Length (WL)
Rotation speed: 250 - 400 rpm
Maxi torque: 1.2 N.cm
For professionnal dental use only

Do not use if package is damaged


https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

One G



IF



MICRO MEGA

CE 0459

Micro-Mega SA - 12, rue du Tunnel 25000 BESANCON / France - T +33 3 81 54 42 42 - MicroMega.Coltene.com

RU

Никель-титановые файлы для катетеризации методом непрерывного вращения
Расчетная рабочая длина (EWL)
Рабочая длина (WL)
Скорость вращения: 250 – 400 об/мин.
Макс. крутящий момент: 1,2 Н•см
Стоматологический инструмент исключительно для профессионального использования

Не использовать, если упаковка повреждена

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

MM MICRO MEGA

OneG



STERILE EO Sterilized using ethylene oxide / Stérilisé en utilisant l'oxyde d'éthylène

Single use / Usage unique

Year of CE-marking / Année apposition marquage CE : 2015

CAUTION: USA Federal law restricts this device to the sale by or on the order of a dentist.

60300777-B 04.19

For indication only / À titre indicatif uniquement

5 10 15 20 25 30 mm

Micro-Mega SA - 12, rue du Tunnel
25000 BESANCON / France
T +33 3 81 54 42 42 - MicroMega.Coltene.com

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ