stomdevice

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Стоматорг», (уполномоченное изготовителем лицо на основании договора).

Место нахождения: 119048, Российская Федерация, город Москва, улица Ефремова, 12, строение 2. Адрес места осуществления деятельности: 117485, Российская Федерация, город Москва, улица Профсоюзная, дом 88/20, Основной государственный регистрационный номер: 1027739057576, телефон: 8(495)642-64-31, адрес электронной почты: mail@stomatorg.ru

в лице Генерального директора Девлетбаевой Эльмиры Хамзиновны

заявляет, что Устройство для разрезания зуботехнических изделий, исполнения: - TR.87.00, SD.84.D.00, SQ.91.00.
Продукция изготовлена в соответствии с требованиями ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Изготовитель "O.M.E.C. s.n.c. di CARNEVALE RENATO & C."
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Италия, Via dell' Artigianato n. 3/5/7, Muggio 20053 (MB), Italy.
Код ТНВЭД ЕАЭС 8464 10 000 0, серийный выпуск

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании Протокола испытаний № ПС-18-09-187 от 12.09.2018, Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "КОНСАРД", аттестат аккредитации № ТЭТ RU.04ИББ0.ИЛ00023 Схема декларирования: 1д

Дополнительная информация Договор уполномоченного лица № 09-08-2012 от 09.08.12. Срок службы 10 лет указан изготовителем в документации на продукцию. Условия хранения стандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды. Срок хранения изделия не установлен.Требования ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" соблюдаются в результате применения на добровольной основе ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) раздел 5 "Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний", ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) раздел 4 "Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений", ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001) разделы 4 и 5, подраздел 7.2 "Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. устойчивость к электромагнитным помехам", ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) разделы 5 и 7 "Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний"

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 24.09.2023 включительно

(подпись)

Девлетбаева Эльмира Хамзиновна
(Ф.И.О. заявителя)

М.П. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОМАТОРГ" * Г.Р.№ 1027739057576 * МОСКВА

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-IT.АЖ47.В.01036/18

Дата регистрации декларации о соответствии 25.09.2018

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ