stomdevice

*Инструкция по применению*

**Средство для снижения чувствительности дентина**
**«Сенсистаб»**
**по ТУ 9391-018-49908538-2005**
РУ № ФСР 2010/08046 от 22.06.2010

**Показания**
- повышенная чувствительность дентина в пришеечной области;
- перед постановкой временных коронок;
- после профилактической чистки зубов;
- в процессе и после отбеливания зубов;
- пародонтальная хирургия.

**Противопоказания**
Повышенная чувствительность к одному из компонентов материала. Не использовать не по назначению.

**Состав**
Калия оксалат
Азотная кислота
Вода дистиллированная
Бутилбензоат

**Свойства**
Средство «Сенсистаб» нетоксично, не обесцвечивает зубы, легко наносится и биологически совместим с мягкими тканями.
«Сенсистаб» позволяет загерметизировать дентинные канальцы и снять дентинную чувствительность за один прием. Ни очистки поверхности зуба, ни промывания не требуется.
Средство «Сенсистаб» вступает в реакцию с гидроксиапатитом зуба, образуя маленькие гранулы кальция, которые осаждаются в течение нескольких секунд внутри дентинных канальцев и на поверхности живого дентина.
Осажденные кислотоустойчивые кристаллы образуют биологический и химический комплекс с основой живого дентина.

**Способ применения**
Вскрыть препарат, отделить защитный колпачок от шприца. Надеть на шприц канюлю и нанести средство «Сенсистаб» на обрабатываемый участок зуба. Средство можно наносить как на сухую, так и на влажную поверхность. После нанесения выдержать 30-40 сек., затем удалить «Сенсистаб» с обработанной поверхности. После обработки может наблюдаться бело-матовый налет из кристаллов кальция.

**Побочные воздействия**
При правильном хранении, транспортировании и соблюдении инструкции по применению побочные воздействия отсутствуют.

**Форма выпуска и комплектация**
Средство (шприц) 2,5 мл – 2 шт.;
Сменные канюли – 20 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.

**Условия хранения**
Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от +4°С до +24°С.
Срок годности – 3 года. Дата окончания срока годности указана на упаковке.

**Условия транспортировки**
Всеми видами крытых, сухих, чистых и без посторонних запахов транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 17768 и правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

**Гарантийные обязательства**
Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения его срока годности при соблюдении условий эксплуатации, транспортировании и хранения.

**Утилизация**
Утилизация материала должна проводиться согласно общих правил организации системы сбора, временного хранения и транспортирования отходов в ЛПУ для отходов класса А (неопасные) по СанПиН 2.1.7.2790.

**Сведения о производителе медицинского изделия**
ООО «НКФ Омега-Дент»
Россия, 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.31, корп.3, оф.211-212
Тел.: +7 (800) 500-51-92
Тел./факс: +7 (495) 679-80-53
E-mail: info@omegadent.ru
www.omegadent.ru

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ