Краткое руководство

Управление креслом пациента

Панель управления

Сенсорный экран разблокирован. Нажмите для блокировки.

Сенсорный экран заблокирован. Нажмите и удерживайте для разблокировки.

Спинка вниз при удерживании нажатой кнопки (вручную)



Спинка вверх при удерживании нажатой кнопки (вручную)



Кресло вниз при удерживании нажатой кнопки (вручную)



Кресло вверх при удерживании нажатой кнопки (вручную)



Кресло в автоматическое положение



Кнопки на держателе ассистента Flexy

Кресло в положение сплевывания

Если активировано техником



Педаль управления



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Управление стоматологической установкой

Панель управления

Сенсорный экран разблокирован. Нажмите для блокировки.

Сенсорный экран заблокирован. Нажмите и удерживайте для разблокировки.

Наполнение стакана и смыв плевательницы	Короткое нажатие	
Наполнение стакана при удерживании нажатой кнопки (вручную)	Длительное нажатие	
Смыв плевательницы	Короткое нажатие	
Запрограммированая функция Открытие двери / вызов ассистента	Короткое нажатие	
Открытие двери / вызов ассистента при удерживании кнопки нажатой (вручную)	Длительное нажатие	
Светильник ВКЛ ► ВЫКЛ	Короткое нажатие	
Яркость светильника (вручную)	Длительное нажатие	
Режим работы с композитом ВКЛ ► ВЫКЛ	Короткое нажатие	
Яркость светильника в режиме работы с композитом (вручную)	Длительное нажатие	

Запуск таймера

 → Выбор номера таймера

Процедура обслуживания

 → Выбор процедуры

Педаль управления

Не активирован инструмент

Запрограммированные функции установки

Запрограммированные функции установки



Короткое нажатие

Запрограммированая функция Открытие двери / вызов ассистента

Длительное нажатие

Открытие двери / вызов ассистента при удерживании кнопки нажатой (вручную)

Короткое нажатие **Наполнение стакана и смыв плевательницы**

Длительное нажатие **Наполнение стакана при удерживании нажатой кнопки** (вручную)

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Управление инструментами

Панель управления

Сенсорный экран разблокирован. Нажмите для блокировки.

Сенсорный экран заблокирован. Нажмите и удерживайте для разблокировки.

Автоматическая продувка
ВКЛ ► ВЫКЛ

Фиброоптика
ВКЛ ► ВЫКЛ

Вода + Воздух ► **Воздух** ► **Без спрея**

Скалер
Спрей 1 ► Спрей 2 ► Без спрея

Скалер
Изменение режима работы

Турбинный наконечник
Понижение мощности
ВКЛ ► ВЫКЛ

Турбинный наконечник
Быстрый запуск
ВКЛ ► ВЫКЛ

Микромотор
Реверс вращения
ВКЛ ► ВЫКЛ

Микромотор
Ограничение скорости вращения
ВКЛ ► ВЫКЛ

Бесщеточный микромотор Bien-Air MX2
Выбор предустановок

PRESET 4

Бесщеточный микромотор Bien-Air MX2
Ограничение крутящего момента
ВКЛ ► ВЫКЛ

Бесщеточный микромотор Bien-Air MX2
Переключение режима при достижении ограничения крутящего момента

Автостоп ► Автореверс ► Автопрокрутка

Педаль управления

Активирован инструмент, управляемый установкой

Микромотор или турбинный наконечник (стандартная педаль)



Короткое нажатие — **Вода + Воздух ► Воздух ► Без спрея**


Длительное нажатие — **Ручная продувка**

Скалер (стандартная педаль)



Короткое нажатие — **Спрей 1 ► Спрей 2 ► Без спрея**

Полимеризационная лампа



Интраоральная камера



Короткое нажатие — **Сохранить изображение**

Интраоральный сканер




Короткое нажатие — **Начать сканирование**

Длительное нажатие — **Получить изображение**

*Если активировано техником

Запрограммированная функция инструмента



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

Управление моторизованным подголоником


Педаль управления

Короткое нажатие

Обычный режим
ВКЛ ► ВЫКЛ

Длительное нажатие

Режим наклона
ВКЛ ► ВЫКЛ




Нормальный режим — **Удлинить подголовник**

Режим наклона — **Поднять подголовник**

Нормальный режим — **Анатомическое движение вниз**

Режим наклона — **Наклон подголовника назад**



Нормальный режим — **Анатомичекое движение вверх**

Режим наклона — **Наклон подголовника вперед**

Нормальный режим — **Укоротить подголовник**

Режим наклона — **Опустить подголовник**

Программирование

Панель управления

Сенсорный экран разблокирован. Нажмите для блокировки.

Сенсорный экран заблокирован. Нажмите и удерживайте для разблокировки.

Настройки автоматических положений кресла

Функция ВКЛ | Функция ВЫКЛ


Переместить кресло в необходимое положение


Светильник ВКЛ/ВЫКЛ


Начать программирование


Нажать кнопку положения кресла


Выбрать автоматическое положение


Принять новое автоматическое положение


Настройки установки

Функция ВКЛ | Функция ВЫКЛ

Программирование выполняется в данной последовательности:


Начать программирование


Выбрать функцию



Отрегулировать значение


Принять новое значение

Настройки инструментов


Функция ВКЛ | Функция ВЫКЛ

Программирование выполняется в данной последовательности:


Активация инструмента


Начать программирование


Выбрать функцию


Отрегулировать значение


Принять новое значение

Установка времени и даты


Функция ВКЛ | Функция ВЫКЛ


Начать программирование


Выберите время и дату


Выбрать функцию


Выберите формат


Отрегулировать значение


Принять новое значение

10030208_6/11.2017/ru

Для получения более подробных инструкций, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя.

Авторское право Planmeca. Права на изменения защищены.

www.planmeca.ru

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ